

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Aquisição de equipamentos de fisioterapia e materiais para uso dos atendimentos de fisioterapia e ações junto a Academia de Saúde.

1.1 Especificações e quantidades

Descrição	Unidade de medida	Qtidade
Aparelho de laser para fisioterapia – equipamento portátil de laserterapia, possui 01 caneta, bateria de íon de lítio (Li-ion) recarregável 7,6v/700 ma, bivolt, comprimento da onda: 660 nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho), potência da fonte 10w. Deverá acompanhar 02 óculos de segurança bloqueador. Registro na Anvisa.	UN	03
Bastão ginástica/fisioterapia 1kg – comprimento aproximado 1m, peso 1kg.	UN	20
Bastão ginástica/fisioterapia 2kg – comprimento aproximado 1,20m, peso 2kg.	UN	20
Bola tonificadora - com peso de 2kg, material PVC e areia, compactada e resistente.	UN	20
Caneleira/tornozoleira , peso 0,5 kg, capa emborrachada, costura reforçada e fecho de velcro.	UN	20
Caneleira/tornozoleira , peso 1 kg, capa emborrachada, costura reforçada e fecho de velcro.	UN	20
Caneleira/tornozoleira , peso 2 kg, capa emborrachada, costura reforçada e fecho de velcro.	UN	20

Exercitador de dedos, intensidade média – material em aço e plástico resistente, medidas aproximadamente 15x14x4cm (AXLXP), leve média 5LBS/2,27kg.	UN	05
Exercitador de dedos, intensidade forte – material em aço e plástico resistente, medidas aproximadamente 15x14x14cm (AXLXP), leve média 7LBS/3,18kg.	UN	05
Faixa elástica – kit constituído por 3 faixas elásticas com diferentes níveis de intensidade, sendo elas: fácil, médio e difícil, em diferentes cores. Material látex. Dimensões mínimas de 1,20m x 14 cm. Garantia mínima de 90 dias.	KIT	40
Halteres emborrachados – halteres em ferro fundido revestidos emborrachados, pares de 0,5 kg.	PAR	20
Kit cone + barreiras – kit contendo 10 cones furados demarcatórios + 05 barreiras de agilidade, colorido, material PVC, cones com altura mínima de 23cm e 05 barreira desmontáveis de 90cm, ou seja, 15 barreiras de 30cm.	KIT	25
Kit EPAP/CPAP Adulto com 3 peças – kit contendo válvula EPAP/CPAP adulto, com traqueia e bocal, para exercícios respiratórios.	KIT	10
Suporte infravermelho para fisioterapia – ajuste de altura, articulável, ajuste de temperatura, com rodas, soquete de porcelana para não derreter, bocal em alumínio, 220v, registro na Anvisa, que suporte lâmpadas infravermelho de até 250w.	UN	03
Trampolim (jump) – estrutura circular em aço com 6 pés de apoio, 32 molas, material lona reforçada, molas metálicas, diâmetro aproximado 92cm. Suporte até 150 kg.	UN	05
Ultrassom terapêutico – equipamento que emite ondas ultrassônicas terapêuticas de alta frequência (acima de 20 kHz).	UN	03

1.2 Da natureza do objeto

O objeto desta contratação é caracterizado (s) como:

(X) Bens / serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital/contrato, por meio de especificações usuais de mercado.

2. Justificativa da contratação

Justifica-se pela necessidade de disponibilizar materiais adequados e de qualidade para o desenvolvimento das ações realizadas na Academia de Saúde e junto aos atendimentos de fisioterapia. Os itens solicitados são utilizados em atividades de promoção da saúde, práticas corporais, fisioterapia, reabilitação motora, fortalecimento muscular, prevenção de doenças crônicas e melhora da qualidade de vida dos usuários. Além disso, a padronização e renovação dos equipamentos garantem maior segurança, eficiência e durabilidade no uso, possibilitando aos profissionais da saúde ampliar a oferta de práticas coletivas e individuais, atendendo diferentes faixas etárias e condições de saúde. Portanto, a aquisição dos materiais é essencial para assegurar a continuidade e a qualidade das ações de saúde pública, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e com o interesse público, promovendo benefícios diretos à população.

3. Dos critérios de aceitação da proposta

3.1 Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços?

() Sim

(X) Não

4 Habilitação

4.1 Qualificação técnica:

() Atestado de capacidade técnico-operacional.

() Atestado de capacidade técnico-profissional.

() Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

() Alvará sanitário.

() Autorização de funcionamento da empresa (AFE).

() Licença de operação (especificar o tipo de operação que deve autorizar).

() Alvará ambiental.

() Alvará de prevenção e proteção contra incêndios.

() Outras exigências de qualificação técnica:

5 Da execução do objeto

5.1 Prazo de entrega/execução:

- Após o recebimento do empenho, a empresa deverá realizar a entrega em até 25 dias.

5.2 Formas de entrega/execução:

Os produtos deverão estar lacrados além de ser produtos novos, sem uso e com a devida identificação.

5.3 Local, horário e endereço de entrega:

Centro administrativo da Secretaria de Saúde

Rua Júlio de Castilhos, 475 – esquina com a rua General Câmara -Bairro Fortaleza

Cidade: Rio Pardo/RS - CEP 96640-000

Horário de atendimento: 8 as 12h e das 13 as 16h.

6 Do contrato

6.1 Vigência:

(x) O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 e 106 da Lei nº 14.133/2021.

6.2 Gestão e fiscalização: Gestor

Nome: Verônica Marques Lima
Cargo: Secretária de Saúde
Matrícula: 4767-8
E-mail: saude@riopardo.rs.gov.br

Fiscal:

Nome: Joelma Binotto
Cargo: Dirigente de Equipe
Matrícula: 54330/1
E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br / (51) 3731-4284 - Ramal 263

Fiscal secundário:

Nome: Fatima Angela da Rosa Santos
Cargo: Enfermeira
Matrícula: 65072/1

7 Critérios de medição e pagamento

7.1 Prazos:

Prazo de troca de bens rejeitados: 07 dias

Prazo de pagamento: 60 dias

8 Do valor estimado

8.1 O valor máximo estimado será de: R\$ 27821,58 .

9. Indicação de responsável na Secretaria requisitante pelos esclarecimentos de eventuais impugnações e/ou esclarecimentos

Nome: Izabel C A R Franco
E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br
Telefone institucional: 3731 4284 / Ramal 211

10. Informações adicionais:

Verônica Marques Lima
Secretária Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F90-2864-73F7-0F57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VERÔNICA MARQUES LIMA (CPF 028.XXX.XXX-09) em 02/10/2026 13:31:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopardo.1doc.com.br/verificacao/4F90-2864-73F7-0F57>