



COLETA DE ESTIMATIVAS

Itens Coletados			SMS	Estimados		
N°	Un.	Produto		Qtde Total	Unit. (R\$)	Total (R\$)
1	SACHÊ	57610 - REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE (SACHÊ)	2000	2000	2,77	5.540,00
2	UN	54715 - ELETRODO ADESIVO PEDIÁTRICO INSTRAMED	20	20	699,25	13.985,00
3	UN	54714 - ELETRODO ADESIVO ADULTO INSTRAMED	20	20	684,39	13.687,80
4	UN	66107 - ELETRODO PADS DO DESFIBRILADOR - PHILIPS HEARTSTART MRX ADULT/CHILD PLUS (M3713A)	20	20	480,07	9.601,40
5	UN	71663 - MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.0	20	20	140,17	2.803,40
6	UN	71664 - MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.5	20	20	160,62	3.212,40
Total Estimado (R\$):			48.830,00	48.830,00		



Coleta : 2026/2344 Situação : Encerrada

Data : 24/06/2026

Especificação : Fornecimento de materiais médico-hospitalares – Processo 5.

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	57610 - REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE (SACHÊ): a) determinação de Cloro Livre (Cl ₂) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD; b) reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10 ml; c) padronizado, pronto para uso; d) aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro; e) compatível com equipamentos da marca HACH sem a necessidade de inserção de nova curva ou uso de acessórios; f) cada sachê deve conter informações impressas sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade.	SACHÊ	2.000,00
2	54715 - ELETRODO ADESIVO PEDIÁTRICO INSTRAMED: a) pás/eletrodos adesivos pediátrico (<25 kg), resistentes, descartáveis, marca Instramed; b) para uso externo torácico; c) base flexível com gel condutor sólido ou semissólido, hipoalergênico e livre de látex; d) conector específico para os equipamentos CardioMax, DualMax, Isis e IonPró, não sendo aceito adaptadores; e) adequado para choque bifásico, conforme especificação do equipamento; f) distribuição de energia homogênea, assegurando baixa impedância elétrica g) embalagem individual, íntegra e com identificação do posicionamento no paciente (anterior/lateral); h) rotulagem em conformidade com a RDC vigente, contendo, no mínimo: identificação do produto, lote, data de validade, nome do fabricante/importador e número de registro na ANVISA.	UN	20,00
3	54714 - ELETRODO ADESIVO ADULTO INSTRAMED: a) pás/eletrodos adesivos adulto (>25 kg), resistentes, descartáveis, marca Instramed; b) para uso externo torácico; c) base flexível com gel condutor sólido ou semissólido, hipoalergênico e livre de látex; d) conector específico para os equipamentos CardioMax, DualMax, Isis e IonPró, não sendo aceito adaptadores; e) adequado para choque bifásico, conforme especificação do equipamento; f) distribuição de energia homogênea, assegurando baixa impedância elétrica g) embalagem individual, íntegra e com identificação do posicionamento no paciente (anterior/lateral); h) rotulagem em conformidade com a RDC vigente, contendo, no mínimo: identificação do produto, lote, data de validade, nome do fabricante/importador e número de registro na ANVISA.	UN	20,00
4	66107 - ELETRODO PADS DO DESFIBRILADOR - PHILIPS HEARTSTART MRX ADULT/CHILD PLUS (M3713A): a) descartável; b) para uso em aparelho cardioversor/defibrilador; c) para uso em adultos maiores de 25 kg e crianças maiores de 10 kg; d) apresentação: embalagem individual.	UN	20,00
5	71663 - MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.0: a) descartável, uso único; b) fabricada em silicone grau médico de alta qualidade; c) porte do paciente entre 0 kg a 5 kg; d) conector proximal de 15 mm padrão; e) formato anatômico curvo a 135º, facilitando a inserção rápida; f) marcações nítidas em português no corpo da máscara, contendo: tamanho, peso, e volume de enchimento; g) balonete macio com conector universal, para enchimento do manguito; h) balonete com identificação do número da máscara; i) manguito em PVC claro transparente, siliconado, que permita selamento adequado na orofaríngea; j) esterilizada em embalagem individual; k) com registro na Anvisa.	UN	20,00



6	71664 - MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL 1.5: a) descartável, uso único; b) fabricada em silicone grau médico de alta qualidade; c) porte do paciente entre 5 kg a 10 kg; d) conector proximal de 15 mm padrão; e) formato anatômico curvo a 135º, facilitando a inserção rápida; f) marcações nítidas em português no corpo da máscara, contendo: tamanho, peso, e volume de enchimento; g) balonete macio com conector universal, para enchimento do manguito; h) balonete com identificação do número da máscara; i) manguito em PVC claro transparente, siliconado, que permita selamento adequado na orofaríngea; j) esterilizada em embalagem individual; k) com registro na Anvisa.	UN	20,00
---	---	----	-------