



COLETA DE ESTIMATIVAS



Coleta : 2026/2388

Situação : Encerrada

Data : 17/08/2026

Especificação : Fornecimento, instalação, garantia e assistência técnica de equipamentos médico-hospitalares. (Repetição parcial PE 054-2026)

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	70976 - VÍDEO LARINGOSCÓPIO: a) com tela Tela LCD colorida sensível ao toque de 3,5" com resolução de 640 x 960 pixels; b) com câmera de vídeo com alta resolução para visualização clara das estruturas da via aérea; c) compatível com diferentes tipos de lâminas (descartáveis ou reutilizáveis), com mecanismo de encaixe e desencaixe rápido, firme e seguro junto ao cabo, com conjunto de 5(cinco) lâminas (mac 4, mac 3, mac 2, miller 1, miller 0); d) com capacidade de armazenamento interno para fotos e vídeos, de no mínimo 5 GB com capacidade para no mínimo 10.000 fotos e 2 horas de vídeo; e) com bateria recarregável de íon de lítio com autonomia de no mínimo 4 horas; f) com tela rotativa: ângulo de rotação vertical de até 140° e horizontal de até 270°, corpo com alto índice de proteção contra penetração de líquidos e poeiras, compatível com protocolo hospitalar de desinfecção química de alto nível ou limpeza por fricção; g) com tecnologia antiembaçante; h) conectividade com Wi-Fi de 2.4 GHz, entrada USB e HDMI para transferências e conexão a telas maiores; i) deve acompanhar estojo/maleta rígida para transporte seguro e proteção contra impactos em atendimento móvel, além de cabos e carregadores originais de fábrica. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.	UN	3,00
2	67483 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY E FUNÇÃO MANUAL: a) equipamento portátil, leve e de manuseio facilitado, com pás de fácil acesso para utilização e troca; b) permitir a avaliação do estado clínico do paciente e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada; c) tela em LCD: Display em cristal líquido, incorporada no próprio gabinete. Exibe as instruções em português, indica traçado de ECG, número de choques, tempo de funcionamento, mensagens e comandos por texto e voz em português, o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e contador de choques; d) com tela sensível ao toque; e) acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais; f) com tecnologia de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis de corrente elétrica e duração dos choques; g) desfibrilador com forma de onda exponencial truncada bifásica com os parâmetros de forma de onda, ajustados em função da impedância do paciente; h) aplicação do choque elétrico por meio de pás adesivas multifuncionais; seleção adulto/infantil automática pelo tipo de pás para segurança do paciente; i) descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador; j) possui metrônomo com sistema de bip audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas; k) tempo de carga para 200 joules menor ou igual a 4 segundos. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s; l) bateria interna recarregável com duração Duração: mínimo de 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco e mínimo de 400 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): aproximadamente 5 horas; m) software para computador que permita a transferência de dados, armazenamento, visualização e impressão em PC e saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB. Com licença livre para instalação. Saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB; n) cabo de ECG de três vias; o) armazenamento memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG; p) auto diagnóstico de funções e bateria; q) sistema de aviso indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa; r) equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2- 4; s) possibilidade de selecionar carga manualmente. - Cota universal - maior ou igual a 75%.	UN	9,00



3	67483 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY E FUNÇÃO MANUAL: a) equipamento portátil, leve e de manuseio facilitado, com pás de fácil acesso para utilização e troca; b) permitir a avaliação do estado clínico do paciente e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada; c) tela em LCD: Display em cristal líquido, incorporada no próprio gabinete. Exibe as instruções em português, indica traçado de ECG, número de choques, tempo de funcionamento, mensagens e comandos por texto e voz em português, o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e contador de choques; d) com tela sensível ao toque; e) acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais; f) com tecnologia de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis de corrente elétrica e duração dos choques; g) desfibrilador com forma de onda exponencial truncada bifásica com os parâmetros de forma de onda, ajustados em função da impedância do paciente; h) aplicação do choque elétrico por meio de pás adesivas multifuncionais; seleção adulto/infantil automática pelo tipo de pás para segurança do paciente; i) descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador; j) possui metrônomo com sistema de bip audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas; k) tempo de carga para 200 joules menor ou igual a 4 segundos. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s; l) bateria interna recarregável com duração Duração: mínimo de 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco e mínimo de 400 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): aproximadamente 5 horas; m) software para computador que permita a transferência de dados, armazenamento, visualização e impressão em PC e saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB. Com licença livre para instalação. saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB; n) cabo de ECG de três vias; o) armazenamento memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG; p) auto diagnóstico de funções e bateria; q) sistema de aviso indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa; r) equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2- 4; s) possibilidade de selecionar carga manualmente. - Cota reservada - até 25% - Beneficiárias da Lei 123/06.	UN	3,00
4	50529 - OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO POR LED: a) corpo em metal resistente; b) lâmpada LED, mínimo de 2,2 volts com vida útil de, no mínimo, 10.000 horas de uso; c) leve, compacto, de fácil uso e fácil substituição do LED; d) iluminação branca, homogênea, garantindo excelente nitidez de imagem e campo de trabalho sem reflexos; e) lente de aumento giratória; f) conexão para pera de insuflação; g) alimentação através de duas pilhas AA; h) estojo ou bolsa para acondicionamento. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.	UN	14,00
5	71912 - MESA GINECOLÓGICA PARA ULTRASSOM: a) estrutura em tubo de aço com diâmetro de 30 x 30 cm, com pintura eletrostática; b) bi-articulada com regulagem de altura manual da cabeceira e peseira, e leito estofado em espuma, densidade mínima 23, altura mínima de 5 cm, revestido com material impermeável, resistente, textura lisa, na cor preta; c) dimensões aproximadas: 1,80 m x 0,60 m (Comprimento x Largura) e altura entre 60 cm e no máximo até 65 cm; d) com apoios reclináveis para pernas e porta coxas estofados, com haste em aço cromado; e) pés com ponteiros em PVC. f) suporte mínimo de 150 kg. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.	UN	1,00

Itens Coletados		SMS	Estimados		
Nº	Un.		Qtde Total	Unit. (R\$)	Total (R\$)
1	UN	3	3	15.580,04	46.740,12
70976 - VÍDEO LARINGOSCÓPIO Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.					
2	UN	9	9	12.408,24	111.674,16
67483 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY E FUNÇÃO MANUAL Cota universal - maior ou igual a 75%.					
3	UN	3	3	12.408,24	37.224,72
67483 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY E FUNÇÃO MANUAL Cota reservada - até 25% - Beneficiárias da Lei 123/06.					
4	UN	14	14	375,92	5.262,88
50529 - OTOSCOPIO COM ILUMINAÇÃO POR LED Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.					
5	UN	1	1	2.843,84	2.843,84
71912 - MESA GINECOLÓGICA PARA UL TRASSOM Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06.					
Total Estimado (R\$):			203.745,72		