MUNICIPIO DE GRAMADO
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 88.847.082/0001-55
Endereço: Avenida DAS HORTÊNSIAS - 2029 CEP: 95.670-900
Telefone: (54) 3286-2500 Cidade: Gramado

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Senhora Secretária Municipal da Administração:

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer a autorização da abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO	:	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de apoio diagnóstico destinados à estruturação, reaparelhamento e modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Gramado, com recursos oriundos de emendas e programas federais e estaduais.
Processo Adm nº	:	279/2026 **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Forma de Julgamento	:	MENOR PREÇO - (NOVA LEI DE LICITAÇÕES) POR ITEM
Forma de Pgto / Reajuste	:	
Prazo Entrega / Exec	:	
Local de Entrega	:	
Observações	:	

1- DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Saldo Atual	Valor Reservado
1316	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	71.075,28	1.433,78
	Fonte de Recurso: 16014508 - Bloco de Investimento - 4505 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais				
1320	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	30.975,20	30.723,42
	Fonte de Recurso: 26010802 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
1321	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	2.424,25	2.221,34
	Fonte de Recurso: 26014505 - Bloco de Investimento - 4505 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
1323	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	188.836,70	188.627,27
	Fonte de Recurso: 26324294 - TRANSF. P/ ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024.				
1436	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	22.753,07	20.001,74
	Fonte de Recurso: 16324294 - TRANSF. P/ ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024.				
1537	08.001112534490520800000000000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Unidades de Saúde ampliadas	34490520800000000000	2.558,55	2.446,43
	Fonte de Recurso: 16010815 - Transf EP -11796566000126003 -30200003 - 16010815 - Afonso Motta				
			Total Previsto:	**318.623,05**	**245.453,98**

2 - ITENS:

Item	Qtde.	Und.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	10	UN	77221 - AUTOCLAVE HOSPITALAR DE MESA 21 LITROS (CLASSE S)	3.586,99	35.869,90
2	15	UN	77222 - SELADORA TÉRMICA PARA EMBALAGENS DE ESTERILIZAÇÃO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO)	795,47	11.932,05
3	8	UN	77223 - MONITOR MULTIPARÂMETROS MÉDICO-HOSPITALAR PORTÁTIL	5.704,88	45.639,04
4	15	UN	77224 - MONITOR DE TRIAGEM RÁPIDA TIPO SPOT-CHECK	6.792,78	101.891,70
5	10	UN	77225 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) DIGITAL PORTÁTIL	4.600,00	46.000,00
6	30	UN	77226 - OTOSCÓPIO CLÍNICO PORTÁTIL	373,33	11.199,90

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a4f6e7d763eb

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Qtde.	Und.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
7	15	UN	19945 - AUTOCLAVE DIGITAL 42 L. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL;- PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS;- FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL;- SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO;- GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS;- UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR;- SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO;- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA;- PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;220V;	6.482,93	97.243,95
8	2	UN	75868 - MICROSCÓPIO DIGITAL (OVOS) CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA: 10.1 POLEGADAS AMPLIAÇÃO: 5X-260X TAXA DE QUADROS: MÁX. 30F/S. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: FHD 1920X1080 30FPS 1080P FORMATO DE VÍDEO: AVI RESOLUÇÃO PARA FOTOS: MÁXIMO 12MEGA PIXELS (4032 X 3024) FORMATO DA FOTO: JPG FAIXA DE FOCO: 2CM ARMAZENAMENTO: CARTÃO MICRO-SD DE 32G SUPORTE PARA PC: NÃO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: USB 5V DC FONTE DE LUZ: DUAS LUZES DE PREENCHIMENTO E LEDS INTEGRADOS TAMANHO DO SUPORTE: 18CM * 20CM * 32CM TAMANHO/PESO DO PACOTE: 30*26*15CM/1,85KG MENU COM SUPORTE A IDIOMAS: PORTUGUÊS CERTIFICAÇÃO: CE/FCC/ROHS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS LARGURA X ALTURA 25.4 CM X 12.7 CM.	810,56	1.621,12
9	2	UN	75872 - BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA BALANÇA ESPECIAL PARA ANALISAR O FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS POR CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA. GERA FOLHA DE RESULTADOS EM FORMATO A4 NA TELA DO COMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWAR, ANÁLISE EM 17 SEGUNDOS, FAIXA DE IDADE 3 A 99 ANOS, FAIXA DE PESO DE 10 A 180KG, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA O COMPUTADOR VIA BLUETOOTH. RESULTADOS DA BALANÇA: ÁGUA CORPORAL TOTAL, PROTEÍNAS, MINERAIS, MASSA DE GORDURA CORPORAL, MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, IMC - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, MASSA MAGRA DE CADA SEGMENTO CORPORAL, ESTIMATIVA DE GORDURA SEGMENTA, PONTUAÇÃO INBODY, PORCENTUAL DE GORDURA CORPORAL, RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL, NÍVEL DE GORDURA VISCERAL, GRAU DE OBESIDADE, PESO IDEAL BASEADO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL, CONTROLE DE GORDURA, CONTROLE DE MÚSCULO, TAXA METABÓLICA BASAL, HISTÓRICO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, IMPEDÂNCIA DE CADA SEGMENTO CORPORAL, CÓDIGO QR PARA ACESSO À INTERPRETAÇÃO DETALHADA DOS RESULTADOS	631,28	1.262,56
10	1	UN	18610 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, PEDIÁTRICO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL ARTICULAÇÃO ?Y? DE AÇO INOXIDÁVEL, CONDUTO LÁTEX, OLIVAS ACRÍLICO, HASTE AÇO INOXIDÁVEL, 1 PAR DE OLIVAS SOBRESSALENTE.	316,00	316,00
11	2	UN	77227 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. WEBCAM COM RESOLUÇÃO DE VÍDEO 4K/30 FPS (ATÉ 4096 X 2160 PIXELS); 1080P/30 FPS OU 60 FPS (ATÉ 1920 X 1080PIXELS); 720P/30, 60 OU 90 FPS (ATÉ 1280 X 720 PIXELS).	1.433,78	2.867,56
12	1	UN	76042 - MOINHO DE FACAS TIPO WILLEY PARA LABORATÓRIO 220V: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESEJÁVEIS: MOTOR: INDUÇÃO 1 CV / 1750 RPM. VOLTAGEM/ POTÊNCIA: 220 VOLTS/ 750 WATTS CÂMARA DE MICRONIZAÇÃO: AÇO INOX OU ALUMÍNIO POLIDO TAMPA FRONTAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE OU ALUMÍNIO POLIDO COM ANEL DE VEDAÇÃO VELOCIDADE DO ROTOR 1750 RPM FACAS MÓVEIS: 04 FACAS EM AÇO VND TEMPERADAS E RETIFICADAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO GABINETE: EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI ROTORES: EM LIGA ESPECIAL, COM 04 FACAS EM AÇO VND TEMPERADAS E RETIFICADAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO SISTEMA DE SEGURANÇA PB : SOMENTE GIRA O ROTOR QUANDO FECHADA A TAMPA DIMENSÕES APROXIMADAS ALT. 340 / COMP. 560 / LARG. 350 MM ACESSÓRIOS INCLUSOS: COM FUNIL EM AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA COLETA DE FLUXO CONTÍNUO EM AÇO INOX, SOQUETE PARA INSERÇÃO DE AMOSTRA , TAMPA DE FUNIL, RECIPIENTE PARA COLETA DE AMOSTRAS. PENEIRA EM CRIVO CIRCULAR MESH 10 (2,00 MM), MESH 20 (0,86 MM), MESH 30 (0,60 MM) EM INOX.	11.040,60	11.040,60
13	10	UN	77265 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA PESAGEM DE ADULTOS	1.633,93	16.339,30
14	10	UN	77266 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIATRA/INFANTIL	788,50	7.885,00
15	20	UN	77267 - BIOMBO HOSPITALAR DOBRÁVEL	812,50	16.250,00
16	10	UN	77268 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, REFORÇADA PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE PORTE GRANDE/SOBREPESO, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA NO MÍNIMO 130 KG A 150 KG	1.425,87	14.258,70

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a4f6e7d763eb

MUNICIPIO DE GRAMADO
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 88.847.082/0001-55
Endereço: Avenida DAS HORTÊNSIAS - 2029 CEP: 95.670-900
Telefone: (54) 3286-2500 Cidade: Gramado

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Qtde.	Und.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
17	30	UN	77269 - ESCADA HOSPITALAR DE 02 (DOIS) DEGRAUS PARA AUXÍLIO NO ACESSO DE PACIENTES A MACAS E MESAS DE EXAME	165,54	4.966,20
18	10	UN	77270 - FOCO DE LUZ CLÍNICO/GINECOLÓGICO PORTÁTIL	656,97	6.569,70
19	10	UN	77271 - SUPORTE PARA SORO PORTÁTIL	320,24	3.202,40
20	20	UN	77272 - MESA/CARRINHO AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS E CURATIVOS	651,28	13.025,60
21	2	UN	19486 - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DO TIPO PEÇA RETA DE BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADO A ACOPLAMENTO EM MICROMOTORES COM SISTEMA DE CONEXÃO UNIVERSAL (INTRA). CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MACIO/DURO OU AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, RANHURAS ANTIDERRAPANTES OU FORMATO ANATÔMICO ERGONÔMICO, PESO MÁXIMO DE 60 GRAMAS, PERMITE GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR. TRAVA MECÂNICA POR GIRO DE ANEL OU MECANISMO EQUIVALENTE (MANUAL/PUSH BUTTON), COMPATÍVEL COM HASTES PADRÃO PARA PEÇA RETA (TIPO 2 / HP). OPERAÇÃO CONTÍNUA DE 5.000 RPM A NO MÍNIMO 20.000 RPM. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNA (SPRAY ÚNICO DIRECIONADO À PONTA DA BROCA) POR MANGUEIRA DE SILICONE REMOVÍVEL E LAVÁVEL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SOB TEMPERATURA DE ATÉ 135 °C. NÍVEL DE RUÍDO E TORQUE DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PADRÕES ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR ISO 7785 (OU EQUIVALENTE INTERNACIONAL). MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	300,07	600,14
22	2	UN	18223 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO. APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA MULTIFUNCIONAL COMPOSTO POR ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO, COM PEÇA DE MÃO DE ULTRASSOM DESACOPLÁVEL, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E EQUIPADA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED INCORPORADO; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA OPERACIONAL NA FAIXA DE 28 KHZ A 32 KHZ; SELETOR DIGITAL DE FUNÇÕES CLÍNICAS COM MODOS PARA PROFILAXIA GERAL, ENDODONTIA E PERIODONTIA; CONTROLE FINO INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, AR E POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; RESERVATÓRIO TRANSPARENTE PARA PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO COM SISTEMA ANTIENTUPIMENTO E FÁCIL REMOÇÃO; FILTRO DE AR COM DRENO NA PARTE INFERIOR; ACIONAMENTO POR PEDAL; ALIMENTADO POR TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; FORNECIDO COM CONJUNTO DE INSERTOS/TIPS VARIADOS, CHAVE COM TORQUÍMETRO PARA TROCA DAS PONTAS E MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.994,00	5.988,00

Total: 455.969,42

Gramado, 13 de novembro de 2026.

Assinado eletronicamente por:
FREDERICO AUGUSTO PELLICIOLI DIAS
DIRETOR GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
13/11/2026 17:08:24
Assinatura digital avançada.

DIRETOR(A)-GERAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a4f6e7d763eb