

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2024

Empresa: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda

ITEM 02 – Aparelho de Anestesia

Relatório Técnico:

O equipamento Wato EX65 não atende o item presente no edital que solicita que o equipamento tenha capacidade de calibração do sensor de fluxo sem necessidade de desmontar componentes internos do ventilador.

Erechim, 16 de janeiro de 2025


Daliane do Nascimento
Médica Anestesiologista
CREMERJ 34944