



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

SEMSAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo

(51) 3526-6000

secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br

Memorando nº 84/2026

São Leopoldo, 04 de fevereiro de 2026.

Para: SECOL

Assunto: DL 01/2026 - Análise Técnica de documentos referente a Aquisição de Compressores e componentes para os consultórios do novo prédio onde ficará localizado o Centro de Especialidades Odontológicas. TR 156/2025.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, informamos conforme Memorando 11/2026 Coordenação da Saúde Bucal em anexo a empresa: ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTA ODONTOMEDICA LTDA CNPJ: 63.175.538/0001-57, Objeto: Aquisição de Compressores e componentes para os consultórios do novo prédio onde ficará localizado o Centro de Especialidades Odontológicas. TR 156/2025 referente aos nos itens 1, 2 e 4 está **APTA/HABILITADA** já no item 3 não está **APTA/INABILITADA** na Qualificação Técnica.

Atenciosamente,


Ariana Vigannico da Silva
Secretária Adjunta da Saúde



São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

SEMSAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo

(51) 3526-6000 secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br

Memorando nº 11

São Leopoldo, 30 de janeiro de 2026.

De: Coordenação de Saúde Bucal

Para: Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SECOL

Assunto: DL 01/2026 - Análise Técnica

Em resposta ao memorando 122/2026 da SECOL, que encaminhou a documentação do vencedor da DL 01/2026, informamos que analisamos os documentos de qualificação técnica apresentados pela empresa ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA e constatamos o seguinte:

A empresa atendeu ao solicitado no Termo de Referencia, item 11 - Qualificação Técnica, porém ao analisar as especificações dos equipamentos no catálogo fornecido pela empresa, verificamos que o item 3 - FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO, não demonstrou algumas características solicitadas na descrição do item, tais como: vazão de filtragem; capacidade do reservatório; se possui dreno do reservatório automático; corpo em alumínio, latão, aço inox e buna-N; capacidade de filtragem.

Dito isso a empresa está habilitada, do ponto de vista da qualificação técnica, para os itens 1, 2 e 4.

Para o item 3 (FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO), o catálogo apresentado não demonstra as especificações solicitadas, portando para esse item a empresa não está habilitada tecnicamente.

Sem mais, estamos à disposição para mais informações.

PMSL-SEMSAD
KARINE SANTOS
COORD. DE SAÚDE BUCAL
CRO-11267


Karine Santos
Coordenação de Saúde Bucal
odonto@saoleopoldo.rs.gov.br
2200-0720

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil