



**SÃO MIGUEL DAS MISSÕES**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA**

Impressão: 03/04/2024

Hora: 11:16:28

Número da Licitação **000028 / 2024**  
Modalidade **(PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21**  
Processo Nº **000065**  
Data de Emissão da Licitação **03/04/2024**

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ESF 3.

**Relação dos Itens**

| Lote/Item | Qtde | Unidade | Descrição                             | Referência | Total    |
|-----------|------|---------|---------------------------------------|------------|----------|
| 0000/001  | 1,00 | UN      | MOCHO ODONTOLÓGICO COM CINCO RODÍZIOS | 1.001,67   | 1.001,67 |

Descrição Adicional:

Mocho odontológico: com cinco rodízios com banda de rodagem em poliuretano, sistema de elevação do acento a gás através de alavanca lateral, com movimentações do encosto para ajustes do apoio lombar, estofamento em PVC sem costura para facilitar limpeza e assepsia, acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central do estofado e rebaixamento nas bordas anteriores.

|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 0000/002 | 1,00 | UN | MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA COM 06 GAVETAS, COR BEGE, MODELO CLÍNICO MÓVEL COM RODÍZIOS EM NYLON CINZA CLARO, RÍGIDO E DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO DE 01 GAVETA DE 07 CM E 05 GAVETAS COM 12 CM, ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, PUXADORES DE AL | 1.523,51 | 1.523,51 |
|----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

Descrição Adicional:

Mesa auxiliar odontológica com 06 gavetas, cor CINZA, modelo clínico móvel com rodízios em nylon cinza claro, rígido e de alta resistência, composto de 01 gaveta de 07 cm e 05 gavetas com 12 cm, estrutura em MDF com revestimento em fórmica, puxadores de alumínio com ponteiros em ABS cromadas, corredeiras de 45 cm em aço com rodízios com stop e deslize suave.

|          |      |    |        |          |          |
|----------|------|----|--------|----------|----------|
| 0000/003 | 1,00 | UN | RAIO X | 8.964,98 | 8.964,98 |
|----------|------|----|--------|----------|----------|

Descrição Adicional:

Raio x ODONTOLÓGICO de parede, com controle remoto digital, ergonômico, com cabo removível de 5 metros que permita o controle de todas as funções do aparelho com no mínimo 21 intervalos de tempo de exposição padronizados, com exposições centesimais a partir de 0,06 segundos, cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira. Com proteção térmica para evitar o superaquecimento do cabeçote, câmara de compensação no cabeçote, ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção, caixa de comando com suporte de fixação do controle, braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal, pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, Produto com certificado INMETRO, AMVISA e CE. Proteção contra choque elétrico, Equipamento não adequado de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso, Operação contínua com carga intermitente, T. ON: 1 segundo, T. OFF: X 30 segundos, Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado: IPX0, Gerador Imerso em óleo, Colimador Cilíndrico, Tensão da ampola 70 Kv Corrente da Ampola: 7mA, Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s, Potência: 1330 VA, Potência em stand by: 15VA, Nº de fases: Monofásico / Bifásico, Flutuação admissível: +/-4%, Ponto Focal do gerador: 0,7x0,7, Eixo de ref. em relação anodo: 16°, Filtração eq. >2,61 mm Al eq. @70kVp, Radiação de fuga: <0,2 mGy/h @70kV e 7,0, LED que indica que o equipamento está pronto para operar, Cálculo de doses, Garantia: 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto).

**Total Geral: 11.490,16**

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, Em 03/04/2024