

PARA A
COORDENADORIA DE COMPRAS
MUNICIPIO DE IJUI – PODER EXECUTIVO

MEMORANDO ODONTOLOGIA 58 /2023

Ijuí, 29 de maio de 2023.

PREGÃO ELETRONICO Nº57/2023

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS - USO ODONTOLOGIA

Informamos que após avaliação das propostas encaminhadas pelas empresas, não serão aceitos alguns produtos e outros ficarão sujeitos a reavaliação se a parte interessada apresentar justificativas.

CALMED SERVIÇOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA

ITEM 18 CANETA ULTRASSOM PARA REMOCAO TARTARO: NÃO ACEITO. O MANUAL ENVIADO NÃO DESCREVE AS INFORMAÇÕES PEDIDAS. ENVIARAM SOMENTE UM "RECORTE" DO CATALOGO. TAMBEM NÃO É FEITO COM ALUMINIO CROMADO (LEVEZA DO PRODUTO), SEM REFERÊNCIAS A GARANTIA E OUTROS.

ITEM 31 FOTOLOPIMERIZADOR: NÃO ACEITO. NÃO CONTEMPLA O QUESITO DE 03 SEGUNDOS MINIMOS NO TEMPORIZADOR. (IMPORTANTE NA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DA RESINA). E OUTROS.

ITEM 46 MICRO MOTOR: A EMPRESA PRECISA GARANTIR A ENTREGA DO PRODUTO NA VERSAO AÇO INOX. GOSTARIA QUE A EMPRESA ENVIASSE CATALOGO DO MODELO OFERTADO, COM SUAS CARACTERISTICAS. (O CATALOGO ENVIADO FAZ REFERENCIA AOS TRES PRODUTOS DA LINHA, MAS NÃO ESPECIFICA EXATAMENTE SOBRE O MODELO "PRIME CX 235").

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ITEM 03 ALGINATO: NÃO ACEITO A MARCA COTADA. NÃO ANEXOU CATALOGO.

ITEM 32 GESSO ESPECIAL TIPO IV: NÃO ACEITO A MARCA COTADA. NÃO ANEXOU CATALOGO. ASFER NÃO ACEITA, NÃO COMPROVA O QUE FOI PEDIDO EM EDITAL.

ITEM 34 GESSO PEDRA TIPO III PARA ANTAGONISTAS: NÃO ACEITO A MARCA COTADA. NÃO ANEXOU CATALOGO.

SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO - ME

ITENS 17, 23, 36 E 49: NÃO ACEITO A MARCA. NÃO COMPROVOU NO CATALOGO OS 10 ANOS DE GARANTIA PEDIDOS EM EDITAL.

PRHODENT – COM REPRE PROD HOSP – EPP

ITEM 32 GESSO ESPECIAL TIPO IV: ASFER NÃO ACEITA, NÃO COMPROVA O QUE FOI PEDIDO EM EDITAL.

ITEM 46 MICROMOTOR CLINICO: A MARCA SCHUSTER COTADA ESTÁ COMO SEGUNDA COLOCADA. NÃO ACEITO A MARCA SCHUSTER, POIS TIVEMOS PROBLEMAS COM A LINHA DE CANETAS DA MARCA COMPRADAS RECENTEMENTE.

EQUIPUS SUL EQUI E PROD ODONTOLÓGICOS

ITEM 61 SENSOR RADIOGRAFIA: DABI ATLANTE, NÃO ACEITO, POIS A ÁREA EXTERNA DOS SENSORES É MAIOR DO QUE AS MEDIDAS PEDIDAS EM EDITAL O QUE TEM GERADO MUITO PROBLEMA PARA INSERIR NA BOCA DO PACIENTE, CAUSANDO DESCONFORTO E MACHUCADURAS.

DENTAL MED EQUIP MAT ODONT E HOPSIT LTDA

ITEM 47 OCULOS DE SEGURANÇA: PEÇO QUE A EMPRESA GARANTA NESTA MARCA JAGUAR OS QUESITOS PEDIDOS NO EDITAL DE FORMA COMPLETA, POIS SE TRATA DE UM EPI.

ITEM 49 PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL. MANDAR CATÁLOGO COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS PEDIDAS (COTOU MARCA Trinks- segundo colocado; não foi aceita a marca do primeiro colocado)

ITEM 18 CANETA ULTRASSOM PARA REMOÇÃO TARTARO: MARCA CALU, ENVIAR CATALOGO COMPLETO, PARA ANÁLISE.

DENTAL MARIA

ITEM 32 GESSO ESPECIAL TIPO IV: ASFER NÃO ACEITA, NÃO COMPROVA O QUE FOI PEDIDO EM EDITAL.

OBSERVAÇÕES:

1. MARCA **ASFER** NÃO ACEITA NO ITEM 32, GESSO ESPECIAL TIPO IV. Equipe da prótese não aceita. (empresas que cotaram esta marca: Prhodent, Dental Maria, Porto Alegre)
2. ITEM 46: MICRO MOTOR CLINICO: OS PRÓXIMOS COLOCADOS PRECISAM ENVIAR CATALOGO SE A MARCA NÃO FOR A PRE APROVADA.