



Município de Ijuí – Poder Executivo
Secretaria Municipal da Saúde
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Dr. Martin César Agnoletto



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONJUNTO DE PLACA DIGITALIZADORA (ITEM2).

Conforme edital, o item **PROTEÇÃO IP exigido é de 67** ou maior.

A empresa **VMI**, apresentou proposta referente ao modelo DIGIX WF.

Esse modelo apresentado, oferece um grau de proteção **IP 56**, sendo **inferior ao exigido em edital**.

A proteção IP é de suma importância para a segurança e proteção da placa, protegendo contra poeira, água e fluídos como sangue ou secreções que podem danificar o sistema eletrônico da placa. O IP67 permite que a placa seja submetida temporariamente a submersão para casos de limpeza, dessa forma evitando ao máximo o risco de contaminação cruzada entre pacientes. O IP 56 oferecido pela VMI não oferece proteção segura contra poeira, nem permite submersão em líquidos desinfetantes, para a total assepsia da placa após contaminação, expondo assim os pacientes a um risco desnecessário de contaminação, e expondo também a placa a danos em seus componentes eletrônicos.

A maior vedação da placa, além de segurança na hora limpeza da mesma, traz maior durabilidade do equipamento.

Sem mais para o momento

Tiago Rakoski Zientarski
Coordenador da RUE Municipal

Tiago Rakoski Zientarski
Enfermeiro COREN/RS 151097
Coordenador RUE Municipal
SMS - IJUÍ/RS

Paulo Ricardo Fidencio
Supervisor Técnico Radiologia SMS

Paulo Ricardo Fidencio
Sup. Tec. Radiologia
CRTR/RS 063531