

Serratec
Soluções Odontológicas

Lourdes Somacal Biegelmeyer
CNPJ: 23.0006.709/0001.08
CPF: 595 981 150.20
Fone: (54) 9 9971.1281

ORDEN DE SERVIÇO

Nº 001576

Cliente: Unidade Saúde Sta Terezinha

End: _____

Fone: _____

Cidade: _____

Email: _____

Cnpj/Cpf: _____

Relatório técnico:

△ Alta rotação Dentsler mão
com água no spray. (NS: TA-14784)

Obs: Desmontagem e limpeza
nas condutas spray

Quant.	Descrição de peças	V.Unit.	V.Total
MÃO DE OBRA			180,00

Concordo com os valores expressos, os quais me foram fornecidos antes da execução dos serviços. Afirmando que o equipamento foi consertado e ou revisado e instalado, ficando em perfeitas condições de funcionamento, as peças utilizadas no conserto são novas e originais. Atesto que fui orientado da obrigatoriedade de realização de teste biológico na autoclave, no primeiro ciclo após o conserto.

TOTAL

180,00

Data:

14/11/25

Assinatura Cliente

Assinatura Técnico