Serratec
Soluções Odontológicas

Lourdes Somacal Biegelmeyer
CNPJ:23.0006.709/0001.08
CPF:595 981 150.20
Fone: (54) 9 9971.1281

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 001669

Cliente: UBS Morro Tico Tico
End:
Fone: Email:
Cidade: Bom Principio Cnpj/Cpf:

Relatório técnico:
Vazamento de ar em aparelho Jet Lazer Schuster, não sai pó na ponteira
Obs: Mangueira interna furada
Troca de mangueira e desobstrução da caneta do jato.
Vazamento ar em caixa comando
Obs: Mangueira rachada.

Quant.	Descrição de peças	V.Unit.	V.Total
	MÃO DE OBRA		490,00

Concordo com os valores expressos, os quais me foram fornecidos antes da execução dos serviços. Afirmo que o equipamento foi consertado e ou revisado e instalado,ficando em perfeitas condições de funcionamento, as peças utilizadas no conserto são novas e originais.
Atesto que fui orientado da obrigatoriedade de realização de teste biológico na autoclave, no primeiro ciclo após o conserto.

TOTAL 490,00

Data: 10/03/26

Assinatura Cliente

Assinatura Técnico