



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

Glorinha (RS), 22 de junho de 2023.

Análise técnica referente à documentação enviada pelos licitantes vencedores relativa a qualificação técnica do registro de preço eletrônico nº19/2023:

1. CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok (validade 12/01/2024)
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok – ativa
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (validade 05/10/2023)

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
3	SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 50UI, ESCALA EM GRAVAÇÃO DE 0 A 50UI COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADES, NÚMEROS COM CARACTERES GRANDES E TRAÇOS FIRMES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA. AGULHA COM 6MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE 0,25MM (31G) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO	unid	Sol – Millen niun Brasil	ok	0,5mL 50UI/ agulha fixa 0,25mmx6mm (31G x 15/64) - ok

A empresa **CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA** está apta no que diz respeito a parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação ao item da proposta, também apresentou os documentos solicitados e de acordo com a descrição do edital.

2. CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok (validade 22/03/2024)
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok (ativa)
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (05/06/2024)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
4	LANCETA DESCARTÁVEL PARA CANETA LANCETADORA, PARA UTILIZAÇÃO EM TESTES DE GLICOSE. PONTA ESPESSURA ULTRA-FINA 28G OU 30G E FORMA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR. FOMATO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS LANCETADORES DISPONÍVEIS NO MERCADO. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA, MANTENDO A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO SEU USO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 180 CANETAS LANCETADORAS NA FORMA DE COMODATO. A EMPRESA DEVE SUBSTITUIR EVENTUAIS CANTETAS COM DEFEITOS.	Cx	uniquimed	ok	Lancetas 28G caixa c/ 100unid 180 canetas lancetadoras uniquimed plus - ok

A empresa **CQC TECNOLOGIA** está apta no que diz respeito a parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação ao item da proposta, também apresentou os documentos solicitados e de acordo com a descrição do edital.

3. Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok (10/01/2024)
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok (ativa)
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (10/04/2024)

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
1	TIRA REAGENTE TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE SANGUÍNEA QUE UTILIZE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E/OU NEONATAL. CAPACIDADE DE MEDIDA DE GLICEMIA ENTRE 10 MG/DL A 600 MG/DL, COM AMOSTRA DE 0,5UL ATÉ 2,5 UL DE SANGUE CAPILAR TOTAL, FORNECENDO RESULTADOS NO MÁXIMO EM 20 SEGUNDOS. QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA). TAMBÉM QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA COM NENHUMA MEDICAÇÃO, ENTRE ELES MEDICAMENTOS DA CLASSE DOS ANALGÉSICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS. NECESSÁRIO QUE A LEITURA TENHA AMPLA FAIXA DE HEMATÓCRITO, OBRIGATORIAMENTE NA FAIXA DE 20 A 55% (PODENDO ATENDER VALORES MENORES OU MAIORES QUE ESSES ESPECIFICADOS). CAIXA C/ 50 TIRAS. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER TODOS OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE NA ISO 15197:2013 E SUAS ATUALIZAÇÕES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 180 APARELHOS DE LEITURA COMPATÍVEL COM A MARCA DAS TIRAS EM FORMA DE COMODATO. O APARELHO DEVE SER AUTOCODIFICÁVEL DISPENSANDO O CODIFICADOR EXTERNO.	Cx	roche	Ok	Faixa de medição – 10 a 600mg/dL – ok Volume de amostra 1UL a 2UL – ok Tempo de leitura – ok



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

O VISOR DO APARELHO DEVE SER LUMINOSO, COM BOTÕES DE FÁCIL NAVEGAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, COM LOCAL DESTACADO PARA INSERÇÃO DA FITA TESTE. AS MENSAGENS DO APARELHO DEVEM SER SIMPLES, DE FÁCIL LEITURA E EM IDIOMA PORTUGUÊS. APARELHO DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DOS TESTES. FORNECER KIT SOLUÇÃO CONTROLE EM QUANTIDADE SUFICIENTE CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. ALÉM DISSO, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE GRATUITO PARA O CONTROLE DAS TIRAS TOTALMENTE EM PORTUGUÊS E ON-LINE, BATERIAS/PILHAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS. A EMPRESA DEVE SUBSTITUIR EVENTUAIS FITAS E/OU APARELHOS COM DEFEITOS. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA PARA FITAS E APARELHO.				Hematócrito 20 a 55%- ok
--	--	--	--	-----------------------------

A empresa **FUFAMED** está apta no que diz respeito a parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação ao item da proposta, também apresentou os documentos solicitados e de acordo com a descrição do edital.

4. MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok (ativa)
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (validade 02/09/2025)

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
5	LANCETA DESCARTÁVEL OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DIÂMETRO 28G OU 30G, COM LÂMINA RETRÁTIL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA TRIFACETADA E MECANISMO DE SEGURANÇA QUE DISPARA A AGULHA E RECOLHE AUTOMATICAMENTE APÓS A PUNÇÃO. CORPO PLÁSTICO, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NÍVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	medleve nshon	ok	28G ou 30G, caixa c/ 100 unid – ok



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

A empresa **MEDLEVENSOHN** está apta no que diz respeito a parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação ao item da proposta, também apresentou os documentos solicitados e de acordo com a descrição do edital.

5. Rs Produtos Hospitalares Ltda

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok (validade 06/02/2024)
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok (ativa)
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (validade 04/11/2023)

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
2	SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 100UI, ESCALA EM GRAVAÇÃO DE 0 A 100UI COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, NÚMEROS COM CARACTERES GRANDES E TRAÇOS FIRMES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA. AGULHA COM 6MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE 0,25MM (31G) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO	unid	descarp ack	Encaminho u registro, válido, mas que não atende a descrição solicitada para o item no edital	100UI – tamanho da agulha que está descrita no registro do produto (agulha longa: 29 G (12,7x0,33mm); agulha curta: 30G (8,0x0,30mm) -, não está de acordo com o descritivo no material (6mmx0,25mm 31G) – tamanho da agulha não está de acordo com descrição item 2 edital



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

A empresa **Rs Produtos Hospitalares Ltda** está apta no que diz respeito à parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação ao item da proposta, a especificação do produto que consta no registro não está de acordo com a descrição do item. Na descrição no edital do item 2, a agulha que é acoplada a seringa deve ter tamanho 31G (6mmx0,25mm). Já a do produto da empresa, a agulha é agulha longa - 29 G (12,7x0,33mm) ou agulha curta - 30G (8,0x0,30mm). Além disso, a empresa não anexou catálogo do item. Dessa forma, o **item deve ser repassado para outro fornecedor que atende ao descritivo do item.**

Att,

Mariana Portal da Costa
Farmacêutica
CRF/RS 13465
Pref. Municipal de Glorinha/RS

Mariana Portal da Costa
Mariana Portal da Costa
CRF/RS 13465