



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

Glorinha (RS), 29 de junho de 2023.

Análise técnica referente à documentação enviada pelos licitantes vencedores relativa a qualificação técnica do registro de preço eletrônico nº 19/2023:

1. Altermed

Documentos	
a. Atestado de capacidade técnica	Ok
c. Certificado responsabilidade técnica	Ok (validade até 31/12/2023)
d. Autorização de funcionamento (AFE)	Ok (ativa)
e. Licença sanitária Municipal ou Estadual da licitante válida	Ok (validade até 13/02/2024)

Item	Descrição	Unid	Marca	b. Registro	f. Especificações
2	SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 100UI, ESCALA EM GRAVAÇÃO DE 0 A 100UI COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, NÚMEROS COM CARACTERES GRANDES E TRAÇOS FIRMES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA. AGULHA COM 6MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE 0,25MM (31G) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO	unid	SR	Ok	1mL 100UI/ agulha fixa 0,25mmx6mm (31G) - ok
3	SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 50UI, ESCALA EM GRAVAÇÃO DE 0 A 50UI COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADES, NÚMEROS COM CARACTERES GRANDES E TRAÇOS FIRMES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA. AGULHA COM 6MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE 0,25MM (31G) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO	unid	SR	Ok	0,5mL 50UI/ agulha fixa 0,25mmx6mm (31G) - ok

A empresa **Altermed** está apta no que diz respeito a parte técnica, pois apresentou todos os documentos solicitados para qualificação técnica. Em relação aos itens da proposta, também apresentou os documentos solicitados e de acordo com a descrição do edital.

Att,

Mariana Portal da Costa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL DE GLORINHA

CRF/RS 13465