



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL

ANÁLISE TÉCNICA

Eldorado do Sul, 17 de abril de 2024

Das amostras recebidas para análise do Pregão 130.2023, segue os resultados por fornecedor:

BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- **ITEM 18 – REPROVADO** – Gaze hidrófila 7,5 cm x 7,5 cm – A amostra pesou 325g (inferior ao solicitado no edital), trama muito aberta com desfiamento.

EFORMED COMÉRCIO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SAÚDE LTDA

- **ITEM 01 – REPROVADO** – Atadura crepe 12 cm x 1,80 m – A amostra pesou 8g (inferior ao solicitado no edital), a composição do produto não foi encontrada da embalagem, trama muito aberta, desfia durante o manuseio, em repouso apresentou comprimento de 1,25 m (inferior ao solicitado no edital).
- **ITEM 02 – REPROVADO** – Atadura crepe 20 cm x 1,80 m – A amostra pesou 13g (inferior ao solicitado no edital), a composição do produto não foi encontrada da embalagem, trama muito aberta, desfia durante o manuseio, em repouso apresentou comprimento de 1,50 m (inferior ao solicitado no edital).
- **ITEM 03 – REPROVADO** – Atadura crepe 08 cm x 1,80 m – A amostra pesou 7g (inferior ao solicitado no edital), a composição do produto não foi encontrada da embalagem, trama muito aberta, desfia durante o manuseio, em repouso apresentou comprimento de 1,70 m (inferior ao solicitado no edital).

INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA


- **ITEM 06 – APROVADO** – Gaze hidrófila 7,5 cm x 7,5 cm – A amostra apresentou qualidade satisfatória e cumpriu com todas as exigências do edital, inclusive o peso que foi de 559g.

JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

- **ITEM 12 – REPROVADO** – Fralda descartável infantil XXG – A amostra apresentou baixa capacidade de absorção.
- **ITEM 13 – REPROVADO** – Fralda descartável infantil XG – A amostra apresentou baixa capacidade de absorção.
- **ITEM 14 – REPROVADO** – Fralda descartável infantil G – A amostra apresentou baixa capacidade de absorção.
- **ITEM 15 – REPROVADO** – Fralda descartável infantil M – A amostra apresentou baixa capacidade de absorção.

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- **ITEM 17 – APROVADO** – Atadura elástica 12 cm x 2,2 m - A amostra apresentou qualidade satisfatória e cumpriu com todas as exigências do edital, inclusive o peso que foi de 20g.


Ana Paula Ribeiro Bianchi

Coord. Assist. Farmacêutica

CRFRS I 11481


Jorge Alves

Auxiliar Administrativo

Matrícula 6373-8/1

Roséli Fagundes de Souza
Enfermeira
COREN/RS - 448.825 

Roséli Souza

Coord. Pronto Atendimento Central 24 Horas

COREN 448825