Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Trindade do Sul
Prefeitura Municipal de Trindade do Sul
Pregão Eletrônico - 030/2026

Processo Revogado no dia 19/11/2026 às 16:27:11 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Pelo Interesse Público.

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
13/11/2026 16:46	19/11/2026 09:00	30/11/2026 23:59	03/12/2026 08:59	03/12/2026 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
18/11/2026 - 09:29:16	Impugnação	-	Aguardando Julgamento	Pedido: Prazo de Entrega (2).zip

Embasamento: Sou da RC Móveis e estamos enviando em anexo as razões da impugnação.

Julgamento:

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/11/2026 - 14:19:21	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	-

Dúvida: QUANTO AO ITEM 01 - AUTOCLAVE HORIZONTAL, SOLICITO A INFORMAÇÃO SE O EQUIPAMENTO SERÁ DE 01 OU 02 PORTAS, FICO NO AGUARDO.

Resposta:

18/11/2026 - 09:25:54	Esclarecimento	-

Dúvida: Sou da empresa RC Móveis e gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 2- CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR, no edital consta: "largura mínima do produto 100 cm ", neste caso a largura mencionada seria externa da cama correto ??

Resposta:

17/11/2026 - 14:46:52	item 1 - Autoclave 350 Litros	17/11/2026 - 14:46:52

Dúvida: Em análise às condições estabelecidas no edital, identificamos que o prazo estipulado para entrega do equipamento referente ao Item 1, de apenas 10 (dez) dias, pode comprometer a participação de fabricantes e fornecedores que trabalham com equipamentos hospitalares de grande porte. Considerando que uma autoclave hospitalar de 350 litros é um equipamento de fabricação complexa, que envolve componentes específicos, processos de montagem, testes e verificações técnicas, sua disponibilização normalmente ocorre mediante fabricação sob demanda, não sendo um equipamento de pronta entrega. Dessa forma, o prazo de 10 dias mostra-se insuficiente para contemplar adequadamente as etapas necessárias à fabricação, preparação e transporte do equipamento, especialmente considerando a necessidade de assegurar sua qualidade, segurança e conformidade técnica. Diante do exposto, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de ampliação do prazo de entrega para, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados conforme as condições estabelecidas no edital, permitindo que fabricantes possam participar do certame sem comprometer a qualidade e a adequada execução do fornecimento. A ampliação solicitada busca assegurar maior competitividade ao processo licitatório, possibilitando a participação de fabricantes especializados e evitando que um prazo excessivamente restritivo limite a obtenção de propostas potencialmente vantajosas para a Administração. Aguardamos manifestação.

Resposta: Conforme Errata nº 1 publicada em 17/11/26

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84

0001	AUTOCLAVE: CAPACIDADE DE 350 LITROS. SISTEMA DE FECHAMENTO DE BRAÇOS CONCÊNTRICOS MOVIMENTADOS UNIFORMEMENTE ATRAVÉS DE UM VOLANTE CENTRAL. ESTE SISTEMA ASSEGURA A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA NO CASO DE EVENTUAIS FOLGAS PELO DESGASTE NATURAL, ASSEGURANDO PRESSÃO POR IGUAL EM TODO O PERÍMETRO DA PORTA, QUE SE FECHA SOBRE UMA GUARNIÇÃO CONFECCIONADA TOTALMENTE EM SILICONE, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR VEDAÇÃO E MAIOR DURABILIDADE; DIAFRAGMA EM SILICONE PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS; CÂMARA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316/316L, OPCIONALMENTE EM AISI 316TI, E CÂMARAS EXTERNAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, OPCIONALMENTE SER TAMBÉM EM PODENDO 316/316L OU AISI 316TI; ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE INTERNA DA CÂMARA EM POLIMENTO SANITÁRIO; TUBULAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E LATÃO, PODENDO SER OPCIONALMENTE EM INOX AISI 316/316L; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA ANTICORROSIVA, OU OPCIONALMENTE, AÇO NOXIDÁVEL AISI 304, APOIADA EM PÉS REGULÁVEIS DE AÇO (OPCIONALMENTE DE AÇO E BORRACHA COM ANTIVIBRAÇÃO); GERADOR DE VAPOR ELÉTRICO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO COM POTÊNCIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU OPCIONALMENTE 316/316L; ENTRADA DE 1" NA CÂMARA INTERNA PARA SENSORES DE VALIDAÇÃO; SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA INCORPORADO AO EQUIPAMENTO E COM O RESERVATÓRIO INTERNO; SISTEMA DE PURGAÇÃO AUTOMÁTICO; BOMBA DE VÁCUO COM ANEL LÍQUIDO OU OPCIONALMENTE COM DUPLO ESTÁGIO. COM POTÊNCIAS DE 1,5 CV, 3 CV OU 4CV; VÁCUO PULSANTE; AUTOCLAVE LACTÁRIO COM PROGRAMA DE FÁBRICA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MAMADEIRAS CHEIAS E VAZIAS. ACOMPANHA GALHETEIRO PARA ACONDICIONAMENTO (OPCIONAL); DAS MAMADEIRAS PARA CICLO TOTAL DE ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAIS E CAMPOS CIRÚRGICOS COM 45 MINUTOS DE DURAÇÃO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ACESSO REMOTO VIA WEB (USO EXCLUSIVO DO CLIENTE), PERMITINDO VERIFICAR O ESTADO ATUAL DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO GRÁFICOS DE TEMPERATURA/PRESSÃO, ACOMPANH	R$ 343.916,33	1 UND	Cancelado
0002	CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR: SUPORTAR PACIENTES ATÉ 200KG, GRADES LATERAIS DE SEGURANÇA, REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA ATÉ 80 CM, MOVIMENTOS ELÉTRICOS. O MODELO DEVE PERMITIR ATÉ 8 POSIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE POSICIONAMENTO, INCLUINDO: DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADA, CARDÍACA, ELEVAÇÃO LEITO, OUTRAS COMBINAÇÕES PROPORCIONADAS PELOS MOVIMENTOS ELÉTRICOS. TODOS OS AJUSTES DEVERÃO SER REALIZADOS ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO COM FIO, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO SIMPLES E PRÁTICA. COLCHÃO INCLUSO COM CAPA IMPERMEÁVEL. COM RODÍZIOS, COM FREIOS, TAMANHO SOLTEIRO, LARGURA MÍNIMA DO PRODUTO 100 CM. 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	R$ 12.884,79	23 UND	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84

0003	A R-CONDICIONADO 12.000 BTU/H: CAPACIDADE: 12.000 BTU/H (COM VARIAÇÃO DE MODULAÇÃO EM MODELOS INVERTER, GERALMENTE DE 3.000 A 13.800 BTU/H); CICLO: QUENTE E FRIO; TENSÃO / VOLTAGEM: 220V (MONOFÁSICO, 60 HZ); CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: SELO PROCEL A (COM TECNOLOGIA INVERTER PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ATÉ 70% DE ENERGIA EM RELAÇÃO A MODELOS CONVENCIONAIS); GÁS REFRIGERANTE: R-32 OU R-410A (ECOLÓGICOS E DE MAIOR EFICIÊNCIA TÉRMICA); ÁREA DE COBERTURA: 16 M² A 20 M² (DEPENDENDO DA INCIDÊNCIA DE SOL E NÚMERO DE APARELHOS/PESSOAS NO CÔMODO); 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	R$ 2.092,43	14	UND	Cancelado
0004	A R-CONDICIONADO 24.000 BTU/H: APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICA, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL, FLUIDO REFRIGERANTE R-32 OU R-410A, ACOMPANHADO DE UNIDADE EVAPORADORA, CONDENSADORA, CONTROLE REMOTO, MANUAIS EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TRANSPORTE, INSTALAÇÃO COMPLETA, INTERLIGAÇÕES ORDINÁRIAS E TESTES OPERACIONAIS, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO	R$ 3.485,04	3	UND	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84

0005	ISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DR WIRELESS: DROC É UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DR. FORNECER O CONTROLE COMPLETO PARA TODAS AS FUNÇÕES, CAPTURA DE IMAGENS DR. ENTREGAR UMA QUALIDADE DE IMAGEM MAIOR COM UMA DOSE MAIS BAIXA. O DROC TAMBÉM PODE SER COMO A MAIORIA DOS COMPONENTES DE IMAGEM, COMO EQUIPAMENTO DE RAIO-X, COLIMADORES, DAPS, E SISTEMAS DE POSICIONAMENTO MECÂNICO. UNIDADES DE MEDIDA: AS PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS DIGITAIS DE RAIO X WIRELESS (MODELOS V14 E V17) DA INNOCARE. DR (TECNOLOGIA INNOCARE/INNOLUX). MODELOS DE PLACAS: V14C/V14G (14“ X 17”) E V17C/V17G (17” X 17”) COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSL) OU OXISULFETO DE GADOLÍNIO (GOS). CONECTIVIDADE WIRELESS: SUPORTE A IEEE 802.11AC (ALÉM DE A /G/ N), OPERANDO NAS FAIXAS DE 2.4 GHZ E 5 GHZ COM ANTENA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE. DETECÇÃO DE EXPOSIÇÃO: TECNOLOGIA AED (AUTOMATIC EXPOSURE DETECTION). PESO: APROXIMADAMENTE 2.7 KG (MODELO 1417) E 3.2 KG (MODELO 1717) COM BATERIA. RESISTÊNCIA: PROTEÇÃO IP56 CONTRA POEIRA E ÁGUA. BATERIA E AUTONOMIA: MAIS DE 8 HORAS EM MODO SYNC OU MAIS DE 1000 IMAGENS (EM CICLOS DE 30 SEGUNDOS). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AC 100-240V (SAÍDA DO ADAPTADOR 24V/2.5A), CLASSE I, TIPO B. AMBIENTE DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA DE 5°C A 35°C (DESEMPENHO IDEAL ENTRE 15° C E 30° C) E UMIDADE DE 15% A 80%. CAPACIDADE DE CARGA: CARGA UNIFORME DE ATÉ 300 KG E CARGA LOCALIZADA DE 120 KG (EM DIÂMETRO DE 4 CM). SOFTWARE COMPATÍVEL: PLATAFORMAS COMO VOYANCE OU DROC. 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. O SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DR WIRELESS DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM DETECTOR DIGITAL, ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO, SOFTWARE E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO, DEVENDO PERMITIR CAPTURA, VISUALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, COM INTEGRAÇÃO AO EQUIPAMENTO DE RAIOS X EXISTENTE. SERÃO ADMITIDAS SOLUÇÕES D	R$ 87.963,33	1 UND	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/11/2026	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 030 2026.pdf
13/11/2026	TR PE 030 2026.pdf
13/11/2026	ETP PE 030 2026.pdf
19/11/2026	Termo de Revogação PE 030 2026.pdf

Propostas Enviadas

0001 - AUTOCLAVE: Capacidade de 350 litros. Sistema de fechamento de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de um volante central. Este sistema assegura a compensação automática no caso de eventuais folgas pelo desgaste natural, assegurando pressão por igual em todo o perímetro da porta, que se fecha sobre uma guarnição confeccionada totalmente em silicone, desenvolvida para proporcionar vedação e maior durabilidade; Diafragma em silicone para travamento das portas; Câmara interna confeccionada em aço inoxidável AISI 316/316L, opcionalmente em AISI 316Ti, e câmaras externas em aço inoxidável AISI 304, opcionalmente ser também em podendo 316/316L ou AISI 316Ti; Acabamento da superfície interna da câmara em polimento sanitário; Tubulação confeccionada em aço inoxidável AISI 304 e latão, podendo ser opcionalmente em inox AISI 316/316L; Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1020 com pintura anticorrosiva, ou opcionalmente, aço noxidável AISI 304, apoiada em pés reguláveis de aço (opcionalmente de aço e borracha com antivibração); Gerador de vapor elétrico integrado ao equipamento com potência de

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84

acordo com as exigências das normas técnicas, confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou opcionalmente 316/316L; Entrada de 1" na câmara interna para sensores de validação; Sistema de tratamento de água por osmose reversa incorporado ao equipamento e com o reservatório interno; Sistema de purgação automático; Bomba de vácuo com anel líquido ou opcionalmente com duplo estágio. Com potências de 1,5 CV, 3 CV ou 4CV; Vácuo pulsante; Autoclave Lactário com programa de fábrica para esterilização de mamadeiras cheias e vazias. Acompanha galheteiro para acondicionamento (Opcional); das mamadeiras para Ciclo total de esterilização instrumentais e campos cirúrgicos com 45 minutos de duração, com baixo consumo de energia. Acesso remoto via Web (uso exclusivo do cliente), permitindo verificar o estado atual do equipamento, incluindo gráficos de temperatura/pressão, acompanh

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	44.239.382/0001-86	19/11/2026 - 13:49:34			1	0,00	R$ 0,00	

0002 - CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR: suportar pacientes até 200kg, grades laterais de segurança, Regulagem elétrica de altura até 80 cm, Movimentos elétricos. O modelo deve permitir até 8 posições e configurações de posicionamento, incluindo: Dorsal, Fowler, Semi-Fowler, Sentada, Cardíaca, Elevação leito, outras combinações proporcionadas pelos movimentos elétricos. Todos os ajustes deverão ser realizados através do controle remoto com fio, proporcionando uma operação simples e prática. Colchão incluso com capa impermeável. Com rodízios, com freios, tamanho solteiro, largura mínima do produto 100 cm. 220 volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0003 - A R-CONDICIONADO 12.000 BTU/h: Capacidade: 12.000 BTU/h (com variação de modulação em modelos Inverter, geralmente de 3.000 a 13.800 BTU/h); Ciclo: Quente e Frio; Tensão / Voltagem: 220V (Monofásico, 60 Hz); Classificação Energética: Selo Procel A (com tecnologia Inverter proporcionando economia de até 70% de energia em relação a modelos convencionais); Gás Refrigerante: R-32 ou R-410A (ecológicos e de maior eficiência térmica); Área de Cobertura: 16 m² a 20 m² (dependendo da incidência de sol e número de aparelhos/pessoas no cômodo); 220 volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0004 - A R-CONDICIONADO 24.000 BTU/h: Aparelho de ar-condicionado tipo split, tecnologia inverter, capacidade nominal de refrigeração de 24.000 BTU/h, ciclo quente e frio, alimentação elétrica 220 V, monofásica, 60 Hz, classificação de eficiência energética A, conforme regulamentação aplicável, fluido refrigerante R-32 ou R-410A, acompanhado de unidade evaporadora, condensadora, controle remoto, manuais em português e todos os acessórios e materiais necessários à instalação e ao funcionamento. O fornecimento deverá incluir transporte, instalação completa, interligações ordinárias e testes operacionais, sem custos adicionais para a Administração. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0005 - ISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL DR WIRELESS: DROC é uma estação de trabalho para aquisição de imagens DR. Fornecer o controle completo para todas as funções, captura de imagens DR. Entregar uma qualidade de imagem maior com uma dose mais baixa. O DROC também pode ser como a maioria dos componentes de imagem, como equipamento de Raio-X, colimadores, DAPs, e sistemas de posicionamento mecânico. Unidades de medida: As principais especificações técnicas características das Placas Digitais de Raio X Wireless (Modelos V14 e V17) da Innocare. DR

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84

(tecnologia Innocare/Innolux). Modelos de Placas: V14C/V14G (14“ x 17”) e V17C/V17G (17” x 17”) com cintilador de iodeto de Césio (CsI) ou Oxisulfeto de Gadolínio (GOS). Conectividade Wireless: Suporte a IEEE 802.11ac (além de a /g/ n), operando nas faixas de 2.4 GHz e 5 GHz com antena Wi-Fi de alta performance. Detecção de Exposição: Tecnologia AED (Automatic Exposure Detection). Peso: Aproximadamente 2.7 kg (modelo 1417) e 3.2 kg (modelo 1717) com bateria. Resistência: Proteção IP56 contra poeira e água. Bateria e Autonomia: Mais de 8 horas em modo SYNC ou mais de 1000 imagens (em ciclos de 30 segundos). Alimentação Elétrica: AC 100-240V (saída do adaptador 24V/2.5A), Classe I, Tipo B. Ambiente de Operação: Temperatura de 5°C a 35°C (desempenho ideal entre 15° C e 30° C) e umidade de 15% a 80%. Capacidade de Carga: Carga uniforme de até 300 kg e carga localizada de 120 kg (em diâmetro de 4 cm). Software Compatível: Plataformas como Voyance ou DROC. 220 volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo. O sistema de radiografia digital DR wireless deverá ser fornecido completo, com detector digital, estação de aquisição, software e acessórios indispensáveis ao funcionamento, devendo permitir captura, visualização, processamento e exportação de imagens radiográficas, com integração ao equipamento de raios X existente. Serão admitidas soluções d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	44.239.382/0001-86	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
- -	- -	- -

Chat

Data	Apelido	Frase
19/11/2026 - 16:27:11	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
19/11/2026 - 16:27:11	Sistema	Motivo: Pelo Interesse Público.
19/11/2026 - 16:27:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Termo de Revogação PE 030 2026.pdf) em 19/11/2026 às 16:27.

EMANOEL FERREIRA SANTIAGO

Pregoeiro

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2026 às 16:33:24.
Código verificador: 1C15A84