

RETIFICAÇÃO 02
EDITAL Nº 19/2025
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
MENOR PREÇO POR ITEM

A) ALTERA-SE A DESCRIÇÃO DOS ITENS 01, 02 E 03 do presente edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	LAVADOURA HORIZONTAL EXTRATORA HOSPITALAR CAPACIDADE 21 KG – FATOR DE CARGA 1:12,09 – POTÊNCIA 2CV 6P (1,5 KW/H) – TRIFÁSICA 220 OU 380 V – 60HZ – ROTAÇÃO 30RPM.	71.466,00	R\$ 71.466,00
02	01	UN	SECADOR ELÉTRICO CAPACIDADE 20 KG – PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO- DIMENSÃO DO CESTO 1200 MM E COMPRIMENTO 1000MM- POTÊNCIA DO MOTOR 1,5 CV (0,75 KW) POTÊNCIA DE RESISTÊNCIAS 33KW – DIMENSÕES EXTERNAS ALTURA 1900MM; LARGURA 1365MM E COMPRIMENTO 1510 MM; TRIFÁSICA 220 OU 380 V – 60HZ	49.633,00	R\$ 49.633,00
03	01	UN	MONITOR DE SINAIS VITAIS - PARÂMETROS MONITORADOS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), RESPIRAÇÃO (RESP), TEMPERATURA (TEMP), SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO ₂), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (NIBP) E ETCO ₂ . TELA: DISPLAY COLORIDO DE 10 POLEGADAS COM INTERFACE INTUITIVA. ALARMES: NOTIFICAÇÕES VISUAIS E SONORAS PARA ALERTAR SOBRE ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS CONFIGURADOS. COMPATIBILIDADE: INDICADO PARA PACIENTES DE DIFERENTES PORTES (GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS). PORTABILIDADE: EQUIPAMENTO LEVE (1,5 KG), COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 300 MINUTOS). CONEXÕES: INCLUI INTERFACES	15.500,00	R\$ 15.500,00

			EXTERNAS COMO USB E CONEXÃO PARA SENSORES DE ECG, SPO ₂ , TEMPERATURA, E MAIS. CONFIGURAÇÃO PERSONALIZÁVEL: AJUSTE DE ALARMES, BRILHO DE TELA, VOLUMES, E OUTRAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS.		
--	--	--	--	--	--

LEIA-SE:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	LAVADOURA-EXTRATORA HORIZONTAL DE USO HOSPITALAR: DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: - CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG, ADEQUADA PARA AMBIENTES QUE EXIJAM CONTROLE RIGOROSO DE HIGIENIZAÇÃO, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE. -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: FATOR DE CARGA PROPORCIONAL À CAPACIDADE NOMINAL, COMPATÍVEL COM USO PROFISSIONAL; -MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5KW(2CV); - ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, COM TENSÃO DE 220V OU 380V, FREQUÊNCIA DE 60HZ; -VELOCIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO DE 30 RPM, COM SISTEMA DE CONTROLE QUE PERMITA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE; - ESTRUTURA QUE ATENDA AOS REQUESITOS DA NR-12, COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ACESSO SEGURO A PAINÉIS E COMANDOS; - MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEIS COM USO HOSPITALAR; - DEVE ACOMPANHAR MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS E POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: DE NO MÍNIMO 60 DIAS	71.466,00	R\$ 71.466,00
02	01	UN	SECADOR DE ROUPA INDUSTRIAL ELÉTRICO	49.633,00	R\$ 49.633,00

			DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: -EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, PRÓPRIO PARA USO EM LAVANDERIAS INDUSTRIAIS OU HOSPITALARES; -CAPACIDADE MÍNIMA DO TAMBOR: 20 KG DE ROUPAS SECAS; -ACESSO FRONTAL, COM PORTA EQUIPADA COM VISOR EM MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DURANTE O FUNCIONAMENTO; -TAMBOR COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1200 MM DE DIÂMETRO E 1000 MM DE PROFUNDIDADE (OU EQUIVALENTE QUE ATENDA À CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA); -MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV (0,75 KW); -POTÊNCIA MÍNIMA TOTAL DE AQUECIMENTO (RESISTÊNCIAS): 33 KW; -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TRIFÁSICA, COMPATÍVEL COM TENSÕES DE 220 V OU 380 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ; -DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: ALTURA DE ATÉ 1900 MM, LARGURA DE ATÉ 1365 MM E PROFUNDIDADE DE ATÉ 1510 MM; -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES APLICÁVEIS (NR-12 OU EQUIVALENTE); -GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA: DE NO MÍNIMO 60 DIAS		
03	01	UN	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO – USO HOSPITALAR MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DESTINADO À MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE SINAIS VITAIS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, EM UNIDADES HOSPITALARES, CLÍNICAS, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA OU DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, FABRICADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR E REGISTRADO NA ANVISA COMO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO DIAGNÓSTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PARÂMETROS MONITORADOS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (RESP) TEMPERATURA CORPORAL (TEMP) SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO₂) PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI/NIBP) CAPNOGRAFIA (ETCO₂) TELA: DISPLAY COLORIDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 10 POLEGADAS;	15.500,00	R\$ 15.500,00

		INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, QUE PERMITA LEITURA SIMULTÂNEA E CLARA DOS PARÂMETROS MONITORADOS. ALARMES: ALARMES AUDIOVISUAIS COM NÍVEIS CONFIGURÁVEIS, PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS; CAPACIDADE DE AJUSTE DE VOLUME, LIMITES DE ALARME, BRILHO DE TELA E OUTROS PARÂMETROS OPERACIONAIS. FONTE DE ENERGIA: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (110/220V – 60HZ); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS (300 MINUTOS) EM USO CONTÍNUO. PORTABILIDADE: EQUIPAMENTO COMPACTO E LEVE, COM PESO MÁXIMO DE 2,8 KG; DEVE PERMITIR FÁCIL TRANSPORTE E REPOSICIONAMENTO EM DIFERENTES AMBIENTES HOSPITALARES. CONECTIVIDADE: DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, INTERFACE USB E CONECTORES COMPATÍVEIS PARA SENSORES DE ECG, SPO₂, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA E ETCO₂; DEVE POSSIBILITAR A EXPORTAÇÃO DE DADOS OU INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (PREFERENCIAL, SE APLICÁVEL). COMPATIBILIDADE COM PACIENTES: DEVE SER ADEQUADO PARA USO EM PACIENTES DE DIFERENTES BIOTIPOS: ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS (OU INDICAR FAIXAS ETÁRIAS/PESOS ATENDIDOS). NORMAS E CERTIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO APLICÁVEIS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRAZO DE ENTREGA: DE NO MÍNIMO 60 DIAS	
--	--	--	--

B)Fica alterada a data de julgamento para o dia 21/07/2025, às 08h, conforme Retificação 01.

Ivorá - RS, 08 de Julho de 2025.

JOSEMAR ZORZI OSMARI
Prefeito Municipal de Ivorá