



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (PCE) PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/21

EDITAL (PCE) PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/21 Nº 000043 / 2026

MODALIDADE: (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21	JULGAMENTO: Por Item
OBJETO / FINALIDADE: Aquisição de equipamentos hospitalares e eletrodomésticos para UBS conforme Portaria SES Nº 1228/2025 - SEI 25/2000-9000141-8.	
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/11/2026 às 09:00:00	

RAZÃO SOCIAL / FORNECEDOR:		CÓDIGO:
ENDEREÇO:		
CNPJ / CPF:		
INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:
CIDADE:	UF:	FONE:

ITENS DA PROPOSTA

LOTE	ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	MARCA
0000	001	3,00	UN	20440 - FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS 1100W		
MODELO EMITTER NOW DUO. COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: - WIRELESS; - LUZ AZUL - VIOLETA GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA; - MULTIWAVE; - PONTEIRA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA; - FUNÇÃO ORTHO; - DISPLAY DIGITAL; - PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM; - TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; - BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; - TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS; - COMANDO DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA; - CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO; - TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL DE 180 MINUTOS; - BIVOLT AUTOMÁTICO; - LENTE DE PONTEIRA SUBSTITUÍVEL; - SISTEMA STAND BY - DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO - REGISTRO NO INMETRO E GARANTIA DE 01 ANO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,8 CM - COMPRIMENTO COM A PONTEIRA: 24,0 CM - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - FREQUÊNCIA: 50/60 Hz - PESO DA PEÇA DE MÃO APROXIMADO: 0,139 KG - COMPRIMENTO DE ONDA: 385 a 515 nm. - EMISSOR DE LUZ: Emissor de luz: LED (Light Emitting Diode). - BATERIA: 3,7V - 1400 mAh. - POTÊNCIA DE LUZ: 1250 mW/cm ² (Polimerização) - 2300 mW/cm ² (Ortho) - 2500 mW/cm ² (High). TECNOLOGIA MULTIWAVE - AMPLO ESPECTRO DE COMPRIMENTO DE ONDA (385 à 515nm). - A AÇÃO CONJUNTA DE 3 LEDS POLIMERIZA TODOS OS FOTOINICIADORES E MATERIAIS DO MERCADO. - 2 LEDS AZUIS E 1 LED VIOLETA (IMPERCEPTÍVEL AO OLHO HUMANO).						
0000	002	1,00	UN	16553 - CAFETEIRA		
JARRA INOX, PARA NO MÍNIMO 30 XÍCARAS DE CAFÉ. 220V OU BIVOLT.						
0000	003	1,00	UN	18206 - TORRADERA ELÉTRICA		
GRIL SANDUICHEIRA 2 EM 1 850 W. 220V OU BIVOLT. COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. ALÇA FRONTAL COM TOQUE FRIO. COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇAS AJUSTÁVEIS. CHAPA SUPERIOR ONDULADA E INFERIOR LISA. TAMANHO DA CHAPA 22X14,5 CM. LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. CHAPA SUPERIOR SE AJUSTA CONFORME ESPESSURA DO ALIMENTO. ACABAMENTO EM AÇO INOX. PÉS ANTIDERRAPANTES.						
0000	004	1,00	UN	17453 - PRANCHA PARA RESGATE		
Conjunto composto por: - 01 Pranchas para Resgate em Polietileno - 01 Capa com Bolso para Prancha - 01 Conjunto de Cintos - 01 Imobilizador Lateral de Cabeça Adulto ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Altura 7 cm						



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (PCE) PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/21

- Largura 43 cm
- Comprimento 190 cm
- Peso 6 Kg
- Polietileno
- Peso máximo suportado 300 Kg
- Fabricação nacional
- Impermeável
- Resistente

0000	005	1,00	UN	19364 - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO		
------	-----	------	----	--------------------------------------	--	--

Detalhes:

- Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão)
- Leito acolchoado em espuma Densidade 28
- Gabinete com 2 portas 3 gavetas
- 1 par de porta coxas
- Suporte para lençol descartável
- Cuba em aço Inox

Dimensões externas aproximadas:

- Comprimento 1,20 cm
- Profundidade: 0,60 cm
- Altura: 0,80 cm

0000	006	1,00	UN	23145 - CAMA HOSPITALAR		
------	-----	------	----	-------------------------	--	--

COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

NA COR BRANCA, COM REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES AXLXP: 68X97X212 CM. SUPORTE ATÉ 200 KG. COM HASTE PARA SORO QUE PERMITA POSICIONAMENTO EM QUALQUER EXTREMIDADE. GRADE LATERAL REBATÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. ACOMPANHADA DE COLCHÃO. ESTRADOS COM ABERTURA. PINTURA EPOXI. TRÊS MOVIMENTOS ARTICULADOS REGULADOS MANUALMENTE ATRAVÉS DE 3 MANIVELAS REBATÍVEIS. RODAS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO GIRO DE 360° SOBRE O PRÓPRIO EIXO. EIXOS COM CAPA PROTETORA. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM TODAS AS QUINAS. CABECEIRA E PEEIRA EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE REMOÇÃO RÁPIDO.

0000	007	3,00	UN	23726 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO		
------	-----	------	----	--------------------------------	--	--

Ultrassom

- Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.
- Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.
- Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.
- Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio).
- Tipos (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.
- Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4.
- Chave geral localizada na traseira do equipamento.
- Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.
- Pedal de acionamento único.

Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento

- Novo Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento:
- Reservatório confeccionado em alumínio, com sistema de aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.

Jato de Bicarbonato

- Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores.
- Filtro de ar com drenagem automática.
- Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo.

Acessórios

- 4 Pontas TIP (T1-S, T2-S, T3-S e T4-S)
 - Chave torquímetro
 - 2 Capa de silicone da caneta de ultrassom
 - 2 Fusível
 - 1 Agulha de limpeza
 - 3 Sachês de bicarbonato
- COM REGISTRO NO INMETRO



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (PCE) PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/21

_____ Responsável	_____ Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de ____ de ____	
_____ _____	