

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
SMELJ

Documento de Especificação Técnica

Data: 18/09/2024 – **Nome do Responsável:** Viviane Timm Wood – **Matrícula:** 1110462-01

Código: 556423

Material: Desfibrilador Externo Automático c/ eletrodos adesivos tamanhos adultos e infantil

***Descrição do item:** Especificação mínima

Forma de onda bifásica, desfibrilação e sistema manual/automático adaptável a qualquer paciente adulto ou criança. Deve acompanhar eletrodos adesivos tamanhos adultos e infantil. (mínimo de 1 par para cada categoria) e presença de display. Bateria de lítio recarregável com capacidade mínima de 100 choques sem a necessidade de troca ou recarga. Exibição de status da bateria em tempo real. Botão liga/desliga. Mensagem de comando por texto e voz em português. Possuir energia configurável com dose de choque inicial de 150 joules para adultos e 50 joules para crianças, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Deve possuir sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis que atendam às recomendações e desempenho da A.H.A. Garantia de no mínimo 1 ano.

Devem ser apresentados certificações de conformidade definitiva com logomarca INMETRO com as normas NBR IEC60601-1, NBR 60611-2-4 E IP55 ou IP56 para resistência para entrada de partículas de água, e registro definitivo da Agência nacional de vigilância sanitária- ANVISA. Deve acompanhar:


01 bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável;

01 par (mínimo) de pá adesiva para desfibrilação de paciente adulto e pediátrico;

01 bateria recarregável com autonomia solicitada;

01 carregador externo de bateria;

01 sensor de RCP para feedback em tempo real quanto a frequência e profundidade das compressões sem necessidade de ajustes.



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
UCCS-SMELJ

Documento de Especificação Técnica

Data: 18/09/2024 – **Nome do Responsável:** Viviane Timm Wood – **Matrícula:** 1110462-01

Código: 683763

Material: Equipamento para terapia combinada

Documentação a ser enviada pelo licitante arrematante

1. Catálogo do equipamento, em português, contendo as especificações do mesmo.

2. Registro do equipamento na ANVISA

***Descrição do item**

1. Equipamento destinado a fazer a chamada terapia combinada, utilizando ultra-som de 1 ou 3 MHz e simultaneamente o estímulo elétrico das Correntes Diadinâmicas de Bernard, TNES, Corrente Russa, Interferencial Bi-Polar etc.


2. Sua principal atuação é o diagnóstico e tratamento de pontos dolorosos (trigger point), identificação de síndromes miofasciais e tratamento das zonas de Head, através da aplicação simultânea de ultrassom e correntes através do cabeçote transdutor, o que não ocorre com o uso individual desses recursos.

3. Características: Microprocessador, Terapia Combinada, Cabeçote Aplicador Multifrequencial, Contínuo e Pulsado, Correntes: TENS CONV, TNES VFP, TNES BURST, FES VAP, RUSSA, INTERFERENCIAIS BIPOLARES, DIADINÂMICA DE BERNARD DF, LP, CPID, GALVÂNICA DE 8 KHZ, display de cristal líquido Azul, Cabeçote ergonômico ultra leve, memórias para salvar protocolos, indicações de tratamento pré-programadas, possibilidade de uso independente do ultrassom ou correntes, voltagem automática 110/220V.

4. O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: 01 tubo de gel; 01 conversor de retificador alimentação; 01 cabeçote aplicador multifrequencial 1/3mhz; 04 eletrodos de silicone 5x5cm, 01 eletrodo de silicone 8x5cm, 04 envelopes para eletrodo 5x5; 01 envelope para eletrodo 8x5, 02 cinta elástica pequena, 02 cinta elástica média, 02 cinta elástica grande, 02 cabo com. Paciente NMS preto/vermelho, 01 cabo de força, 01 termo de garantia, 01 manual de operação.

5. O equipamento deverá estar conforme as normas NBRIEC 60661-1, CISPR 11, NBRIEC 60601-2-10, INBRIEC60601-2-5.

6. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Segurança
UPP

Documento de Especificação Técnica


Data: 15/08/2023 – **Nome do Responsável:** Genê Claas de Bona – **Matrícula:** 1525760

Código: 2004482

Material: Cadeira de escritório, giratoria, tipo “presidente”

Especificação:

1. Cadeira de escritório com encosto para cabeça e braços com regulagem de altura.
2. Design: tipo poltrona presidente.
3. Toda a cadeira, incluindo estruturas, encostos e assento, deve ser integralmente na cor preta.
4. Encosto com estrutura em resina plástica e revestimento sintético em PVC com apoio para lombar e altura regulável, e espuma injetada para alto conforto.
5. Todo revestimento de encosto e assento deve ter aparência e textura semelhante à couro.
6. Eixo central com regulagem de altura da cadeira com sistema de gás.
7. Apoio para braços regulável em altura e ângulo; e cabeça, em altura e podendo ser removível.
8. Eixo central que permita girar a cadeira mantendo a base fixa no chão.
9. Assento estofado com espuma de alta densidade (de 45 a 55 kgf/m³)
10. Ajuste de inclinação de encosto em pelo menos 4 pontos de parada, incluindo modo ereto para trabalho e modo conforto/relax para repouso.
11. Estrutura de alta resistência, em Aço Carbono ABNT 1005/10, ou outro similar, que permita usuários de até 120 quilos, sem que a cadeira deforme, incline-se ou penda para algum dos lados.
12. Encosto e assento em revestimento de PVC sintético de alta qualidade.
13. Base de alta resistência com 5 rodinhas de movimento de 60 a 70 mm de diâmetro com superfície que não arranhe ou entre em atrito com nenhum tipo de piso.
14. Atender todos os requisitos de cadeira ergométrica da Norma Regulamentadora NR17, com apresentação de laudo assinado por ergonomista credenciado pela ABERGO.
15. Não serão aceitos itens com falhas de costura, estrutura ou superfície, ainda que não prejudiquem o funcionamento da cadeira.
16. Deve ser incluída, no momento da entrega, a instalação que realize a montagem completa da cadeira, deixando-a plenamente pronta para uso.
17. Garantia de pelo menos 5 anos.



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Segurança
UPP

18. Dimensões da Cadeira (com margem de 10% para mais), conforme o desenho técnico abaixo. Todas as medidas estão em milímetros.

