

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Porto Alegre DLC - Diretoria de Licitações e Contratos Pregão Eletrônico - 434/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
13/11/2025 15:48	13/11/2025 18:00	03/12/2025 23:59	08/12/2025 09:59	08/12/2025 10:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
21/10/2025 18:00	30/10/2025 23:59	04/11/2025 09:59	04/11/2025 10:00	13/11/2025 15:42	NELSON CARVALHO PRADO

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
30/10/2025 - 10:46:15	Impugnação - item 01	12/11/2025 - 09:49:31	Deferido Parcialmente	Pedido: IMPUGNAÇÃO - PE 434-25 PM Porto Alegre - Direcionamento Mindray AD.pdf Julgamento: SEI PMPA - 25.0.000138944-3 julgamento à impugnação.pdf

Embasamento: A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº. 90.909.631/0002-00, estabelecida na Rua Albatroz, nº. 237, 19 Cidade Palhoça – SC, vem respeitosamente perante V. Sª. através de seu representante legal, apresentar IMPUGNAÇÃO tempestiva em relação ao Edital supracitado, pelos fatos e fundamentos anexos.

Julgamento: Segue, em anexo, o julgamento à impugnação do edital, deferido parcialmente.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/11/2025 - 17:57:06	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 02	28/11/2025 - 14:43:39

Dúvida: ITEM 02 - "Câmera da lâmina com resolução mínima de 2.0 M Pixels"
É possível alterar para 1.0 M Pixels?

ITEM - 02 - "Bateria tipo lítio recarregável com, no mínimo, 200 horas de trabalho"
É possível alterar para 3 horas de trabalho?

Resposta: Segue parecer do Núcleo Financeiro - PACS/CMU/DAAHU/SMS
"ITEM 02 - "Câmera da lâmina com resolução mínima de 2.0 M Pixels" - É possível alterar para 1.0 M Pixels?

A câmera de 2MP permite melhor visualização das mucosas, secreções, edemas e alterações anatômicas, reduzindo a possibilidade de erros de interpretação. Além disso, a resolução de 2MP está alinhada à evolução tecnológica do equipamento, ou seja, a câmera de 1MP diminuiria a durabilidade tecnológica do equipamento. Há diversos modelos disponíveis no mercado com resolução de 2.0 MP, portanto entendemos que esta exigência não limita a competitividade.

ITEM 02 - "Bateria tipo lítio recarregável com, no mínimo, 200 horas de trabalho" - É possível alterar para 3 horas de trabalho?

A bateria, em estado de nova e totalmente carregada, deverá ter duração de aproximadamente 4 horas de uso (+/- 1h é tolerável), e deve permitir, no mínimo, 300 ciclos de recarga."

25/11/2025 - 17:55:05 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 01 28/11/2025 - 14:46:36

Dúvida: item 01 - "Capacidade de pelo menos 1000 eventos"
É possível alterar para 200 eventos?

item 01 - "Memória para no mínimo 200h de medidas tabulares"
É possível alterar para 120h de medidas tabulares?

Resposta: Segue parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS
Itens – Capacidade de memória É possível alterar os requisitos para 200 eventos e 120 horas de medidas tabulares? Ou será aceito equipamentos com esta diferença?
Sim, ponderou-se que 200 eventos e 120 horas de medidas tabulares são aceitáveis.

25/11/2025 - 17:52:22 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 01 01/12/2025 - 09:21:12

Dúvida: ITEM 01 - "01 (um) jogo de pás adulto e infantil intercambiáveis internas para cirurgia"
Este item pode ser retirado ou tornado opcional?

Resposta: Segue o parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS

"Dúvida ITEM 01 - "01 (um) jogo de pás adulto e infantil intercambiáveis internas para cirurgia" Este item pode ser retirado ou tornado opcional?"

De forma semelhante ao questionamento "Item 01 –"Deve possuir a desfibrilação através de pás internas com acessórios para essa funcionalidade" Este item pode ser retirado ou tornado opcional?", O equipamento será utilizado em um hospital de trauma, no qual são realizados procedimentos que em situações críticas necessitam do uso deste acessório em cirurgias."

25/11/2025 - 17:51:07 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 01 28/11/2025 - 10:02:10



Dúvida: Item 01 – Limite de energia para desfibrilação interna (50J)
Este item pode ser retirado ou tornado opcional?

Item 01 – Tela mínima de 8 polegadas
É possível alterar o requisito para tela mínima de 7 polegadas? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?

Item 01 – "Deve possuir a desfibrilação através de pás internas com acessórios para essa funcionalidade"
Este item pode ser retirado ou tornado opcional?

Item 01 – Peso máximo de 6 kg
É possível alterar o limite de peso para 9 kg? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?

Item 01 – Grau de proteção IP55
É possível alterar o grau de proteção para IPX4? Ou será aceito equipamentos com esta diferença?

Item – Alarme de assistolia em 4 segundos
É possível alterar o tempo de alarme para 11 segundos? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?

Itens – Capacidade de memória
É possível alterar os requisitos para 200 eventos e 120 horas de medidas tabulares? Ou será aceito equipamentos com esta diferença?

Resposta: Segue parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS
"Boa tarde, em retorno à solicitação de esclarecimentos 36758830, seguem respostas aos questionamentos:

Item 01 – Limite de energia para desfibrilação interna (50J) Este item pode ser retirado ou tornado opcional?
Sim, pode constar como opcional, uma vez que a seleção de energia possa ser selecionada pelo médico.

Item 01 – Tela mínima de 8 polegadas. É possível alterar o requisito para tela mínima de 7 polegadas? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?
É possível, desde que a diferença seja a informada, de no máximo 1 polegada, visto que o tamanho da tela é importante para que a equipe possa visualizar a monitorização do paciente, que no caso sempre se dá em situação crítica.

Item 01 – "Deve possuir a desfibrilação através de pás internas com acessórios para essa funcionalidade" Este item pode ser retirado ou tornado opcional?
Não. O equipamento será utilizado em um hospital de trauma, no qual são realizados procedimentos que em situações críticas necessitam do uso deste acessório.

Item 01 – Peso máximo de 6 kg. É possível alterar o limite de peso para 9 kg? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?
É aceitável, embora não desejável, visto que os equipamentos precisam ser movimentados no uso, solicitamos que peso não maior do que 9kg.

Item 01 – Grau de proteção IP55 É possível alterar o grau de proteção para IPX4? Ou será aceito equipamentos com esta diferença?
Não, pelos seguintes motivos técnicos e regulatórios:

1. DIFERENÇAS TÉCNICAS ESTRUTURAIS ENTRE IP55 E IPX4​
A classificação de proteção de entrada (IP), conforme norma internacional IEC 60529, é composta por dois dígitos com significados específicos:

IP55

Primeiro dígito (5): Proteção contra poeira - o invólucro não permite a entrada de quantidades prejudiciais de pó​

Segundo dígito (5): Proteção contra jatos de água de baixa pressão de qualquer direção​

IPX4

Primeiro dígito (X): Sem proteção contra partículas sólidas - indica que NÃO FOI TESTADO e não há proteção contra objetos sólidos​

Segundo dígito (4): Apenas proteção contra respingos de água de todas as direções​

Portanto, IPX4 é significativamente inferior a IP55 em proteção contra partículas sólidas.

2. INCOMPATIBILIDADE COM AMBIENTE DE USO CLÍNICO​
Desfibriladores em contexto de emergência estão expostos a:

Sangue e fluidos corporais

Soro fisiológico e medicações intravenosas

Poeira e partículas em suspensão

Umidade ambiental elevada

O equipamento com grau IPX4 não oferece proteção adequada contra a entrada de partículas sólidas (sangue coagulado, resíduos biológicos), comprometendo a integridade das placas eletrônicas e a segurança operacional do dispositivo.​

3. REQUISITOS NORMATIVOS OBRIGATÓRIOS​
A especificação IP55 não é opcional; é mandatória conforme:

NBR IEC 60601-2-4:2014 — Equipamento eletromédicos - Parte 2-4: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de desfibriladores cardíacos​

A norma estabelece que equipamento deve ser resistente à água e poeira com grau de proteção MÍNIMO IP55​

Regulamentação ANVISA​

Resolução RDC nº 549 (30/08/2021): Certificação compulsória de desfibriladores

Instrução Normativa nº 116 (21/12/2021): Norma técnica obrigatória é NBR IEC 60601-2-4:2014

Item – Alarme de assistolia em 4 segundos. É possível alterar o tempo de alarme para 11 segundos? Ou será aceito equipamentos com esta pequena diferença?
Não. O tempo de identificação de ritmo de assistolia é fundamental para reanimação do paciente e tomada de decisão médica.

Itens – Capacidade de memória É possível alterar os requisitos para 200 eventos e 120 horas de medidas tabulares? Ou será aceito equipamentos com esta diferença?
Sim, ponderou-se que 200 eventos e 120 horas de medidas tabulares são aceitáveis."

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO EXTERNO, FAIXA 15 A 300 BPM, CFE.ESP.ANEXA	R\$ 35.323,02	8	UN	Homologado
0002	VIDEO LARINGOSCOPIO, CFE.ESP.ANEXA	R\$ 21.674,49	2	PÇ	Homologado



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/10/2025 - 11:07	SEI PMPA - 25.0.pdf
21/10/2025 - 11:07	SEI PMPA - 25.0.pdf
21/10/2025 - 11:07	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf
21/10/2025 - 11:07	SEI PMPA - 25.0.pdf
21/10/2025 - 13:37	publicação dopa-dou-jc.pdf
03/11/2025 - 15:48	IMPUGNAÇÃO - PE 434-25 PM Porto Alegre - Direcionamento Mindray AD.pdf
06/11/2025 - 14:10	suspensão 06-11-25 dopa-dou-jc.pdf
13/11/2025 - 15:41	SEI PMPA - 25.0.000138944-3 alteração de edital 12-11-25.pdf
13/11/2025 - 15:46	ALTERAÇÃO ODOPA-DOU-JC 13-11-25.pdf
13/11/2025 - 15:47	alteração das especificações técnicas 12-11-25.pdf
02/12/2025 - 13:57	PUBLICAÇÃO SUSPENSÃO DOPA 01-12-25.pdf
03/12/2025 - 09:34	Porto Alegre RS - 03-12 DOU SUSPENSÃO.pdf
03/12/2025 - 14:29	REINICIO DOPA-DOU-JC 04-12-25.pdf
05/12/2025 - 15:33	PUBLICAÇÃO DOPA-DOU-JC REINICIO EM 08-12-25 10H.pdf
05/12/2025 - 18:25	PUBLICAÇÃO DOPA-DOU-JC REINICIO EM 08-12-25 10H.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/11/2025 - 15:48:20	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
01/12/2025 - 15:54:52	Reinício da licitação	Srs. licitantes O pregão está previsto para reinício, e a disputa será no dia 04/12/25, às 10h, após as devidas publicações.
03/12/2025 - 17:11:37	Reinício da licitação	Srs. licitantes O pregão está previsto para reinício, e a disputa será no dia 08/12/25, às 10h, após as devidas publicações.
08/12/2025 - 10:52:14	Documentos solicitados para o processo 434/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 11:00:41	Documentos solicitados para o processo 434/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 11:18:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 11:18:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:08:26	Documentos solicitados para o processo 434/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:22:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2025 - 10:17:09	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2025 - 10:17:09	Documentos solicitados para o processo 434/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2025 - 10:26:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/12/2025 - 09:43:28	Documentos solicitados para o processo 434/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 434/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo, faixa 15 a 300 bpm, cfe.esp.anexa	MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	D30	MINDRAY	35.000,00	8	280.000,00
0002	Video laringoscopia, cfe.esp.anexa	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VL3R	HUGMED	8.970,00	2	17.940,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo, faixa 15 a 300 bpm, cfe.esp.anexa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	27/11/2025 - 17:10:10	cardioversor	cardioversor	8	R\$35.323,02	R\$ 282.584,16	Sim
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.422.307/0001-04	03/11/2025 - 09:59:08	D30	MINDRAY	8	R\$35.323,00	R\$ 282.584,00	Não
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	05/12/2025 - 16:27:26	VIVO GOLD	CMOS DRAKE	8	R\$35.323,00	R\$ 282.584,00	Sim
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	05/12/2025 - 14:21:01	S8	COMEN	8	R\$50.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	03/11/2025 - 14:40:09	PROPRIO	PRÓPRIA	8	R\$38.000,00	R\$ 304.000,00	Não
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	03/11/2025 - 15:38:05	DESFIBRILADOR	MED	8	R\$60.000,00	R\$ 480.000,00	Sim

0002 - Video laringoscopia, cfe.esp.anexa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	08.145.250/0001-21	27/11/2025 - 16:12:51	VL3R	HUGEMED	2	R\$21.679,49	R\$ 43.358,98	Sim
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	04.078.043/0002-21	26/11/2025 - 17:11:03	VS-10	Medcaptain	2	R\$8.990,00	R\$ 17.980,00	Não
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	27/11/2025 - 17:10:28	Video laringoscopia	Video laringoscopia	2	R\$21.674,49	R\$ 43.348,98	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	05/12/2025 - 16:30:22	VL3R	HUGMED	2	R\$21.674,45	R\$ 43.348,90	Sim



DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001-35	03/11/2025 - 14:16:34	VL3R	Hugemed/SHENZHEN HUGEMED TECHNICAL DEVEL	2	R\$21.674,00	R\$ 43.348,00	Sim
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	05/12/2025 - 14:21:58	CVL-3	COMEN	2	R\$10.500,00	R\$ 21.000,00	Sim
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	03/11/2025 - 15:38:21	Video laringoscopia	MED	2	R\$40.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA	53.342.372/0001-62	05/12/2025 - 14:34:37	Videolaringoscópio (IS3-L)	INSIGHTERS	2	R\$21.000,00	R\$ 42.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	08.145.250/0001-21	60 dias
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	04.078.043/0002-21	90 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	90 dias
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.422.307/0001-04	90 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	90 dias
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001-35	90 dias
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	90 dias
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	90 dias
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	60 dias
7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA	53.342.372/0001-62	90 dias

Lances Enviados

0001 - Desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo, faixa 15 a 300 bpm, cfe.esp.anexa

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 09:59:08	35.323,00 (proposta)	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 14:40:09	38.000,00 (proposta)	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:38:05	60.000,00 (proposta)	53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 17:10:10	35.323,02 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
05/12/2025 - 14:21:01	50.000,00 (proposta)	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido



05/12/2025 - 16:27:26	35.323,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Ao analisar o catálogo 36972080, no que se refere ao item "desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo", o modelo Vivo Gold da Fabricante CMOS DRAKE apresenta diversos pontos de inconformidade com a especificação técnica exigida, os quais cito: • Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 8 segundos No Manual disponibilizado no processo (p. 108), essa informação não é apresentada, aparecendo somente uma informação de 'conforme configuração'. Realizando busca do manual do equipamento na ANVISA (p. 106), a informação que consta é de que esse tempo seria de "aproximadamente 9 segundos" para carga máxima. • Capacidade de comunicação via rede física e/ou Wi-Fi, compatível com protocolos de interoperabilidade hospitalar (ex.: HL7 ou equivalentes), possibilitando integração com sistemas de monitorização e registro eletrônico existentes no parque tecnológico do HPS. Manual do equipamento Vivo Gold não cita em nenhum momento compatibilidade com nenhum protocolo hospitalar. • Grau de proteção de pelo menos IP55 Grau de proteção apresentado em manual é IP33, incompatível com solicitado. (pg. 105) • Monitoramento do intervalo de QT/QTc O monitoramento não é citado no manual. • Monitoramento da Análise ST em todas derivações O monitoramento não é citado no manual. • Detecção de no mínimo 15 tipos de arritmias Somente informado em manual o número de arritmias analisadas em modo DEA. Sendo somente dois tipos, o que é incompatível ao solicitado (p. 73). • Bateria recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima para 100 desfibrilação em energia máxima e/ou mínimo de 06 horas de monitorização contínua Manual traz uma autonomia de 4h de monitorização com carga completa. (P. 86) • Capacidade de memória de pelo menos 100 eventos Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de medidas tabulares Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de eventos gráficos Nenhuma característica apresentada no manual. Parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS 12/12/2025 17:21:27
08/12/2025 - 10:31:06	27.400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Ao analisar o catálogo 36972080, no que se refere ao item "desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo", o modelo Vivo Gold da Fabricante CMOS DRAKE apresenta diversos pontos de inconformidade com a especificação técnica exigida, os quais cito: • Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 8 segundos No Manual disponibilizado no processo (p. 108), essa informação não é apresentada, aparecendo somente uma informação de 'conforme configuração'. Realizando busca do manual do equipamento na ANVISA (p. 106), a informação que consta é de que esse tempo seria de "aproximadamente 9 segundos" para carga máxima. • Capacidade de comunicação via rede física e/ou Wi-Fi, compatível com protocolos de interoperabilidade hospitalar (ex.: HL7 ou equivalentes), possibilitando integração com sistemas de monitorização e registro eletrônico existentes no parque tecnológico do HPS. Manual do equipamento Vivo Gold não cita em nenhum momento compatibilidade com nenhum protocolo hospitalar. • Grau de proteção de pelo menos IP55 Grau de proteção apresentado em manual é IP33, incompatível com solicitado. (pg. 105) • Monitoramento do intervalo de QT/QTc O monitoramento não é citado no manual. • Monitoramento da Análise ST em todas derivações O monitoramento não é citado no manual. • Detecção de no mínimo 15 tipos de arritmias Somente informado em manual o número de arritmias analisadas em modo DEA. Sendo somente dois tipos, o que é incompatível ao solicitado (p. 73). • Bateria recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima para 100 desfibrilação em energia máxima e/ou mínimo de 06 horas de monitorização contínua Manual traz uma autonomia de 4h de monitorização com carga completa. (P. 86) • Capacidade de memória de pelo menos 100 eventos Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de medidas tabulares Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de eventos gráficos Nenhuma característica apresentada no manual. Parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS 12/12/2025 17:21:27
08/12/2025 - 10:35:14	35.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido

0002 - Video laringoscopia, cfe.esp.anexa



Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 14:16:34	21.674,00 (proposta)	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:38:21	40.000,00 (proposta)	53.441.926/0001-89 - AUGUMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/11/2025 - 17:11:03	8.990,00 (proposta)	04.078.043/0002-21 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	Válido
27/11/2025 - 16:12:51	21.679,49 (proposta)	08.145.250/0001-21 - MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 17:10:28	21.674,49 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
05/12/2025 - 14:21:58	10.500,00 (proposta)	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
05/12/2025 - 14:34:37	21.000,00 (proposta)	53.342.372/0001-62 - 7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA	Válido
05/12/2025 - 16:30:22	21.674,45 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
08/12/2025 - 10:20:18	20.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/12/2025 - 10:21:57	8.970,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
08/12/2025 - 10:22:19	10.400,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
08/12/2025 - 10:24:19	13.580,00	53.342.372/0001-62 - 7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/12/2025 - 11:18:03	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DILIGENCIA.zip
0002	08/12/2025 - 11:18:09	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DILIGENCIA.zip
0001	15/12/2025 - 14:22:25	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PE 434.2025 - MWRS.zip
0001	19/12/2025 - 10:26:03	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Habilitação 19.12.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/12/2025 - 17:21:27	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0001 - Desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo, faixa 15 a 300 bpm, cfe.esp.anexa



Desclassificação: Ao analisar o catálogo 36972080, no que se refere ao item "desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo", o modelo Vivo Gold da Fabricante CMOS DRAKE apresenta diversos pontos de inconformidade com a especificação técnica exigida, os quais cito:

- Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 8 segundos

No Manual disponibilizado no processo (p. 108), essa informação não é apresentada, aparecendo somente uma informação de "conforme configuração".

Realizando busca do manual do equipamento na ANVISA (p. 106), a informação que consta é de que esse tempo seria de "aproximadamente 9 segundos" para carga máxima.

- Capacidade de comunicação via rede física e/ou Wi-Fi, compatível com protocolos de interoperabilidade hospitalar (ex.: HL7 ou equivalentes), possibilitando integração com sistemas de monitorização e registro eletrônico existentes no parque tecnológico do HPS.

Manual do equipamento Vivo Gold não cita em nenhum momento compatibilidade com nenhum protocolo hospitalar.

- Grau de proteção de pelo menos IP55

Grau de proteção apresentado em manual é IP33, incompatível com solicitado. (pg. 105)

- Monitoramento do intervalo de QT/QTc

O monitoramento não é citado no manual.

- Monitoramento da Análise ST em todas derivações

O monitoramento não é citado no manual.

- Detecção de no mínimo 15 tipos de arritmias

Somente informado em manual o número de arritmias analisadas em modo DEA. Sendo somente dois tipos, o que é incompatível ao solicitado (p. 73).

- Bateria recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima para 100 desfibrilação em energia máxima e/ou mínimo de 06 horas de monitorização contínua

Manual traz uma autonomia de 4h de monitorização com carga completa. (P. 86)

- Capacidade de memória de pelo menos 100 eventos

Nenhuma característica apresentada no manual.

- Memória para no mínimo 100h de medidas tabulares

Nenhuma característica apresentada no manual.

- Memória para no mínimo 100h de eventos gráficos

Nenhuma característica apresentada no manual.

Parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENF/HPS/SMS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/12/2025 - 14:30	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/10/2025 - 13:37:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (publicação dopa-dou-jc.pdf) em 21/10/2025 às 13:37.
03/11/2025 - 15:48	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
03/11/2025 - 15:48	Sistema	Motivo: Para responder pedido de impugnação da empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
03/11/2025 - 15:48:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO - PE 434-25 PM Porto Alegre - Direcionamento Mindray AD.pdf) em 03/11/2025 às 15:48.
06/11/2025 - 14:10:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (suspensão 06-11-25 dopa-dou-jc.pdf) em 06/11/2025 às 14:10.
12/11/2025 - 09:49:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEI PMPA - 25.0.000138944-3 julgamento à impugnação.pdf) em 12/11/2025 às 09:49.
13/11/2025 - 15:41	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:41	Sistema	Motivo: Com a alteração do edital e da data de abertura.
13/11/2025 - 15:41:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEI PMPA - 25.0.000138944-3 alteração de edital 12-11-25.pdf) em 13/11/2025 às 15:41.
13/11/2025 - 15:42	Sistema	O processo foi republicado em 13/11/2025 às 15:42.
13/11/2025 - 15:46:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ALTERAÇÃO ODOPA-DOU-JC 13-11-25.pdf) em 13/11/2025 às 15:46.
13/11/2025 - 15:47:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (alteração das especificações técnicas 12-11-25.pdf) em 13/11/2025 às 15:47.
28/11/2025 - 00:03:48	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
28/11/2025 - 00:03:48	Sistema	Motivo: Para responder pedido de esclarecimentos no Portal de Compras Públicas.
02/12/2025 - 13:57:10	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO SUSPENSÃO DOPA 01-12-25.pdf) em 02/12/2025 às 13:57.
03/12/2025 - 09:34:51	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Porto Alegre RS - 03-12 DOU SUSPENSÃO.pdf) em 03/12/2025 às 09:34.
03/12/2025 - 14:29	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 14:29	Sistema	Motivo: Respondido os pedidos de esclarecimentos e publicado o reinício do pregão.
03/12/2025 - 14:29:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (REINICIO DOPA-DOU-JC 04-12-25.pdf) em 03/12/2025 às 14:29.
05/12/2025 - 15:33:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO DOPA-DOU-JC REINICIO EM 08-12-25 10H.pdf) em 05/12/2025 às 15:33.
05/12/2025 - 18:25:08	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO DOPA-DOU-JC REINICIO EM 08-12-25 10H.pdf) em 05/12/2025 às 18:25.
08/12/2025 - 10:02:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/12/2025 - 10:03:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/12/2025 - 10:03:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



08/12/2025 - 10:03:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/12/2025 - 10:03:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/12/2025 - 10:03:22	Pregoeiro	Bom dia Srs. licitantes
08/12/2025 - 10:04:02	Pregoeiro	Sejam bem vindos ao PE 434/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
08/12/2025 - 10:04:57	Pregoeiro	O prazo de 3h para inserção da proposta readequada e catálogos, manuais será após a disputa.
08/12/2025 - 10:05:58	Pregoeiro	De acordo com a especificação, é necessário apresentar na proposta:
08/12/2025 - 10:07:51	Pregoeiro	Para o item 722389: a exigência da garantia mínima de 12 (DOZE) meses
08/12/2025 - 10:09:25	Pregoeiro	Certificado de registro na ANVISA; 22 Deve estar conforme com a norma NBRIEC 60601 e diretrizes de atendimento de emergência da American Heart Association; 22 O equipamento deverá ser previamente testado e aprovado pelo Hospital de Pronto Socorro; 22 Fornecimento de manual(is) de operação original(is) e atualizado(s). Deverá ser c onfirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); 22 Fornecimento de manual(is) de manutenção (serviço) original(is) e atualizado(s); 22 Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); 22 Fornecimento de treinamento de operação do equipamento sem ônus adicional p ara o HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre); 22 Fornecimento de treinamento técnico de manutenção do equipamento para no mínimo 01 (um) técnico sem ônus para o HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre). Deverá ser confirmado com indicação do local; 22 Assistência técnica local autorizada.... (CONTINUA)
08/12/2025 - 10:09:25	Pregoeiro	(CONT. 1) Indicar Empresa(s) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s); 22 Obrigatoriamente deverá acompanhar a proposta todos os catálogos e material(s) ilustrativo(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatório dos itens desta especificação técnica, original(is) ou em cópia colorida.
08/12/2025 - 10:10:02	Pregoeiro	Para o item 732701: Catálogo detalhado que comprove o atendimento a todos os itens acima e manuais técnicos e operacionais em português; 067 Garantia mínima: doze meses; MUNI
08/12/2025 - 10:10:24	Pregoeiro	Indicar assistência técnica autorizada. Indicar empresa(s), profissional(is) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) para assistência durante e após a garantia; 067 O(s) equipamento(s) deve(m) estar em acordo com a norma técnica NBR IEC 60601.1: Equipamento Eletro médico. Parte 1 13 Prescrições Gerais Para Segurança e normas técnicas particulares brasileiras da série NBR IEC 60601.2.X, se houver, conforme a RESOLUÇÃO - RDC Nº 32, DE 29 DE MAIO DE 2007() Replicada por ter saído no DOU nº 103, de 30-5-2007, Seção 1, pág. 92, com incorreção no original da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 13 Ministério da Saúde; 067 Apresentar para todos os equipamentos onde seja pertinente o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 13 ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto), que deverá ser anexado à proposta. Não serão aceitos produtos com Autorização de Modelo,... (CONTINUA)
08/12/2025 - 10:10:24	Pregoeiro	(CONT. 1) mesmo que com a validade em vigor; 067 As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo cinco anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento à Engenharia da ISCOMPA, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido;
08/12/2025 - 10:11:13	Pregoeiro	Validade da proposta 90 dias.
08/12/2025 - 10:17:18	Pregoeiro	Desejamos a todos uma boa disputa e boa sorte.
08/12/2025 - 10:17:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/12/2025 - 10:17:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/12/2025 - 10:19:39	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/12/2025 - 10:19:39	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/12/2025 - 10:27:27	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
08/12/2025 - 10:29:39	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
08/12/2025 - 10:29:40	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 10:45.
08/12/2025 - 10:29:40	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 35.323,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 08/12/2025 às 10:45.
08/12/2025 - 10:45:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/12/2025 - 10:46:56	Pregoeiro	O prazo de 3h para inserção da proposta readequada e catálogos, manuais e restante das orientações será após a disputa.
08/12/2025 - 10:47:08	Pregoeiro	Pregoeiro Nelson Carvalho Prado, nelsoncp@portoalegre.rs.gov.br , (51) 32891521 Agradecemos a participação e até a próxima oportunidade.
08/12/2025 - 10:47:34	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 27.400,00.
08/12/2025 - 10:47:34	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 8.970,00.
08/12/2025 - 10:52:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/12/2025.
08/12/2025 - 10:52:14	Sistema	Motivo: Anexar catálogo, manuais e orientações da especificação técnica do item
08/12/2025 - 11:00:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 08/12/2025.
08/12/2025 - 11:00:42	Sistema	Motivo: Anexar catálogo, manuais e orientações da especificação técnica do item NA PROPOSTA. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA: 6.11. No caso de bens e serviços em geral, é índice de inexecução das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 34 da Instrução Normativa 73/2022 do Governo Federal. A arrematante deverá comprovar a exequibilidade da proposta, através de empenho. notafiscal, contrato ou declaração sobre as condições de cumprimento da entrega do item.
08/12/2025 - 11:18:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2025 - 11:18:09	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.



12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	Motivo: Ao analisar o catálogo 36972080, no que se refere ao item "desfibrilador/cardioversor com marca-passo externo", o modelo Vivo Gold da Fabricante CMOS DRAKE apresenta diversos pontos de inconformidade com a especificação técnica exigida, os quais cito: • Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 8 segundos No Manual disponibilizado no processo (p. 108), essa informação não é apresentada, aparecendo somente uma informação de 'conforme configuração'. Realizando busca do manual do equipamento na ANVISA (p. 106), a informação que consta é de que esse tempo seria de "aproximadamente 9 segundos" para carga máxima. • Capacidade de comunicação via rede física e/ou Wi-Fi, compatível com protocolos de interoperabilidade hospitalar (ex.: HL7 ou equivalentes), possibilitando integração com sistemas de monitorização e registro eletrônico existentes no parque tecnológico do HPS. Manual do equipamento Vivo Gold não cita em nenhum momento compatibilidade com... (CONTINUA)
12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	(CONT. 1) nenhum protocolo hospitalar. • Grau de proteção de pelo menos IP55 Grau de proteção apresentado em manual é IP33, incompatível com solicitado. (pg. 105) • Monitoramento do intervalo de QT/QTc O monitoramento não é citado no manual. • Monitoramento da Análise ST em todas derivações O monitoramento não é citado no manual. • Detecção de no mínimo 15 tipos de arritmias Somente informado em manual o número de arritmias analisadas em modo DEA. Sendo somente dois tipos, o que é incompatível ao solicitado (p. 73). • Bateria recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima para 100 desfibrilação em energia máxima e/ou mínimo de 06 horas de monitorização contínua Manual traz uma autonomia de 4h de monitorização com carga completa. (P. 86) • Capacidade de memória de pelo menos 100 eventos Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de medidas tabulares Nenhuma característica apresentada no manual. • Memória para no mínimo 100h de eventos...
12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	(CONT. 2) gráficos Nenhuma característica apresentada no manual. Parecer da UTI de Trauma Adulto I e II - DENE/HPS/SMS
12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 35.000,00.
12/12/2025 - 17:21:27	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
12/12/2025 - 17:22:03	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 14:00, encerrando às 14:05:00.
15/12/2025 - 14:05:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/12/2025 - 14:08:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 14:08:26	Sistema	Motivo: Anexar catálogo, manuais e orientações da especificação técnica do item
15/12/2025 - 14:22:25	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2025 - 17:22:29	Sistema	O fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/12/2025 - 17:37:53	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0002.
18/12/2025 - 09:15:44	Pregoeiro	O prazo de 30min para intenção de recurso em relação às propostas aceitas, será amanhã, às 9h30min.
18/12/2025 - 09:17:33	Pregoeiro	o prazo de 3h para inserção da documentação habilitatória atualizada no portal, será amanhã às 10h
19/12/2025 - 09:41:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2025 às 10:15.
19/12/2025 - 09:41:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2025 às 10:15.
19/12/2025 - 10:17:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 19/12/2025.
19/12/2025 - 10:17:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 19/12/2025.
19/12/2025 - 10:17:09	Sistema	Motivo: anexar documentação habilitatória atualizada.
19/12/2025 - 10:26:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/12/2025 - 09:43:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/12/2025.
22/12/2025 - 09:43:28	Sistema	Motivo: A empresa deve apresentar na proposta: Indicar assistência técnica autorizada. Indicar empresa(s), profissional(is) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) para assistência durante e após a garantia; Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto), que deverá ser anexado à proposta. Não serão aceitos produtos com Autorização de Modelo, mesmo que com a validade em vigor; garantia; Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto), que deverá ser anexado à proposta. Não serão aceitos produtos com Autorização de Modelo, mesmo que com a validade em vigor;
22/12/2025 - 10:51:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
22/12/2025 - 11:59:02	Pregoeiro	PARA O ITEM 01 - O PRAZO DE 30MIN PARA INTENÇÃO DE RECURSO EM RELAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA SERÁ AMANHÃ, ÀS 14H.
22/12/2025 - 15:36:06	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/12/2025.
22/12/2025 - 15:36:06	Sistema	Motivo: Não localizamos na documentação a Cópia da publicação no DOU do registro do produto. A empresa não apresentou na proposta: As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo cinco anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento à Engenharia da ISCMPA, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido;
23/12/2025 - 10:56:51	Pregoeiro	Pra o item 02 a empresa deverá apresentar, de acordo com a especificação técnica, a declaração de as peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo cinco anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento à Engenharia da ISCMPA, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido, na hora da assinatura do contrato.
23/12/2025 - 10:57:55	Pregoeiro	está anexado ao devido processo sei Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
23/12/2025 - 10:58:11	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
23/12/2025 - 10:58:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 29/12/2025 às 09:00.
23/12/2025 - 13:59:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/12/2025 às 14:30.
29/12/2025 - 09:01:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/12/2025 - 15:36:36	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Leticia Novello Cezarotto.



29/12/2025 - 15:36:36	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
29/12/2025 - 15:36:40	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
29/12/2025 - 15:36:40	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.

NELSON CARVALHO PRADO

Pregoeiro

Letícia Novello Cezarotto

Autoridade Competente

DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER

Apoio

Tamires Barcellos Peron

Apoio

