

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DLC - Diretoria de Licitações e Contratos
Pregão Eletrônico - 428/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/10/2025 15:37	28/10/2025 08:00	05/11/2025 23:59	10/11/2025 09:59	10/11/2025 10:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
05/11/2025 - 19:23:43	Pedido de esclarecimento ITEM 02 (Código - 762732) : INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA	07/11/2025 - 13:48:12
Dúvida: Segue anexo pedido de esclarecimento referente ITEM 02 (Código - 762732) : INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA		
Resposta: Prezados, segue a resposta da área técnica responsável.		
04/11/2025 - 11:55:09	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	05/11/2025 - 13:43:04
Dúvida: Prezados, boa tarde!		
Ref. ITEM 3		
Por favor, serão aceitas tecnologias de baixa perfusão para oximetria com faixa de pulso de pelo menos 25 a 254 bpm?		
Aguardo retorno, Atenciosamente		
Resposta: Resposta da área técnica responsável:		
Sim, serão aceitas tecnologias de baixa perfusão para oximetria com faixa de pulso de pelo menos 25 a 254 bpm.		
03/11/2025 - 16:31:57	Esclarecimento referente Item 01	05/11/2025 - 13:41:10
Dúvida: Senhores, boa tarde, Gostariamos de saber se o item 01, lavadora ultrassônica, em sua especificação, fala em porta de inox. A marca que trabalhamos no RS é com porta de vidro. Gostariamos de saber se podemos cotar a nossa marca.		
grata,		
Resposta: Resposta:		
Não será possível a participação de equipamentos com porta de vidro, pois há o risco biológico: trincas microscópicas no vidro que podem acumular sujidades e micro-organismos, comprometendo a limpeza e desinfecção da lavadora e risco físico: possibilidade de quebra e fragmentação do vidro, o que representa risco de acidentes e contaminação do ambiente;		
Compatibilidade química limitada: o vidro pode sofrer degradação quando exposto a produtos de limpeza enzimáticos ou soluções alcalinas concentradas;		
Resposta da área técnica responsável:		
Ante o exposto, o item 1, lavadora ultrassônica, deverá possuir porta confeccionada em aço inoxidável (inox), material que assegura maior durabilidade, resistência química e segurança biológica, atendendo às boas práticas de controle de infecção e aos requisitos de biossegurança.		
28/10/2025 - 10:00:25	Prazo de entrega	28/10/2025 - 16:38:28
Dúvida: Qual o prazo de entrega devemos considerar? No TR informa em até 60 dias, no documento de Especificação Técnica informa prazo de entrega imediato. Ficamos no aguardo.		
Resposta: Prezados, Consta em anexo a resposta da área técnica demandante, quanto ao pedido de esclarecimento.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LAVADORA ULTRASSONICA, CFE.ESP.ANEXA	R\$ 60.840,67	1,0000	PÇ	Fracassado
0002	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA, CFE.ESP.ANEXA	R\$ 46.917,00	5,0000	UN	Homologado
0003	MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA, CFE.ESP.ANEXA	R\$ 25.827,77	2,0000	PÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/10/2025 - 15:34	EDITAL.pdf
24/10/2025 - 15:34	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
24/10/2025 - 15:34	especificacao_tecnica.pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/11/2025 - 10:35:04	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:35:05	Negociação aberta para o processo 428/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:35:05	Negociação aberta para o processo 428/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:43:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:43:45	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:43:45	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 11:42:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:07:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:19:23	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 16:26:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 16:00:45	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:01:30	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 16:57:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 17:00:04	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 17:06:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 16:00:00	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 16:24:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:00:19	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 15:00:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 10:00:04	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 10:04:42	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 10:06:49	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 10:00:00	Documentos solicitados para o processo 428/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 428/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa				0,00	1,0000	0,00
0002	Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa	FANEM LTDA	VISION MONO 2286 C/SERVO O2	FANEM/FANEM LTDA	44.940,00	5,0000	224.700,00
0003	Monitor multiparametrico com capnografia, cfe.esp.anexa	MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	C12	Prolife	16.651,50	2,0000	33.303,00

Itens marcados com "****" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	03/11/2025 - 09:41:46	QT 50/40A	ULTRONIQUE	1,0000	R\$60.840,67	R\$ 60.840,67	Sim
SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.995.406/0001-21	08/11/2025 - 16:38:49	LABNEWS	NEOSONIC 40 IMP	1,0000	R\$93.506,32	R\$ 93.506,32	Não
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	10/11/2025 - 08:34:29	LAVADORA ULTRASSONI CA	LAVADORA ULTRASSONI CA	1,0000	R\$60.840,67	R\$ 60.840,67	Sim
FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	29.130.664/0001-57	04/11/2025 - 14:43:00	Alt Sonic Clean	ALT	1,0000	R\$60.840,67	R\$ 60.840,67	Sim
P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.689.057/0001-21	07/11/2025 - 10:15:17	BR 40 TS	BRASMEDICAL	1,0000	R\$80.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	00.538.079/0001-09	07/11/2025 - 14:36:14	Lavadora Labnews	Labnews	1,0000	R\$60.800,00	R\$ 60.800,00	Sim
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	07/11/2025 - 16:04:05	Lavadora ultrassonica	med	1,0000	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/11/2025 - 21:09:18	LAVADORA ULTRASSÔNICA, CONFORME ESPE	KASVI/SIMILAR	1,0000	R\$60.840,00	R\$ 60.840,00	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	07/11/2025 - 16:38:08	SW 4500 WJ AUTO	SANDERS DO BRASIL	1,0000	R\$60.518,20	R\$ 60.518,20	Sim



CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	54.487.432/0001-06	07/11/2025 - 17:00:48	LAVADORA BR40 TOUCHSCREEN	BRASMEDICAL	1,0000	R\$60.838,00	R\$ 60.838,00	Sim
----------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	--------	--------------	---------------	-----

0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	06/11/2025 - 17:04:51	VISION MONO 2286 C/SERVO O2	FANEM/FANEM LTDA	5,0000	R\$75.500,00	R\$ 377.500,00	Não
Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	55.983.274/0001-30	07/11/2025 - 16:17:24	LINE 4 MC3	OLIDEF	5,0000	R\$56.000,00	R\$ 280.000,00	Não
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	03/11/2025 - 09:43:33	LINEA 4	OLIDEF	5,0000	R\$46.917,00	R\$ 234.585,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	10/11/2025 - 08:35:15	Incubadora neonatal estacionaria	Incubadora neonatal estacionaria	5,0000	R\$47.000,00	R\$ 235.000,00	Sim
FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	29.130.664/0001-57	04/11/2025 - 14:44:55	Millenium	Gigante	5,0000	R\$46.917,00	R\$ 234.585,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	07/11/2025 - 16:40:44	RWT PLUS	OLIDEF	5,0000	R\$46.917,00	R\$ 234.585,00	Sim
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	07/11/2025 - 18:06:50	B2	COMEN	5,0000	R\$84.160,00	R\$ 420.800,00	Sim
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	07/11/2025 - 16:04:19	Incubadora neonatal	med	5,0000	R\$1.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/11/2025 - 21:10:00	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA, PAR	MILLENEU M/SIMIL AR	5,0000	R\$46.917,00	R\$ 234.585,00	Sim
IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA	61.192.751/0001-41	30/10/2025 - 11:05:48	UN	OLIDEF	5,0000	R\$46.917,00	R\$ 234.585,00	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	07/11/2025 - 16:39:39	LINE 4-M C2	OLIDEF CZ	5,0000	R\$46.668,40	R\$ 233.342,00	Sim

0003 - Monitor multiparametrico com capnografia, cfe.esp.anexa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	01.405.834/0001-40	08/11/2025 - 08:24:15	C12	Prolife	2,0000	R\$16.651,50	R\$ 33.303,00	Não
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	07/11/2025 - 14:34:43	VITA 500a	ALFA MED	2,0000	R\$17.455,00	R\$ 34.910,00	Não
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	04.078.043/0002-21	10/11/2025 - 07:55:52	IX12	EDAN	2,0000	R\$16.900,00	R\$ 33.800,00	Não
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	07/11/2025 - 14:05:03	CREATIVE	K-12	2,0000	R\$25.800,00	R\$ 51.600,00	Não
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	07/11/2025 - 16:40:26	G3D	GENERAL MEDITECH	2,0000	R\$25.827,77	R\$ 51.655,54	Sim
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	07/11/2025 - 14:05:21	M12	BIOLIGHT/GUAN GDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.	2,0000	R\$25.000,00	R\$ 50.000,00	Não
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	03/11/2025 - 09:44:15	LEVI	CMOS DRAKE	2,0000	R\$25.827,77	R\$ 51.655,54	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	10/11/2025 - 08:35:44	MONITOR MULTIPARAMETR OS	MONITOR MULTIPARAMETR OS	2,0000	R\$25.827,77	R\$ 51.655,54	Sim
FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	29.130.664/0001-57	04/11/2025 - 14:46:16	Levi 15"	Cmos Drake	2,0000	R\$25.827,00	R\$ 51.654,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	07/11/2025 - 16:41:22	LEVI	CMOS DRAKE	2,0000	R\$25.827,77	R\$ 51.655,54	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	07/11/2025 - 14:52:00	Magnolia 12	Colinn	2,0000	R\$25.827,00	R\$ 51.654,00	Sim



DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	07/11/2025 - 18:00:30	STAR8000F V2	COMEN	2,0000	R\$50.700,00	R\$ 101.400,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	07/11/2025 - 14:01:43	K12	CREATIVE	2,0000	R\$25.827,00	R\$ 51.654,00	Sim
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03.679.808/0002-16	29/10/2025 - 11:26:38	BIOLIGHT	Q5	2,0000	R\$17.540,00	R\$ 35.080,00	Não
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	07/11/2025 - 16:04:31	Monitor multiparametrico	med	2,0000	R\$1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	09/11/2025 - 21:10:51	Monitor multiparametrico com capnografia	MINDRAY/SIMILAR	2,0000	R\$25.827,00	R\$ 51.654,00	Sim
IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA	61.192.751/0001-41	30/10/2025 - 11:08:58	PÇ	RD	2,0000	R\$25.837,77	R\$ 51.675,54	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	07/11/2025 - 16:40:56	M-12	BIOLIGHT	2,0000	R\$25.689,90	R\$ 51.379,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	90 dias
Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	55.983.274/0001-30	90 dias
MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	01.405.834/0001-40	90 dias
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	180 dias
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	04.078.043/0002-21	90 dias
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	90 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.246.862/0001-88	90 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	90 dias
SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.995.406/0001-21	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	90 dias
FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	29.130.664/0001-57	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	90 dias
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	90 dias
P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.689.057/0001-21	90 dias
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	90 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	60 dias
L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	00.538.079/0001-09	90 dias
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03.679.808/0002-16	90 dias
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	60 dias
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	90 dias
IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA	61.192.751/0001-41	60 dias
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	90 dias
CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	54.487.432/0001-06	90 dias

Lances Enviados

0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 09:41:46	60.840,67 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados dentro do prazo estipulado em edital. 28/11/2025 14:13:27
04/11/2025 - 14:43:00	60.840,67 (proposta)	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26



07/11/2025 - 10:15:17	80.000,00 (proposta)	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 25/11/2025 15:51:43
07/11/2025 - 14:36:14	60.800,00 (proposta)	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
07/11/2025 - 16:04:05	1.000.000,00 (proposta)	53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação do arrematante, o valor da proposta está muito acima do valor de referência do município. 05/12/2025 10:38:29
07/11/2025 - 16:38:08	60.518,20 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Cancelado - A empresa se manifestou no chat, solicitando a sua desclassificação para o item. 27/11/2025 11:40:47
07/11/2025 - 17:00:48	60.838,00 (proposta)	54.487.432/0001-06 - CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício. 01/12/2025 14:51:01
08/11/2025 - 16:38:49	93.506,32 (proposta)	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
09/11/2025 - 21:09:18	60.840,00 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício. 02/12/2025 13:03:14
10/11/2025 - 08:34:29	60.840,67 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício. 03/12/2025 16:55:46
10/11/2025 - 10:06:21	60.500,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:07:28	60.490,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados dentro do prazo estipulado em edital. 28/11/2025 14:13:27
10/11/2025 - 10:08:45	60.000,00	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 25/11/2025 15:51:43
10/11/2025 - 10:09:06	59.999,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56



10/11/2025 - 10:09:46	58.000,00	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 25/11/2025 15:51:43
10/11/2025 - 10:09:50	59.998,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Cancelado - A empresa se manifestou no chat, solicitando a sua desclassificação para o item. 27/11/2025 11:40:47
10/11/2025 - 10:10:52	57.900,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:11:39	57.890,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:12:51	57.880,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:13:26	60.225,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados dentro do prazo estipulado em edital. 28/11/2025 14:13:27
10/11/2025 - 10:14:10	57.879,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:14:29	57.000,00	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 25/11/2025 15:51:43
10/11/2025 - 10:14:36	56.999,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:14:56	56.990,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56



10/11/2025 - 10:14:59	56.989,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:15:14	56.000,00	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 25/11/2025 15:51:43
10/11/2025 - 10:15:18	55.999,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:15:23	56.950,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:15:25	55.900,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:15:29	55.899,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:15:44	55.890,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56



10/11/2025 - 10:15:48	55.889,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:16:09	55.888,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:16:14	55.887,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:16:28	55.886,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:16:32	55.885,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:16:54	55.885,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:16:59	55.884,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:17:38	55.400,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26



10/11/2025 - 10:17:42	55.399,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:17:49	55.399,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:17:53	55.398,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:18:42	55.390,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:18:47	55.389,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:19:11	55.389,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:19:17	55.388,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16



10/11/2025 - 10:19:32	55.388,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:19:36	55.387,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:19:45	55.380,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:19:49	55.379,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:20:03	55.379,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:20:06	55.378,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:20:21	55.378,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56



10/11/2025 - 10:20:27	55.377,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:20:36	55.378,99	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:20:47	55.377,99	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:20:51	55.377,98	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:21:03	55.350,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:21:07	55.349,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:21:22	55.000,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:21:26	54.999,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:21:55	54.980,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26



10/11/2025 - 10:21:58	54.990,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:21:58	54.979,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:22:06	54.950,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:22:09	54.949,99	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:22:18	50.000,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital. 10/11/2025 14:17:26
10/11/2025 - 10:22:21	53.432,18	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:49:16
10/11/2025 - 10:23:12	53.900,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:23:57	53.800,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:24:46	53.500,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56



10/11/2025 - 10:25:36	53.400,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável:". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:26:50	53.300,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável:". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:27:57	53.290,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável:". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:28:53	53.280,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável:". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56
10/11/2025 - 10:30:18	53.250,00	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável:". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 13/11/2025 15:04:56

0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2025 - 11:05:48	46.917,00 (proposta)	61.192.751/0001-41 - IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA	Válido
03/11/2025 - 09:43:33	46.917,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
04/11/2025 - 14:44:55	46.917,00 (proposta)	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item. 13/11/2025 16:25:29
06/11/2025 - 17:04:51	75.500,00 (proposta)	61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:19	1.000.000,00 (proposta)	53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:17:24	56.000,00 (proposta)	55.983.274/0001-30 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef. 13/11/2025 15:14:58
07/11/2025 - 16:39:39	46.668,40 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:44	46.917,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA A proposta apresentada é de incubadora de transporte e não estacionária, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:51:03
07/11/2025 - 18:06:50	84.160,00 (proposta)	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/11/2025 - 21:10:00	46.917,00 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
10/11/2025 - 08:35:15	47.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
10/11/2025 - 10:07:39	46.900,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
10/11/2025 - 10:08:54	44.300,00	55.983.274/0001-30 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef. 13/11/2025 15:14:58
10/11/2025 - 10:10:10	46.665,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
10/11/2025 - 10:10:16	44.940,00	61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA	Válido



10/11/2025 - 10:11:03	44.290,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item. 13/11/2025 16:25:29
10/11/2025 - 10:14:18	41.900,00	55.983.274/0001-30 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef. 13/11/2025 15:14:58
10/11/2025 - 10:15:09	41.890,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Cancelado - A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item. 13/11/2025 16:25:29
10/11/2025 - 10:15:42	39.700,00	55.983.274/0001-30 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	Cancelado - Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef. 13/11/2025 15:14:58
10/11/2025 - 10:17:03	75.000,00	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/11/2025 - 10:18:19	45.000,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA A proposta apresentada é de incubadora de transporte e não estacionária, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:51:03
14/11/2025 - 16:31:01	44.939,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA A proposta apresentada é de incubadora de transporte e não estacionária, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital. 21/11/2025 15:51:03

0003 - Monitor multiparametrico com capnografia, cfe.esp.anexa

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/10/2025 - 11:26:38	17.540,00 (proposta)	03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	Válido
30/10/2025 - 11:08:58	25.837,77 (proposta)	61.192.751/0001-41 - IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA	Válido
03/11/2025 - 09:44:15	25.827,77 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
04/11/2025 - 14:46:16	25.827,00 (proposta)	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:01:43	25.827,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 14:05:03	25.800,00 (proposta)	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	Válido
07/11/2025 - 14:05:21	25.000,00 (proposta)	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
07/11/2025 - 14:34:43	17.455,00 (proposta)	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
07/11/2025 - 14:52:00	25.827,00 (proposta)	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:04:31	1.000.000,00 (proposta)	53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:40:26	25.827,77 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
07/11/2025 - 16:40:56	25.689,90 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
07/11/2025 - 16:41:22	25.827,77 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
07/11/2025 - 18:00:30	50.700,00 (proposta)	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
08/11/2025 - 08:24:15	16.651,50 (proposta)	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	Válido
09/11/2025 - 21:10:51	25.827,00 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
10/11/2025 - 07:55:52	16.900,00 (proposta)	04.078.043/0002-21 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.	Válido
10/11/2025 - 08:35:44	25.827,77 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido



10/11/2025 - 10:07:44	23.975,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
10/11/2025 - 10:10:24	25.559,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
10/11/2025 - 10:11:13	18.290,00	12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
10/11/2025 - 10:11:33	19.900,00	29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Válido
10/11/2025 - 10:14:16	24.999,35	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	10/11/2025 - 11:42:02	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	Proposta e Habilitação.zip
0002	10/11/2025 - 13:07:33	55.983.274/0001-30 - Olíde Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	Proposta de Preços 428.2025 Porto Alegre.zip
0001	10/11/2025 - 16:26:16	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Proposta LDM.pdf
0001	10/11/2025 - 16:26:16	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Ficha Técnica Neosonic 50 FII REV08.pdf
0001	10/11/2025 - 16:26:16	00.538.079/0001-09 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Espelho registro Neosonic.pdf
0001	17/11/2025 - 16:57:19	21.995.406/0001-21 - SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	DOCUMENTO COMPLETO.pdf
0002	17/11/2025 - 17:06:49	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS_HABILITACAO.zip
0001	24/11/2025 - 16:24:51	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Folder BR 40 TS.pdf
0001	24/11/2025 - 16:24:51	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PROPOSTA PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 428-2025.pdf
0001	24/11/2025 - 16:24:51	29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Registro lavadoras BR 25TS, BR 30TS, BR 40TS, BR 50TS.pdf
0002	25/11/2025 - 15:00:16	61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA	FANEM_PROPOSTA_HABILITACAO_PE 428.2025_PM PORTO ALEGRE.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/12/2025 - 10:38:29	AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.441.926/0001-89	Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Não houve manifestação do arrematante, o valor da proposta está muito acima do valor de referência do município.

21/11/2025 - 15:49:16	SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.995.406/0001-21	Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Conforme análise da área técnica:

Justificativa desclassificatória – SANEVITA COMÉRCIO E REPRE. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital:

1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.

25/11/2025 - 15:51:43	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.689.057/0001-21	Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital:

1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.

28/11/2025 - 14:13:27	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa
-----------------------	------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados dentro do prazo estipulado em edital.

10/11/2025 - 14:17:26	FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	29.130.664/0001-57	Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital.



03/12/2025 - 16:55:46 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34.444.108/0001-95 Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.

02/12/2025 - 13:03:14 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA 56.422.537/0001-02 Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.

01/12/2025 - 14:51:01 CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54.487.432/0001-06 Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.

13/11/2025 - 15:04:56 L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA 00.538.079/0001-09 Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Conforme análise da área técnica responsável:

Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.

27/11/2025 - 11:40:47 FLORESCE MERCANTIL LTDA 02.143.789/0001-65 Item 0001 - Lavadora ultrassonica, cfe.esp.anexa

Desclassificação: A empresa se manifestou no chat, solicitando a sua desclassificação para o item.

13/11/2025 - 15:14:58 Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda 55.983.274/0001-30 Item 0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef.

13/11/2025 - 16:25:29 FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 29.130.664/0001-57 Item 0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Desclassificação: A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item.

21/11/2025 - 15:51:03 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 Item 0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Desclassificação: Conforme análise da área técnica:

Justificativa desclassificatória – M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

A proposta apresentada é de incubadora de transporte e não estacionária, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/12/2025 - 12:00	19/12/2025 - 23:59	29/12/2025 - 23:59

0002 - Incubadora neonatal estacionaria, cfe.esp.anexa

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
55983274000130 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	08/12/2025 - 11:04:00	Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação. Detalhes serão expostos na peça recursal.	Deferido
35197526000198 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16/12/2025 - 11:36:43	O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
55983274000130 - Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda	19/12/2025 - 15:55:35	Segue anexo o Recurso Administrativo. Recurso 428.2025 Porto Alegre.zip.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/01/2026 - 11:48:02	Conforme razões anexas. SEI_37377311_Resultado_Julgamento_Recurso.pdf.

0003 - Monitor multiparametrico com capnografia, cfe.esp.anexa

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35197526000198 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16/12/2025 - 11:37:07	O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
10/11/2025 - 10:00:23	Pregoeiro	Bom dia Srs. licitantes ! Sejam bem-vindos à disputa da Pregão 428/2025
10/11/2025 - 10:00:41	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns instantes para que iniciemos os procedimentos administrativos necessários ao início da disputa.
10/11/2025 - 10:01:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/11/2025 - 10:03:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/11/2025 - 10:03:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/11/2025 - 10:03:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/11/2025 - 10:03:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/11/2025 - 10:03:50	Pregoeiro	Agora daremos início à disputa.
10/11/2025 - 10:05:03	Pregoeiro	Senhores Licitantes, peço que prestem máxima atenção ao digitarem e enviarem seus lances a fim de evitarmos pedidos de cancelamento de lances desnecessários. Se a prática for muito persistente, este pregoeiro pode não acatar o pedido para não ferir a isonomia e o bom andamento da disputa.
10/11/2025 - 10:05:38	Pregoeiro	Este Pregão possui preços máximos declarados no Edital. É de conhecimento de todos que não podemos contratar NENHUM ITEM POR VALOR ACIMA DO REFERENCIAL. Portanto quem eventualmente não conseguir ofertar minimamente o preço de referência será desclassificado.
10/11/2025 - 10:06:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 10:06:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/11/2025 - 10:06:08	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 10:06:08	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/11/2025 - 10:06:10	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 10:06:10	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/11/2025 - 10:10:17	Pregoeiro	Senhores podemos melhorar o preço. Lembramos que a entrega é em REMESSA ÚNICA. Não percam o arremate por falta do lance vencedor!
10/11/2025 - 10:15:11	Pregoeiro	Solicitamos lances definitivos para encerrarmos a disputa.
10/11/2025 - 10:16:18	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/11/2025 - 10:20:19	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/11/2025 - 10:32:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/11/2025 - 10:33:50	Pregoeiro	Senhores foi finalizada a fase de disputa e na sequência será declarado os arrematantes. Após, iniciaremos a etapa de negociação, conforme dispõe o edital.
10/11/2025 - 10:33:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 50.000,00.
10/11/2025 - 10:33:58	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 39.700,00.
10/11/2025 - 10:33:58	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP - Ltda/Eireli com lance de R\$ 16.651,50.
10/11/2025 - 10:35:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:40 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 10:35:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:40 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 10:35:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:40 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 10:38:55	F. Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. L	Negociação Item 0002: Bom dia, estamos em nossa melhor oferta.
10/11/2025 - 10:39:31	F. FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉD	Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no valor mínimo para o item.
10/11/2025 - 10:41:00	Pregoeiro	Dou por encerrada a fase de negociação.
10/11/2025 - 10:42:44	Pregoeiro	Senhores, abrirei agora o prazo editalício de 3 horas para o envio da proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória
10/11/2025 - 10:43:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 10:43:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 10:43:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 11:42:02	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 13:07:33	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.



10/11/2025 - 14:17:26	Sistema	O fornecedor FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:17:26	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados no prazo estabelecido em edital.
10/11/2025 - 14:17:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 53.250,00.
10/11/2025 - 14:18:53	Pregoeiro	Senhores, ao novo arrematante do item 0001 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA abrirei agora o prazo editalício de 3 horas para o envio da proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória
10/11/2025 - 14:19:23	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 16:26:16	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 15:04:56	Sistema	O fornecedor L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:04:56	Sistema	Motivo: Conforme análise da área técnica responsável: Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 7 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.
13/11/2025 - 15:04:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 53.432,18.
13/11/2025 - 15:04:56	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:08:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 14/11/2025 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
13/11/2025 - 15:14:58	Sistema	O fornecedor Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:14:58	Sistema	Motivo: Conforme análise da área técnica responsável, o equipamento foi tecnicamente reprovado no Pregão Eletrônico nº 295/2025, circunstância que se estende ao presente Pregão Eletrônico nº 428/2025, considerando que o equipamento fornecido é do mesmo modelo: LINE 4 e Fabricante: Olidef.
13/11/2025 - 15:14:58	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI com lance de R\$ 41.890,00.
13/11/2025 - 15:28:32	Pregoeiro	Prezado novo arrematante FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, será aberto às 16h o prazo para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
13/11/2025 - 16:00:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 16:12:15	F. FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉD	Documentação Item 0002: Desculpe Sr. Pregoeiro, mas tivemos um problema com o fornecedor e teremos que declinar do item.
13/11/2025 - 16:25:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI no item 0002.
13/11/2025 - 16:25:15	Sistema	Motivo: A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item.
13/11/2025 - 16:25:29	Sistema	O fornecedor FIVE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 16:25:29	Sistema	Motivo: A empresa manifestou no chat quanto ao desistência do item.
13/11/2025 - 16:25:29	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante FANEM LTDA com lance de R\$ 44.940,00.
13/11/2025 - 16:25:29	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 16:26:10	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi definida pelo pregoeiro para 14/11/2025 às 16:30, encerrando às 16:35:00.
14/11/2025 - 15:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/11/2025 - 15:42:45	Pregoeiro	Prezados, a empresa SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA é a nova arrematante do item 01, será aberto no dia 17/11/2025 às 16h o prazo de 3h para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
14/11/2025 - 16:31:01	Sistema	O item 0002 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 44.939,00.
14/11/2025 - 16:31:01	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance R\$ 44.939,00.
14/11/2025 - 16:45:48	Pregoeiro	Prezados a licitante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES são os novos arrematantes do item 02, será aberto no dia 17/11/2025 às 16h45 o prazo de 3h para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
17/11/2025 - 16:01:30	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:01 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 16:57:19	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 16:59:41	F. SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES D	Documentação Item 0001: Sr Pregoeiro, foi anexada na plataforma proposta readequada conforme solicitado.
17/11/2025 - 17:00:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 17:02:11	Pregoeiro	Prezados peço desculpa pelo atraso na abertura do prazo para anexar a proposta readequada, foi adicionado o prazo para manter as 3h para anexar a proposta.
17/11/2025 - 17:02:27	Pregoeiro	Agradeço a compreensão!
17/11/2025 - 17:06:49	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 17:23:29	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0002: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, anexo documentos conforme solicitado, Obrigado!!



21/11/2025 - 15:49:16	Sistema	O fornecedor SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/11/2025 - 15:49:16	Sistema	Motivo: Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – SANEVITTA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Labnews Modelo NEOSONIC 40 IMP, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 5 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em vidro temperado com 2 amortecedores com sensor de abertura e borracha de vedação, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.
21/11/2025 - 15:49:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI com lance de R\$ 56.000,00.
21/11/2025 - 15:51:03	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
21/11/2025 - 15:51:03	Sistema	Motivo: Conforme análise da área técnica: Justificativa desclassificatória – M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA A proposta apresentada é de incubadora de transporte e não estacionária, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.
21/11/2025 - 15:51:03	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante FANEM LTDA com lance de R\$ 44.940,00.
21/11/2025 - 15:51:03	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
21/11/2025 - 15:53:04	Pregoeiro	Prezados, será agendado para às 16h do dia 24/11/2025 a sessão de desempate.
21/11/2025 - 15:53:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
21/11/2025 - 15:56:18	Pregoeiro	Prezados novos arrematantes do item 01, às 16h do dia 24/11/2025 será aberto o prazo de 3h para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
24/11/2025 - 16:00:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 16:05:03	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/11/2025 - 16:05:03	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/11/2025 - 16:08:20	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 16:30, encerrando às 16:35:00.
24/11/2025 - 16:24:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 - 16:35:01	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/11/2025 - 16:35:01	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/11/2025 - 16:40:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 17:00, encerrando às 17:05:00.
24/11/2025 - 17:05:03	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/11/2025 - 17:05:03	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/11/2025 - 17:05:51	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 17:25, encerrando às 17:30:00.
24/11/2025 - 17:30:01	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/11/2025 - 17:30:01	Sistema	Para o item 0002, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/11/2025 - 17:30:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0002 para o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 24/11/2025 às 17:50, encerrando às 17:55:00.
24/11/2025 - 17:55:02	Sistema	O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/11/2025 - 17:59:23	Pregoeiro	Prezado arrematante do item 02, amanhã às 14h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
25/11/2025 - 14:00:19	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 15:00:16	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 15:51:43	Sistema	O fornecedor P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 15:51:43	Sistema	Motivo: Justificativa desclassificatória – PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Conforme documento de Especificação técnica presente no Edital do Pregão Eletrônico Nº 428/2025, constam as exigências técnicas que precisam ser respeitadas. O equipamento ofertado pela empresa vencedora se trata da Lavadora Ultrassônica Marca Brasmedical Modelo BR 40 TS, no qual o material disponibilizado pela empresa em apresentação às especificações técnicas deste modelo apresenta-se divergente e em descumprimento ao Edital. Seguem abaixo as divergências com o Edital: 1º Nas exigências técnicas normativas do Edital consta – "...tampo e estrutura, no mínimo, em aço inoxidável;". Na página 2 da documentação de proposta, verifica-se que o equipamento ofertado possui tampa em Vidro temperado 4mm, ou seja, em desacordo com o solicitado em edital.
25/11/2025 - 15:51:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FLORESCE MERCANTIL LTDA com lance de R\$ 59.998,00.
25/11/2025 - 15:57:58	Pregoeiro	Prezado arrematante do item 01, no dia 27/11 às 10h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
27/11/2025 - 10:00:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/11/2025.



27/11/2025 - 11:27:14	F. FLORESCE MERCANTIL LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, solicitamos a nossa desclassificação, o Fabricante não consegue manter o valor, e devido isso não teremos condições de atender pelo preço ofertado! Certos da atenção..
27/11/2025 - 11:40:23	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA no item 0001.
27/11/2025 - 11:40:23	Sistema	Motivo: A empresa se manifestou no chat, solicitando a sua desclassificação para o item.
27/11/2025 - 11:40:47	Sistema	O fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/11/2025 - 11:40:47	Sistema	Motivo: A empresa se manifestou no chat, solicitando a sua desclassificação para o item.
27/11/2025 - 11:40:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 60.225,00.
27/11/2025 - 11:41:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:11 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 11:42:39	Pregoeiro	Prezado novo arrematante do item 01, no dia 28/11 às 10h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
28/11/2025 - 10:04:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 14:13:27	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/11/2025 - 14:13:27	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada e os documentos solicitados dentro do prazo estipulado em edital.
28/11/2025 - 14:13:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com lance de R\$ 60.838,00.
28/11/2025 - 15:33:37	Pregoeiro	Prezado novo arrematante do item 01, no dia 01/12 às 10h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
01/12/2025 - 10:06:49	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:06 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 14:51:01	Sistema	O fornecedor CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 14:51:01	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.
01/12/2025 - 14:51:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA com lance de R\$ 60.840,00.
01/12/2025 - 14:57:28	Pregoeiro	Prezado novo arrematante do item 01, no dia 02/12 às 10h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
02/12/2025 - 10:00:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 13:03:14	Sistema	O fornecedor 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/12/2025 - 13:03:14	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.
02/12/2025 - 13:03:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 60.840,67.
02/12/2025 - 13:03:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:33 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 13:09:21	Pregoeiro	rezado novo arrematante do item 01, no dia 03/12 às 10h será aberto o prazo de 3 horas para para anexar a proposta readequada aos valores de arremate, juntamente com a Especificação Técnica e documentação complementares (catálogos, folders, flyer...) e a Documentação Habilitatória.
03/12/2025 - 10:00:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 16:55:46	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/12/2025 - 16:55:46	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada, catálogo e as especificações técnicas solicitadas no prazo editalício.
03/12/2025 - 16:55:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.000.000,00.
03/12/2025 - 16:57:49	Pregoeiro	Prezado licitante, boa tarde! Amanhã às 17h será aberto o prazo de negociação para o item 01, para proporcionar a redução da proposta ao patamar de no mínimo o valor de referência do item, para viabilizar a contratação.
04/12/2025 - 16:38:42	Sistema	O fornecedor FANEM LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
04/12/2025 - 16:40:11	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP teve sua proposta aceita no item 0003.
04/12/2025 - 17:00:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 17:00:00	Sistema	Motivo: aberto o prazo de negociação para o item 01, para proporcionar a redução da proposta ao patamar de no mínimo o valor de referência do item, para viabilizar a contratação.
05/12/2025 - 10:38:29	Sistema	O fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/12/2025 - 10:38:29	Sistema	Motivo: Não houve manifestação do arrematante, o valor da proposta está muito acima do valor de referência do município.
05/12/2025 - 10:41:36	Pregoeiro	Prezados, informo que dia 08/12/2025 às 11h abrirei o prazo recursal de 30 minutos do julgamento da proposta e posteriormente seguiremos para a fase de habilitação.
08/12/2025 - 11:00:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 11:30.
08/12/2025 - 11:00:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 11:30.
08/12/2025 - 11:00:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 11:30.
08/12/2025 - 11:04:00	Sistema	O fornecedor Olived Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
15/12/2025 - 11:24:29	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FANEM LTDA.
15/12/2025 - 11:24:37	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP.



15/12/2025 - 11:29:33	Pregoeiro	Prezados, informo que dia 16/12/2025 às 11h30 abrirei o prazo recursal de 30 minutos do julgamento da HABILITAÇÃO e posteriormente seguiremos para a fase de admissão da intenção de recurso apresentadas, e prosseguimento dos trâmites cabíveis.
16/12/2025 - 11:30:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 12:00.
16/12/2025 - 11:30:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 12:00.
16/12/2025 - 11:36:43	Sistema	O fornecedor DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
16/12/2025 - 11:37:08	Sistema	O fornecedor DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
16/12/2025 - 12:59:29	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
16/12/2025 - 12:59:29	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação. Detalhes serão expostos na peça recursal.
16/12/2025 - 12:59:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
16/12/2025 - 12:59:34	Sistema	Intenção: O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.
16/12/2025 - 13:00:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
16/12/2025 - 13:00:17	Sistema	Intenção: O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.
16/12/2025 - 13:00:46	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0003.
16/12/2025 - 13:00:46	Sistema	Intenção: O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.
16/12/2025 - 13:00:46	Sistema	Justificativa: EQUIVOCO
16/12/2025 - 13:01:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
16/12/2025 - 13:01:04	Sistema	Intenção: O arrematante classificado não atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital, razões pelas quais demonstraremos em nossa peça recursal.
16/12/2025 - 13:04:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 19/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/12/2025 às 23:59.
16/12/2025 - 13:04:54	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 19/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/12/2025 às 23:59.
19/12/2025 - 15:55:35	Sistema	O fornecedor Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0002.
08/01/2026 - 16:26:28	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.
13/01/2026 - 11:48:02	Sistema	Letícia Novello Cezarotto decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Olidef Cz Ind. Com. Apar. Hosp. Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
13/01/2026 - 11:48:02	Sistema	Justificativa: Conforme razões anexas.
13/01/2026 - 13:16:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/01/2026 - 18:00:51	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
14/01/2026 - 18:00:51	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
14/01/2026 - 18:00:55	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
14/01/2026 - 18:00:55	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Samuel Gustavo Perini Teles de Menezes	08/01/2026 - 16:24:52

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER	08/01/2026 - 16:24:52
Tamires Barcellos Peron	08/01/2026 - 16:24:52
William Quadros Kraemer	08/01/2026 - 16:24:52

Tamires Barcellos Peron
Pregoeiro



Leticia Novello Cezarotto
Autoridade Competente

DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER
Apoio

Tamires Barcellos Peron
Apoio

William Quadros Kraemer
Apoio

