


ndice Especificao Materiais

Cdigo	Nome Material	Pgina
745844	Frasco de vidro, com tampa, p/ leite humano, 70ml	2



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UAMA/HMIPV

Documento de Justificativa para Envio de Amostras

Data: 24/06/2025 – **Nome do Responsável:** Adriana Ludke Nardi – **Matrícula:** 939113/02

***Descrição:**

A exigência de envio de amostra se justifica pela necessidade de verificar se o frasco ofertado atende aos critérios técnicos e sanitários exigidos para uso em Bancos de Leite Humano. É fundamental garantir que o material seja compatível com os processos de esterilização em autoclave e pasteurização, que a tampa ofereça vedação hermética e que o vidro seja liso. A avaliação prévia da amostra é uma medida de segurança para assegurar a integridade do leite humano coletado, armazenado e distribuído, conforme as normas da rBLH.