



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

EDITAL N° 033/2026
RETIFICA EDITAL N° 028/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 14.133, torna público, a retificação do Edital nº 028/2026 do Pregão Eletrônico 0013/2026, conforme segue:

1. DA RETIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Onde se lê:

a) Ultrassom Odontológico – Ultrassom e Jato de Bicarbonato Profi Neo - Frequência: 24 a 30 KHz. Potência: 36W. Tensão: 99 a 242 V (ultrassom odontológico bivolt). Material: ABS injetado. Reservatório de bicarbonato transparente. Garantia: 1 ano. Dimensões compactas para otimização do espaço clínico. Painel LED para fácil visualização das configurações. Mangueiras e peças de mão leves para reduzir a fadiga do operador. Aparelho multifuncional que integra ultrassom e jato de bicarbonato. Ultrassom odontológico bivolt com reservatório de água acoplado. Design compacto para melhor organização no consultório. Estrutura com pintura epóxi para fácil higienização. Peça de mão ergonômica e leve para maior precisão. Pedal único para alternar entre as funções. Sistema de filtragem de ar integrado para garantir a qualidade durante os procedimentos. Reservatório transparente para fácil monitoramento do nível de bicarbonato. Controle de potência ajustável para diferentes tipos de procedimentos. Embalagem com 1 unidade bivolt (chaveamento manual). Acompanha 3 ponteiros (2 subgingivais e 1 supragingival).

Leia-se:

a) Ultrassom Odontológico - Ultrassom com Jato de Bicarbonato - Ultrassom odontológico bivolt com reservatório de água acoplado. Design compacto para melhor organização no consultório. Estrutura com pintura epóxi para fácil higienização. Peça de mão ergonômica e leve para maior precisão. Pedal único para alternar entre as funções. Sistema de filtragem de ar integrado para garantir a qualidade durante os procedimentos. Reservatório transparente para fácil monitoramento do nível de bicarbonato. Controle de potência ajustável para diferentes tipos de procedimentos. Embalagem com 1 unidade bivolt (chaveamento manual). Acompanha 3 ponteiros (2 subgingivais e 1 supragingival). Dimensões compactas para otimização do espaço clínico. Painel LED para fácil visualização das configurações. Mangueiras e peças de mão leves para reduzir a fadiga do operador. Aparelho multifuncional que integra ultrassom e jato de bicarbonato. Material: ABS injetado. Reservatório de bicarbonato transparente. Garantia: 1 ano.



2. DA FASE DO PEDIDO DE CATÁLOGO TÉCNICO

a) Fica ajustada a exigência de apresentação de catálogo técnico, a qual passará a ser requerida na fase de julgamento da proposta, exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

3. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

Fica alterada a data de abertura da licitação, com a recontagem integral dos prazos legais, passando a sessão pública a ser realizada no dia 28 de abril de 2026, às 09h00min.

4. As demais condições do Edital nº 028/2026 permanecem inalterados.

Pinhal Grande/RS, 13 de abril de 2026.

Lucas Michelin
Prefeito de Pinhal Grande