



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Sinimbu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, identifica a necessidade de aquisição de materiais e insumos de uso ambulatorial e de suporte às ações de saúde pública, com o objetivo de garantir a continuidade e qualidade dos atendimentos prestados à população. Observou-se também a necessidade de articulação entre diferentes setores da saúde para garantir maior efetividade no atendimento à população, especialmente em contextos de emergência em saúde pública, campanhas de vacinação, ações de prevenção e controle de doenças, entre outras situações críticas.

O atendimento à população é realizado de forma contínua em diversos pontos do município, entre eles a Unidade de Saúde Central, as Equipes de Saúde da Família (ESFs) de Rio Pequeno e Pinhal Santo Antônio, além do suporte prestado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelas equipes da Atenção Básica, Urgência e Emergência, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental.

A lista de itens, com suas respectivas quantidades e especificações, foi elaborada com base em levantamento realizado pela equipe de enfermagem, considerando as necessidades diárias das unidades de saúde, bem como do SAMU e dos serviços de vigilância em saúde. Esses materiais suprirão demandas das diferentes frentes de atuação da Secretaria de Saúde, assegurando o funcionamento adequado das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

A aquisição é, portanto, necessária para manter a eficiência, segurança e humanização do atendimento à população, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo resposta adequada às demandas da comunidade.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está prevista no Plano Anual de Compras, item 5.1 Aquisição de insumos e materiais ambulatoriais.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Serão especificados no termo de referência caso a Administração opte pela aquisição dos insumos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA /unid	QANT
01	ABAIXADOR DE LINGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14CM, FORMATO: TIPO	PACOTE	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

	ESPÁTULA, LARGURA: 1,50CM, ESPESSURA: 2MM, PACOTE COM 100 UNIDADES		
02	ÁGUA BI- DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA FRASCO de 10ML	UN	1.000
03	AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS	UN	100
04	AGUA OXIGENADA - EMBALAGEM EM LITRO	LITRO	100
05	ÁLCOOL 70%, LÍQUIDO, FRASCO 1 LITRO	FRASCO	500
06	ALCOOL GEL 70% FRASCO 1 LITRO	FRASCO	500
07	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA, FRASCO DE 250 ML BICO RETO FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR: ÂMBAR, CAPACIDADE: 250 ML	FRASCO	100
08	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE, FRASCO DE 250ML BICO RETO ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:250 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADO EM ML	UN	100
09	CATETER DE OXIGENIO N 6 CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
10	CATETER DE OXIGENIO N 8 CATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
11	CATETER DE OXIGENIO N 10 CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
12	CATETER DE OXIGENIO N 12 CATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
13	CATETER DE OXIGENIO N 14 CATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
14	CATETER DE OXIGENIO N 16 CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

15	CATETER DE OXIGENIO N 18 CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:SILICONIZADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
16	CATETER DE OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS NASAL Nº 6 CATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR:C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX	UN	100
17	CATETER DE OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS NASAL Nº 12 CATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR:C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX	UN	500
18	UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA FRASCO 250ML	FRASCO	50
19	CURATIVO ADESIVO ANTI-SEPTICO C/50 TRANSPARENTE, TAMANHO REGULAR. MARCA DE REFERENCIA: BAND-AID OU QUALIDADE SUPERIOR. CURATIVO CUTÂNEO, MODELO: TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE: USO ÚNICO	CAIXA	200
20	CURATIVO ADESIVO REDONDO 25 MM HIPOALERGÊNICO BEGE, ROLO COM 500 METROS	ROLO	100
21	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10CM X 10CM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	CAIXA	50
22	CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA ÓLEO AGE	UN	50
23	TINTURA DE BENJOIM, 20% FRASCO COM 100ML	FRASCO	50
24	HASTES FLEXIVEIS C/PONTAS DE ALGODAO C 75 UNIDADES	CAIXA	200
25	STERI-STRIP CAIXA COM 50 UNIDADE COM ENVELOPE COM 6- 12MM X100MM... 3M FITA HOSPITALAR, TIPO: SUTURA CUTÂNEA ADESIVA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES:CERCA DE 0,5 X 10 CM, FORMATO:EM TIRA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	CAIXA	10
26	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO E PEDIATRICO, COM 12 LÂMINAS MATERIAL DO CABO: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED COM 3.5V. PILHAS: MODELO C MATERIAL DAS LÂMINAS: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO. AUTOCLAVÁVEL: SIM. TAMANHOS DAS LÂMINAS: RETA: #0, #1, #2, #3, #4 E #5; CURVA: #0, #1, #2, #3, #4 E #5. ACOMPANHA: 1 CABO ADULTO E 1 CABO INFANTIL.	KIT	12
27	KIT NEBULIZACAO ADULTO (MASCARA, COPO E EXTENSOR)	KIT	100
28	KIT NEBULIZACAO INFANTIL (MASCARA, COPO E EXTENSOR)	KIT	100
29	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3	UN	30
30	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 4	UN	30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

31	LÂMINA BISTURI CARBONO Nº 11, CAIXA COM 100UN.	CAIXA	50
32	LÂMINA BISTURI CARBONO Nº 15, CAIXA COM 100 UN.	CAIXA	15
33	LÂMINA BISTURI CARBONO Nº 20 - CAIXA C/ 100 UN	CAIXA	25
34	REANIMADOR MANUAL PULMONAR ADULTO COM RESERVATÓRIO COMPONENTE REANIMADOR MANUAL, TIPO: RESERVATÓRIO DE O2, MATERIAL:PLÁSTICO, ADICIONAL: C/ VÁLVULA, VOLUME: CERCA DE 2,0 L, TAMANHOS:ADULTO, COMPATIBILIDADE: COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, TIPO USO: REUTILIZÁVEL	UN	20
35	REANIMADOR MANUAL PULMONAR PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1:MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHOS: INFANTIL	UN	20
36	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 10	PACOTE	50
37	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 12, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZ	PACOTE	50
38	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 14, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZADA, ACESSÓRIOS:COM VÁLVULA INTERMITENTE	PACOTE	50
39	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 16, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZADA, ACESSÓRIOS:COM VÁLVULA INTERMITENTE	PACOTE	50
40	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM	PACOTE	50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

	INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 18, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZADA, ACESSÓRIOS:COM VÁLVULA INTERMITENTE		
41	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 6, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZADA, ACESSÓRIOS:COM VÁLVULA INTERMITENTE	PACOTE	50
42	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8. PACOTE COM 10 UNIDADES CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 8, TIPO LUBRIFICAÇÃO:SILICONIZADA, ACESSÓRIOS:COM VÁLVULA INTERMITENTE	PACOTE	50
43	SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 6 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE: Nº 6, COMPRIMENTO:CERCA 60 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO:GRADUADA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES:C/ FIO GUIA, P	UN	50
44	SONDA NASOENTERAL Nº 8 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE: Nº 8, COMPRIMENTO:CERCA 100 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO:GRADUADA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES:C/ FIO GUIA,	UN	200
45	SONDA NASOENTERAL N 10 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE: Nº 10, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO:GRADUADA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES:C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, ADICIONAIS:RADIOPACA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	100
46	SONDA NASOENTERAL ADULTO N 12 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO:GRADUADA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES:C/ FIO GUIA,	UN	500
47	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE: Nº 8, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA,	UN	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

	COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL		
48	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 5SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE: Nº 12, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
49	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
50	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
51	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE: Nº 18, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
52	SONDA URETRAL Nº 6. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:6 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1.000
53	SONDA URETRAL Nº 8. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:8 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1.000
54	SONDA URETRAL Nº10. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:10 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	3.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

55	SONDA URETRAL Nº 12 PCT COM 10 UNIDADES SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	PACOTE	500
56	SONDA URETRAL Nº 14 PCT COM 10 UNIDADES SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	PACOTE	100
57	SONDA URETRAL Nº 16 PCT COM 10 UNIDADES SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	PACOTE	100
58	SONDA URETRAL Nº 18. PACOTE COM 10 UNIDADES SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:18 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	PACOTE	100
59	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 16, DUAS VIAS SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:LÁTEX C/ AGENTE INIBIDOR DE BIOFILME, CALIBRE:16 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 10 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
60	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 18, DUAS VIAS SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:LÁTEX C/ AGENTE INIBIDOR DE BIOFILME, CALIBRE:18 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 10 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	200
61	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 20, DUAS VIAS SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:LÁTEX C/ AGENTE INIBIDOR DE BIOFILME, CALIBRE:20 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 10 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	100
62	TESTE BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE, PACOTE COM 10 O PACOTE TESTE APRESENTA UM DESAFIO PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO SEGUNDO RECOMENDAÇÕES AAMI* REDUZINDO AS POSSIBILIDADE DE RECALLS. O PACOTE TESTE 1296 POSSUI UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA DE 1292 E CARTÃO DE REGISTRO COM INDICADOR QUÍMICO INTERNO EM SUA COMPOSIÇÃO.	PACOTE	100



63	TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE. CONSISTE EM UM PACOTE DE SUBSTRATO POROSO QUE APRESENTA UM DESAFIO PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DA AAMI*. POSSUI UM INTEGRADORQUIMICO 3M STERI GAGE NO SEU INTERIOR. UTILIZADO PARA MONITORAR CARGAS SUBSEQUENTES AO TESTE BIOLOGICO, QUE NÃO CONTENHAM IMPLANTES. APRESENTA MAIOR FACILIDADE DE LEITURA POR SER UM INTEGRADOR QUIMICO DE LEITURA POR MUDANÇA DE LIMITE E NÃO POR MUDANÇA DE COR. INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:FOLHA PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	UN	500
64	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	100
65	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM NS1	UN	1000
66	TIRA REAGENTE P/ TESTE GLICOSE NO SANGUE C/ 50. COMPLEMENTO: TIRAS COMPATIVELIS COM O APARELHO DA ON CALL II	CAIXA	50
67	VASELINA LIQUIDA - LITRO	UN	100
68	VASELINA SOLIDA - QUILO	KG	20

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se tecnicamente viável e economicamente justificável a contratação de empresa especializada no comércio atacadista de insumos laboratoriais e hospitalares.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 170.960,83, conforme a média apurada nos bancos de preços.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a aquisição dos insumos para atender as diversas frentes de atendimento dos postos de saúde, todas referente a Secretaria Municipal de Saúde.

A justificativa para a adoção do registro de preço na aquisição dos materiais, de acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), pode ser fundamentada em diversos aspectos que visam garantir a eficiência, economicidade e transparência no processo de compras públicas. Abaixo estão as razões que justificam a opção pelo registro de preço:

Economia de Recursos Públicos: O registro de preço permite a aquisição de grandes quantidades de insumos a preços unitários mais vantajosos, promovendo economia para os cofres públicos. A negociação conjunta em um único processo licitatório pode resultar em melhores condições comerciais.

Flexibilidade e Agilidade: O registro de preço proporciona flexibilidade na aquisição, permitindo que o órgão público realize compras de acordo com suas



necessidades ao longo do período de validade do registro, sem a necessidade de abrir novas licitações a cada demanda.

Garantia de Fornecimento Contínuo: Ao registrar preços para aquisição dos insumos, o município assegura um fornecimento contínuo dos materiais, evitando interrupções no atendimento.

Redução de Burocracia: O registro de preço simplifica procedimentos burocráticos, uma vez que o processo licitatório é realizado uma única vez, reduzindo a carga administrativa e agilizando as futuras aquisições.

Transparência e Competitividade: A Lei de Licitações preconiza a transparência nos processos de compras públicas. O registro de preço, ao ser precedido por uma licitação competitiva, garante a escolha do fornecedor mais vantajoso para a administração pública, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

Planejamento Orçamentário: O registro de preço permite um melhor planejamento do orçamento municipal, uma vez que as despesas são distribuídas ao longo do período de vigência do registro, evitando picos de gastos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com a presente contratação a melhor solução para a necessidade da Administração, através da seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A presente contratação beneficiará atividades dos serviços básicos de atendimento ambulatorial.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a



operacionalização do objeto podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e não dependem de contratações correlatas ou interdependentes

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O uso de materiais ambulatoriais e hospitalares acarreta impactos ambientais significativos, sobretudo devido ao grande volume de resíduos gerados e à presença de substâncias potencialmente perigosas, como sangue, fluidos corporais e agentes infecciosos. Quando descartados de forma inadequada, esses resíduos podem contaminar o solo, a água e o ar. Como medida mitigadora, os rejeitos são segregados em embalagens específicas e destinados à incineração por empresa especializada e devidamente licenciada.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Secretaria, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Sinimbu, 30 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br LILIAN RAQUEL KIST
Data: 01/10/2025 14:02:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lilian Kist
Chefe Setor de Compras

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANO RODRIGO DUPONT
Data: 01/10/2025 14:28:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiano Dupont
Secretário Municipal de Saúde
e Bem Estar Social –