



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA/2026 (Art. 12, Inciso VII, Lei nº 14.133/2021)

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: admsaudenovaboavista@gmail.com

Licitação Ata Registro de Preço: 12 meses

Prazo de entrega: 15 dias

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, Inciso II da Lei nº 14.133/2021) E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, Inciso IV, Lei nº 14.133/2021)

- Objeto da solicitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAR A UBS E QUALIFICAR O CUIDADO MATERNO-PATERNAL-INFANTIL- Conforme Portaria SES nº1098 /2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DOPPLER DE MESA ESPECIFICAÇÃO: <ul style="list-style-type: none">- Equipamento portátil, leve e de fácil manuseio;- Tecnologia Doppler ultrassônico de alta sensibilidade;- Indicado para detecção dos batimentos cardíacos fetais a partir de 10 a 12 semanas de gestação;- Frequência do transdutor: 2 MHz ou 3 MHz, intercambiável ou fixo;- Saída de áudio com alto-falante embutido e controle de volume ajustável;- Entrada para fone de ouvido , gravador de som, computador;- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal.- Faixa de medição mínima: 50 a 210 BPM;- Precisão mínima: ± 2 BPM;- Alimentação por bateria recarregável e/ou pilhas (AA ou similar);- Autonomia mínima de uso contínuo: 4 horas;- Desligamento automático para economia de energia;- Indicador de nível de bateria;	UN.	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Acompanhado de gel condutor (quando aplicável), manual de instruções em português e acessórios necessários para funcionamento;- Equipamento de fácil higienização e resistente ao uso contínuo;- Visor 3,2" (65 x 50mm);- Congelamento da imagem;- Software de gerenciamento de dado;- Certificado pelo INMETRO.		
02.	<p style="text-align: center;">BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Equipamento do tipo balança pediátrica digital eletrônica;- Capacidade mínima: 15 kg a 20 kg;- Divisão (precisão): mínimo de 5 g a 10 g (alta precisão para acompanhamento neonatal);- Estrutura em material resistente (aço com pintura eletrostática);- Concha anatômica ergonômica, removível, em material higiênico e lavável;- Possuir régua antropométrica integrada ou opcional, para medição de comprimento (mínimo 50 cm);- Display digital (LED) de fácil leitura;- Função TARA (descontar peso de mantas/fraldas);- Função HOLD (estabilização automática do peso mesmo com movimento do bebê);- Sistema de desligamento automático;- Alimentação por bateria recarregável e fonte elétrica bivolt;- Indicador de nível de bateria;- Base antiderrapante com pés reguláveis;- Tempo de estabilização rápido (inferior a 3 segundos);- Alta estabilidade de pesagem mesmo com movimentação do bebê;- Sensores de alta precisão (célula de carga confiável);- Baixa margem de erro (≤ 10 g);- Fácil higienização (superfície lisa e resistente);- Equipamento homologado para uso clínico (não doméstico);	UN	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Possibilidade de uso contínuo em ambiente de UBS.- Registro ativo na ANVISA;- Certificação do INMETRO;- Equipamento classificado como dispositivo médico conforme legislação vigente;- Garantia mínima de 12 meses;- Assistência técnica autorizada no Brasil.		
03.	<p style="text-align: center;">AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE (TIPO TERMOVENTILADOR CERÂMICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Equipamento portátil, compacto e de fácil transporte;- Tecnologia de aquecimento cerâmica PTC (Positive Temperature Coefficient);- Potência mínima de 1500W, com no mínimo 2 níveis de aquecimento;- Função ventilação (modo frio) integrada;- Capacidade de aquecimento de ambientes de até 20 a 30 m²;- Sistema de distribuição de calor uniforme (ventilação forçada e/ou oscilação);- Termostato ajustável para controle de temperatura;- Aquecimento rápido (resposta térmica em poucos segundos);- Baixo nível de ruído durante operação;- Funcionamento contínuo com estabilidade térmica;- Sistema de desligamento automático em caso de queda (anti-tombamento);- Proteção contra superaquecimento;- Grade de proteção térmica (baixa temperatura externa);- Base estável e antiderrapante;- Certificação de segurança elétrica conforme normas brasileiras;- Oscilação automática para melhor distribuição do calor;Timer programável (mínimo 8 horas);- Display digital ;Alça para transporte;- Design ergonômico e resistente;-Função desumidificação do ambiente (quando disponível);	UN.	03
04.	<p style="text-align: center;">ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Digital automático de braço, com validação clínica;- Faixa de medição mínima: 0 a 300 mmHg (aneróide) ou equivalente digital;	UN.	03



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Alta precisão: ± 3 mmHg; Sistema de medição confiável e estável;- Braçadeira tamanho obeso / extra grande;- Circunferência mínima: 35 cm até 51 cm ou superior;- Material resistente (nylon com fecho em velcro);- Manguito em PVC;- Medição automática com um botão;- Display digital de fácil leitura;- Memória de medições; Indicação de arritmia (quando disponível);- Manguito compatível com braço obeso (tamanho extra grande);- Alta durabilidade para uso contínuo em ambiente clínico;- Baixa necessidade de calibração frequente;- Resistência a impactos (modelos shock-proof);- Leitura precisa mesmo em pacientes com maior circunferência;- Fácil higienização;- Registro ativo na ANVISA;- Certificação obrigatória do INMETRO;- Garantia mínima de 12 meses;- Assistência técnica autorizada no Brasil;- Manguito específico para obesos (não adaptado);- Certificada;- Facilidade de manutenção e reposição de peças.		
05.	<p style="text-align: center;">ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Digital automático de braço com validação clínica pediátrica;- Faixa de medição mínima: 0 a 300 mmHg;- Precisão mínima: ± 3 mmHg;- Sistema confiável e estável para uso clínico contínuo <p style="text-align: center;">Manguito Pediátrico (ITEM ESSENCIAL) -</p> <p style="text-align: center;">Braçadeira tamanho infantil (pediátrica); -</p> <ul style="list-style-type: none">- Circunferência mínima do braço: aproximadamente 10 cm a 18 cm, podendo variar conforme modelo;- Material em tecido anti alérgico com fecho em velcro;- Manguito em PVC I;- Kits com diferentes tamanhos (neonatal, infantil e juvenil);- Medição automática com um toque;- Display digital de fácil leitura;- Memória de medições;- Indicação de arritmia (quando disponível);- Manguito pediátrico adequado incluso;	UN.	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Alta sensibilidade para medições em crianças;- Estabilidade mesmo com movimentação do paciente;- Resistência ao uso contínuo em ambiente clínico;- Fácil higienização;- Baixa necessidade de manutenção;- Preferencialmente modelos shock-proof (resistentes a impacto);- Registro ativo na ANVISA;- Certificação do INMETRO;- Garantia mínima de 12 meses;- Assistência técnica autorizada no Brasil.		
06.	<p>CADEIRA DE RODAS MANUAL ADULTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cadeira de rodas manual, tipo autopropulsados;- Estrutura reforçada em alumínio de alta resistência;- Sistema dobrável em duplo X, proporcionando maior estabilidade e resistência;- Capacidade de carga mínima: 150 kg;- Peso do equipamento: até 20 kg ;- Assento e encosto em courvin reforçado, lavável e resistente;- Largura do assento: mínimo 45 cm a 50 cm (adequado para maior conforto);- Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com aro de propulsão;- Rodas dianteiras giratórias (6 a 8 polegadas) com pneus maciços;- Pneus traseiros maciços;- Rolamentos resistentes para melhor deslocamento. <p>SEGURANÇA (OBRIGATÓRIO):</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema de freios bilaterais nas rodas traseiras;- Estrutura reforçada com alta estabilidade;- Faixa de apoio para panturrilha;- Apoio de pés com regulagem de altura;- Apoio de braços escamoteáveis ou fixos reforçado;- Assento anatômico reforçado e confortável;- Encosto acolchoado ou com suporte lombar;- Apoio de pés rebatível e removível;- Protetor lateral de roupas;- Baixa vibração durante o uso;- Registro ativo na ANVISA;- Produto classificado como equipamento médico;- Garantia mínima de 12 meses;	UN.	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Assistência técnica autorizada no Brasil;- Estrutura com reforço adicional (linha obeso ou heavy duty);- Pintura eletrostática anticorrosiva;- Componentes com alta durabilidade;- Facilidade de manutenção e reposição de peças;- Indicado para uso da UBS contínuo.		
07.	<p>POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">-Estrutura em madeira maciça, MDF reforçado ou aço de alta resistência;- Estofamento em espuma de alta densidade (mínimo D23 ou superior);- Revestimento em tecido, couro ou material impermeável de fácil higienização;- Capacidade mínima: 150KG ;- Encosto alto, com apoio completo para coluna e cabeça;- Apoios de braço acolchoados, em altura adequada para amamentação;- Assento amplo e confortável;- Base fixa, de balanço ou com sistema de deslizamento suave (glider);- Sistema de balanço ou deslizamento (glider) para embalar o bebê;- Função reclinável (manual ou automática);- Acompanhada de puff/apoio para os pés;- Apoio lombar reforçado;- Possibilidade de giro (360°) em modelos mais modernos;- Bolsos laterais para armazenamento de objetos;- Estrutura silenciosa durante o movimento;- Design anatômico que favorece postura correta;- Redução de esforço em braços, ombros e coluna;- Altura adequada para apoio dos pés no chão ou puff;- Almofadas removíveis ou reforçadas;- Estrutura estável e resistente;- Sistema de balanço com travamento (quando aplicável);- Acabamentos sem pontas ou arestas;- Materiais atóxicos e adequados ao uso infantil;- Produto com padrão de qualidade para uso institucional;- Garantia mínima de 12 meses.	UN.	02
08.	<p>BIOMBO HOSPITALAR MÓVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">-Biombo do tipo móvel, dobrável;	UN.	01



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço inox de alta resistência;- Configuração mínima de 3 corpos (painéis) articuláveis;- Altura mínima: 1,70 m a 1,80 m;- Largura por painel: aproximadamente 60 a 70 cm;- Sistema dobrável que permita fácil armazenamento e transporte;- Cortinas ou painéis em: tecido hospitalar (lavável/antimicrobiano);- Material resistente, de fácil higienização e desinfecção;- Base com rodízios giratórios (mínimo 4 rodas);- Rodas com sistema de trava/freio;- Estrutura estável, com boa distribuição de peso;- Fácil deslocamento entre ambientes;- Estrutura resistente ao uso contínuo;- Pintura eletrostática anticorrosiva;- Ausência de arestas cortantes;- Estabilidade mesmo em uso prolongado;- Cortinas removíveis para lavagem ou substituição;- Sistema modular (possibilidade de expansão de painéis);- Material antimicrobiano;- Montagem simples;- Baixa manutenção;- Produto adequado para uso da UBS;- Garantia mínima de 12 meses;- Assistência técnica no Brasil.		
09.	<p style="text-align: center;">ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Escada com 02 (dois) degraus;- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática epóxi - Degraus com superfície antiderrapante (borracha);- Capacidade de carga mínima: 150 kg Estrutura reforçada, resistente ao uso contínuo;- Pés com ponteiros de borracha antiderrapante;- Degraus com cantos arredondados para maior segurança;- Material resistente à corrosão;- Acabamento sem arestas cortantes;- Sistema antiderrapante em todos os pontos de apoio.- Altura total: 35 a 45 cm;- Largura: 40 a 50 cm;- Profundidade: 50 a 60 cm;- Base estável, sem balanço.	UN.	02
10.	<p style="text-align: center;">PAINEL SENSORIAL NUVEM GIGANTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p>	UN.	01



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Painel sensorial interativo, formato lúdico (modelo nuvem ou similar);- Estrutura em MDF, madeira tratada, plástico de alta resistência ou material equivalente;- Fixação em parede, com sistema seguro e estável;- Dimensões aproximadas: mínimo de 80 cm x 50 cm (modelo grande/gigante);- Superfície lisa, resistente e de fácil higienização;- Cantos arredondados, garantindo segurança no uso infantil. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elementos interativos- Componentes sensoriais variados, engrenagens giratórias, trilhas deslizantes, peças de encaixe, texturas diferenciadas;- Elementos móveis e rotativos;- Atividades de coordenação motora;- Estímulo ao desenvolvimento: coordenação motora fina, percepção sensorial, raciocínio lógico, interação e concentração; <p>SEGURANÇA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material atóxico e seguro para uso infantil;- Ausência de peças pequenas removíveis;- Fixação firme que impeça desprendimento;- Acabamento sem arestas cortantes;- Produto conforme normas de segurança infantil (INMETRO);- Alta durabilidade para uso contínuo em ambiente público;- Resistência a impactos e uso frequente;- Fácil limpeza e desinfecção;- Cores vivas e atrativas;- Design ergonômico e educativo;- Garantia mínima de 3 meses;- Produto entregue montado e instalado;- Compatível com uso em ambiente de saúde.		
11.	<p>BONECOS EDUCATIVOS PARA SIMULAÇÃO DE CUIDADOS INFANTIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bonecos tipo bebê, com aparência realista;- Tamanho aproximado: 40 cm a 55 cm, peso aproximado compatível com recém-nascido (1 kg a 2 kg);- Estrutura em silicone, de alta qualidade;	UN.	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<ul style="list-style-type: none">- Corpo articulado, permitindo movimentação de braços, pernas e cabeça;- Superfície macia, lavável e de fácil higienização. <p>FUNCIONALIDADES (SIMULAÇÃO DE CUIDADOS):</p> <ul style="list-style-type: none">- Permitir demonstração de: amamentação (posição e pega correta), troca de fraldas, higiene do bebê, banho e cuidados gerais;- Posicionamento seguro para o sono;- Incluir: umbigo/coto umbilical simulado, articulações realistas, boca anatômica para simulação de amamentação. <p>ACESSÓRIOS</p> <ul style="list-style-type: none">- Fralda, mamadeira, chupeta, roupas infantis;- Kit básico de cuidados;- Alta durabilidade para uso institucional;- Resistência ao uso contínuo;- Realismo adequado para fins educativos;- Fácil limpeza e desinfecção;- Design apropriado para atividades pedagógicas.		
12.	<p>KIT MÉDICO INFANTIL (SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: plástico resistente;- Composição mínima: estetoscópio, termômetro, seringa, otoscópio, tesoura, bandeja e maleta;- Dimensões: compatíveis com uso infantil;- Certificação: selo do INMETRO;- Finalidade: simulação de atendimento em saúde, redução de medo e orientação infantil;- Todos os materiais devem ser novos, sem uso prévio;- Devem atender às normas de segurança vigentes;- Obrigatório selo do INMETRO para brinquedos;- Materiais devem ser laváveis, resistentes e seguros;- Isentos de substâncias tóxicas.	UN.	03
13.	<p>BRINQUEDO MONTESSORI - COLMEIA DA SELVA COM CHOCALHO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brinquedo educativo de caráter pedagógico, inspirado na metodologia de aprendizagem ativa (tipo Montessori);- Composto por base estruturada com cavidades (formato	UN.	03



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>tipo colmeia) e peças removíveis para encaixe, contendo elementos sensoriais e sonoros (chocalho), destinado ao estímulo do desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial de crianças;</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: plástico atóxico de alta resistência e/ou madeira tratada, com pintura não tóxica;- Composição mínima: 01 base com múltiplas cavidades (mínimo 6 encaixes);- Conjunto de peças removíveis compatíveis com os encaixes;- Mínimo de 01 peça com dispositivo sonoro tipo chocalho;- Formato: peças em formato anatômico, facilitando o manuseio por crianças;- Cores: variadas, vivas e contrastantes;- Acabamento: bordas arredondadas, superfície lisa, sem rebarbas;- Dimensões aproximadas: Base: entre 15 cm e 30 cm;- Peças: adequadas ao manuseio infantil, não podendo ser pequenas a ponto de oferecer risco de ingestão;- Faixa etária indicada: a partir de 6 meses;- Certificação: obrigatória certificação de segurança conforme normas do INMETRO.		
14.	<p>KITS DEMONSTRATIVOS DE BANHO DO BEBE</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 banheira infantil em material plástico resistente, atóxico, de fácil higienização, com capacidade aproximada de 15 a 25 litros;- 01 boneco infantil anatômico (simulação de recém-nascido), confeccionado em material lavável, resistente e apropriado para atividades educativas;- 01 toalha infantil (100% algodão ou material equivalente, macio e absorvente);- 01 sabonete líquido neutro infantil (frasco demonstrativo);- 01 conjunto de itens de higiene contendo, no mínimo: escova, pente e recipiente para demonstração;- 01 kit de fralda descartável infantil (uso demonstrativo);- 01 recipiente ou copo plástico para simulação de enxágue;- 01 bolsa ou caixa organizadora, resistente, lavável e de fácil transporte; <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Todos os materiais devem ser atóxicos, laváveis, duráveis e adequados ao uso educativo;- O boneco deve permitir simulação realista de manuseio do	KIT	02



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>recém-nascido;</p> <ul style="list-style-type: none">- A banheira deve possuir design seguro, sem arestas cortantes;- Os itens devem possibilitar repetidas utilizações sem perda de qualidade;- O kit deve ser fornecido completo e pronto para uso.		
15.	<p>POLTRONA DE MASSAGEM ELÉTRICA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura: confeccionada em aço reforçado e materiais de alta resistência;- Revestimento: material sintético (courino ou similar), resistente, confortável e de fácil higienização;- Funções de massagem: mínimo de 4 técnicas (ex: shiatsu, amassamento, rolagem, vibração ou percussão);- Áreas de atuação: costas, lombar, pescoço, glúteos, pernas e pés;- Programas automáticos: mínimo de 5 programas pré-configurados;- Ajustes: controle de intensidade e velocidade da massagem;- Reclinação: sistema elétrico com ajuste de inclinação, incluindo posição relaxamento (tipo gravidade zero ou similar);- Apoio para pernas e pés: com sistema de massagem por compressão de ar ou vibração;- Controle: painel digital ou controle remoto de fácil operação;- Alimentação: bivolt automático (110/220V);- Capacidade de carga: mínimo de 120 kg;- Acabamento: bordas arredondadas, design ergonômico e seguro;- Dimensões aproximadas:<ul style="list-style-type: none">- Altura: 100 a 120 cm- Largura: 70 a 85 cm- Profundidade: 120 a 160 cm (reclinada)- cor a combinar	UN.	01
16.	<p>LONGARINA TIPO AEROPORTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 03 lugares;- Estrutura: confeccionada aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento polido;- Assentos e encostos 3 lugares: em aço perfurado, aço	UN.	03



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>estampado ou polipropileno de alta resistência, com design ergonômico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Base: pés com sapatas niveladoras ou antiderrapantes, garantindo estabilidade;- Apoio de braços: opcional ou conforme modelo, podendo ser individual ou compartilhado;- Fixação: estrutura monobloco ou parafusada, com alta resistência ao uso contínuo;- Capacidade de carga: mínimo de 100 a 120 kg por assento;- Acabamento: bordas arredondadas, sem arestas cortantes, garantindo segurança ao usuário;- Cor: neutra (prata ou similar);- Higienização: superfícies lisas, resistentes a produtos de limpeza e desinfecção.		
17.	<p>CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO LED 360°</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de som: sistema omnidirecional com cobertura sonora em 360°;- Potência: adequada para ambientes pequenos e médios (mínimo de 20W RMS ou equivalente);- Iluminação: LEDs RGB integrados com efeitos multicoloridos, dinâmicos e sincronizados com o áudio;- Conectividade: Bluetooth para conexão sem fio com dispositivos móveis;- Entradas adicionais: USB e/ou auxiliar (P2);- Bateria interna: recarregável, com autonomia mínima de 8 horas;- Alimentação: bivolt automático ou carregamento via USB;- Portabilidade: design compacto, leve e de fácil transporte;- Material: estrutura resistente, com acabamento de fácil higienização;- Controle: botões integrados para volume, reprodução e iluminação;- Proteção: preferencialmente resistente a respingos (IPX4 ou superior);- Modelos desse tipo possuem iluminação em todos os lados e som distribuído uniformemente, criando experiência mais imersiva, com luz sincronizada com a música.	UN.	01
18.	<p>LONGARINA TIPO AEROPORTO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 04 lugares;- Estrutura: confeccionada aço inoxidável, com tratamento	UN	03



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento polido;</p> <ul style="list-style-type: none">- Assentos e encostos 4 lugares: em aço perfurado, aço estampado ou polipropileno de alta resistência, com design ergonômico;- Base: pés com sapatas niveladoras ou antiderrapantes, garantindo estabilidade;- Apoio de braços: opcional ou conforme modelo, podendo ser individual ou compartilhado;- Fixação: estrutura monobloco ou parafusada, com alta resistência ao uso contínuo;- Capacidade de carga: mínimo de 100 a 120 kg por assento;- Acabamento: bordas arredondadas, sem arestas cortantes, garantindo segurança ao usuário;- Cor: neutra (prata ou similar);- Higienização: superfícies lisas, resistentes a produtos de limpeza e desinfecção.		
--	---	--	--

2. LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA (Art. 18, Inciso VII, Lei nº 14.133/2021)

(x) **Local único:** Secretaria Municipal de Saúde

() **Locais diversos:**

DETALHAMENTO DA DESPESA E RECURSO (Art. 40, Inciso V, c, Lei nº 14.133/2021)

Origem do Recurso *CONSULTAR LSAD*

() Próprio

() Estadual

() Federal

3. PESQUISA DE PREÇOS (Art. 23, Inciso IV e V, Lei nº 14.133/2021)

As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços. A Lei nº 14.133/2021 exige a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração, por esses motivos:

() Foi realizada pesquisa de preços pelo requisitante para atender o objeto especificado neste documento, conforme documentos anexos, sendo o valor estimado de **R\$**, conforme art. 18, Inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

(x) Encaminha-se para o setor de compras para realização da Pesquisa de Preços para atender o objeto especificado neste documento.

Submeto Documento de Formalização de Demanda para avaliação.



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nova Boa Vista, 04 de maio de 2026.

Daiane Desengrini
Secretária Municipal da Saúde

Viabilidade declarada pela autoridade superior:

Cleber Badin
Prefeito Municipal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
§1º do Art. 18 da Lei 14.133/2021

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos educativos destinados à qualificação da atenção materno-paterno-infantil no âmbito da rede municipal de saúde, contemplando ações desde o pré-natal até o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

A necessidade fundamenta-se na importância de garantir assistência integral, contínua e humanizada à gestante, puérpera, recém-nascido e criança, considerando que esses grupos demandam cuidados específicos, acompanhamento sistemático e intervenções oportunas para prevenção de agravos e promoção da saúde.



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atualmente, observa-se que a unidade de saúde apresenta insuficiência de materiais adequados para execução plena das atividades assistenciais e educativas. Destaca-se que o acompanhamento gestacional e infantil exige não apenas estrutura assistencial, mas também estratégias educativas eficazes, que possibilitem a participação ativa da gestante, do pai e/ou cuidador no processo de cuidado, promovendo autonomia, vínculo familiar e melhores desfechos em saúde.

A inexistência ou inadequação desses materiais compromete diretamente:

- A qualidade da assistência prestada;
- A efetividade das ações de prevenção;
- A adesão das gestantes ao pré-natal;
- O acompanhamento adequado do desenvolvimento infantil;
- A segurança e orientação dos cuidadores no manejo do recém-nascido.

A presente demanda está alinhada às diretrizes estabelecidas na Portaria SES/RS nº 1.098/2025, que orienta a organização e qualificação da rede de atenção, com foco na redução da mortalidade materna e infantil, na ampliação do acesso e na melhoria da qualidade do cuidado.

Dessa forma, a aquisição dos materiais propostos torna-se indispensável para:

- Estruturar adequadamente os serviços de saúde;
- Garantir atendimento seguro, qualificado e humanizado;
- Fortalecer as ações de educação em saúde;
- Atender às normativas vigentes e políticas públicas;
- Promover melhores resultados em saúde materno-infantil no município.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

() CONSTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO MUNICÍPIO

(x) NÃO HÁ PLANO DE CONTRATAÇÕES (PAC) E/OU AINDA ESTÁ SENDO REALIZADO, POR DECISÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

II. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(x) OS BENS/SERVIÇOS TÊM NATUREZA COMUM

() OS BENS/SERVIÇOS TÊM NATUREZA ESPECIAIS

III. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Item	Quantidade
Detector fetal portátil Doppler de mesa	2
Balança antropométrica infantil	2
Aquecedor portátil (termoventilador cerâmico)	3



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Esfigmomanômetro adulto obeso	3
Esfigmomanômetro infantil	2
Cadeira de rodas manual adulto	2
Poltrona de amamentação	2
Biombo hospitalar móvel	1
Escada hospitalar 2 degraus	2
Painel sensorial nuvem gigante	1
Bonecos educativos (simulação cuidados infantis)	2
Kit médico infantil (simulação)	3
Brinquedo Montessori colmeia com chocalho	3
Kits demonstrativos banho do bebê	2
Poltrona de massagem elétrica	1
Longarina tipo aeroporto	6
Caixa de som portátil LED 360°	1

IV. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

March Med Produtos Médico Hospitalares,Isaclin Passo Fundo - Produtos Hospitalares, Movimentus Hospitalares e Ortopédicos,Expert Med,Protech - Comércio de Produtos Médico Hospitalares,Voolmed Hospitalar,Comercial Insumedi,Rk Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares,Prodihl Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

V. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado de R\$ 50.000,00

VI. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de equipamentos e mobiliários permanentes para estruturação das UBS, incluindo itens prioritários e complementares previstos na Portaria.

Itens prioritários (conforme portaria):

- Detector fetal
- Balança antropométrica infantil
- Aquecedor portátil de ambiente
- Esfigmomanômetro adulto obeso
- Esfigmomanômetro infantil
- Cadeira de rodas

Itens complementares:

- Biombo hospitalar
- Escada hospitalar (2 degraus)
- Poltrona de amamentação
- Poltrona de massagem
- Longarina
- Materiais educativos (painéis sensoriais, kits, bonecos)

Esses itens contribuem diretamente para a melhoria do acolhimento, assistência e educação em saúde.

VII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

(x) A LICITAÇÃO ATENDERÁ O PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO

() A LICITAÇÃO NÃO IRÁ APLICAR O PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO

VIII. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição, espera-se:

- Ampliação da qualidade do pré-natal e puericultura
- Melhoria no monitoramento fetal e infantil
- Maior humanização do atendimento
- Fortalecimento da Atenção Primária
- Melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil
- Adequação das UBS às diretrizes da Rede Bem Cuidar/RS



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

IX. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Os fiscais que constam na portaria 7691/2026 devem cumprir com seu papel.

INDICAÇÃO DE FISCAL PARA ESTA CONTRATAÇÃO: Leidi Manuela Fardo Aresi

(X) PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO

() HOUVE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS COMO:

X. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

() OS BENS/SERVIÇOS QUE SE PRETENDE SÃO AUTÔNOMOS E PRESCINDEM DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES.

(X) OS BENS/SERVIÇOS QUE SE PRETENDE NÃO SÃO AUTÔNOMOS

XI. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

(x) VERIFICOU-SE QUE NÃO HÁ IMPACTOS AMBIENTAIS

() PODE HAVER IMPACTO AMBIENTAL COMO:

XII. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXISTENTE E A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESCRITA ACIMA DECLARAMOS QUE A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL, ATENDENDO AOS PADRÕES E PREÇOS DE MERCADO.

(X) A RESPECTIVA ETP CONTEMPLA TODOS OS ELEMENTOS DO ART. 18, §1º

() A RESPECTIVA ETP CONTEMPLA APENAS OS ELEMENTOS MÍNIMOS, EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIBILIDADE/BAIXO VALOR DO OBJETO.

Nova Boa Vista, 05 de maio de 2026.

Andréia K. Silveira
Subsecretária Municipal de Saúde