

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena
Prefeitura Municipal de Presidente Lucena
Pregão Eletrônico - 027/2024

Resultado da Homologação

0001 - AUTOCLAVE DIGITAL, 60 LITROS - 220V, PAINEL DIGITAL ALFANUMÉRICO COM TECNOLOGIA LCD, COM INSTRUÇÕES. PRESSOSTATO DIGITAL. TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA. SENSOR DE PORTA ABERTA (MICRO SWITCH) COM INDICAÇÃO NO PAINEL. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO. CHAVE GERAL. FUSÍVEL NA PLACA ELETRÔNICA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO. FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA DE SAÍDA. SISTEMA SECAGEM PORTA ABERTA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA. - 60LT - Valor Referência: 6.547,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	60LT	1 Unidade	6.500,00	6.500,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0002 - MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - 220V. RECOMENDADA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS E COLETA DE MATERIAIS. TOTALMENTE AUTOMATIZADA: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA PEDAL DE COMANDO COM OITO FUNÇÕES E VOLTA ZERO AUTOMÁTICO, COM ACIONADORES REMOVÍVEIS PARA ASEPSIA PLACA ELETRÔNICA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM: 127 V/220V CONSUMO DE 125 WATS SISTEMA VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO BASE TUBULAR DE ALTA PERFORMANCE, PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO ESTRUTURADO EM AÇO, PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO LATERAIS EM PSAI NA COR GELO PADRÃO ENCOSTO ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO, PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM ENVOLVENTE EM PSAI NA COR GELO PADRÃO SUPORTE LENÇOL EM AÇO TUBULAR, SISTEMA DE MOLLA PARA FACILITAR SUBSTITUIÇÃO DO ROLO BRAÇO DIREITO E ESQUERDO COM FECHO, ESTOFADO NA COR, COM MOVIMENTOS DE ABERTURA LATERAL E LONGITUDINAL, ATRAVÉS DE SUPORTES EM ALUMÍNIO FUNDIDO E RÉGUAS EM AÇO CROMADO OS MOVIMENTOS DE SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E - PRÓPRIO - Valor Referência: 15.049,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PROPRIO	1 Unidade	13.300,00	13.300,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0003 - ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX: DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 150KG, PRODUZIDA EM AÇO INOX, DEGRAU EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, POSSUIR PONTEIRA NOS PÉS, PARA FACILITAR A ADERÊNCIA AO PISO, ALTURA APROXIMADA: 40CM, LARGURA APROXIMADA 38CM, E PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 35CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU: 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG - UNIDADE - Valor Referência: 218,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	UNIDADE	2 Unidade	104,00	208,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0004 - CAMA HOSPITALAR AUTOMATIZADA - 220V. CAMA FOWLER CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PRODUZIDA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE E ROBUSTEZ. ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO ASTM A36 DE 3MM PERFILADAS EM U. BASE TUBULAR 70 X 30 X 1,5 MM COM PÉS RECUADOS. ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 25 X 25 X 1,2 MM COM GUIAS DE REFORÇOS CONSTRUÍDOS EM TUBOS 40 X 20 X 1,2MM E REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,0 MM DE ESPESSURA. GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS OBEDECENDO AS NORMAS NBR IEC 60601- 2-52, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE, ROBUSTEZ E INTEIRIÇAS QUE EM CONJUNTO FECHAM O LEITO PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, COM SISTEMA ARTICULAÇÃO, QUE PERMITE O RECOLHIMENTO PARA ABAIXO DO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAV - PRÓPRIA - Valor Referência: 8.468,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PRÓPRIA	1 Unidade	8.143,00	8.143,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0005 - MACA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA: ESTRUTURA DA MACA: A ESTRUTURA DA MACA DE ULTRASSOM DEVE SER CONSTRUÍDA EM MDF 15MM DE ALTA QUALIDADE REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE NA COR BRANCO, COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTO IMPACTO FORMICA, LAMINADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE CONTRA IMPACTOS E AGENTES QUÍMICOS. A ESTRUTURA DEVE CONTAR COM PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM REGULADORES DE NÍVEL PARA PERFEITO ALINHAMENTO AO PISO E DEVEM SER REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CONFERINDO GRANDE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA CONTRA



IMPACTOS, CORROSÃO E RADIAÇÃO, DEIXANDO O ACABAMENTO FINAL DE ALTO NÍVEL E COM DURABILIDADE MAIOR. ESPECIFICAÇÃO DO GABINETE: O GABINETE DA MACA DEVE POSSUIR UMA PORTA COM DOBRADIÇAS DE ABERTURA DE 270° E UMA GAVETA COM CORREDIÇA METÁLICA TELESCÓPICA. LEITO DA MACA: O LEITO DA MACA DEVE SER DIVIDIDO EM 3 PARTES. A ESPUMA DE DENSIDADE D26, E SER REVESTIDO COM MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O ENCOSTO PODE SER REGULADO E - UNIDADE - Valor Referência: 2.272,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	UNIDADE	1 Unidade	2.272,56	2.272,56	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0008 - OXÍMETRO DE PULSO COM SENSOR NEONATAL: TELA LCD 2.5" COM DISPLAY DE LED RETRO ILUMINADO FUNCIONAMENTO A BATERIA, ACOMPANHADO DA BASE PARA CARREGAMENTO MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PULSO E SPO2 TELA COM ONDA PLESTIMOGRÁFICA FUNÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL VISUALIZAÇÃO DE TABELAS DE TENDÊNCIA INDICADOR DE PERFUSÃO TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTAÇÃO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL MÍNIMO 1,5MTS. - PC66B - Valor Referência: 1.065,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PC66B	1 Unidade	699,90	699,90	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0009 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL PROFISSIONAL SONAR. DISPLAY LCD FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10% ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA - POSSUIR CONTROLE DE VOLUME ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM² - POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA DIMENSÕES APROXIMADAS 131 X 117 X 33 MM. DEVE ACOMPANHAR BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES - MD FD 200 B - Valor Referência: 592,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	MD FD 200 B	1 Unidade	318,00	318,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0010 - OTOSCÓPIO PEDIÁTRICO. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA LÂMPADA REMOVÍVEL E QUE SEJA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: BATERIA OU PILHA BOTÃO LIGA/DESLIGA LENTE GIRATÓRIA DE AUMENTO: 3 VEZES 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOLAVÁVEIS (PREFERENCIALMENTE 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 E 10MM) COMPRIMENTO TOTAL: 17CM PESO MÁXIMO TOTAL: 100G - MINI - Valor Referência: 369,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MINI	1 Unidade	185,30	185,30	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0011 - DESKTOP CORPORATIVO/ESTAÇÃO DE TRABALHO: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO E PERTENCER À LINHA CORPORATIVA. PROCESSADOR: POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E SUPORTE A EXECUÇÃO SIMULTÂNEA MÍNIMA DE 12 THREADS PROCESSADOR COM PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP, SENDO USADO COMO BASE O PROCESSADOR INTEL CORE I5-12500, PODENDO SER OFERTADOS OUTROS MODELOS COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIORES NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM TIPO DE CONFIGURAÇÃO ESPECIAL PARA OPERAÇÃO DA CPU EM VELOCIDADE SUPERIOR À ESPECIFICAÇÃO DE FÁBRICA (OVERCLOCKING) PLACA DE VÍDEO HD INTEGRADA E INTERFACE DE ÁUDIO INTEGRADA. MEMÓRIA: 16GB DDR4 INSTALADA, OPERANDO A 3.200 MHZ OU SUPERIOR. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: DEVE CONTER 1 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INSTALADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO - PC LENOVO THINK NEO 50S GEN 4 + MONITOR - Valor Referência: 6.380,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ETHAMEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE BENS DE CONSUMO LTDA	PC LENOVO THINK NEO 50S GEN 4 + MONITOR	1 Unidade	6.351,00	6.351,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

0013 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER MONITOR EM LED, PARA AJUSTE DE QUANTIDADE DE CÓPIA VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR: 600 MHZ TENSÃO DE ENTRADA: 110 A 240 V CICLO DE TRABALHO: ATÉ 8000 PÁGINAS A4 POR MÊS BANDEJA DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS BANDEJA DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS. COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA (PRETO, QUALIDADE NORMAL, A4): ATÉ 21 COM RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO): ATÉ 300 X 300 DPI RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES): ATÉ 400 X 600 DPI CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA: 25 ATÉ 400 % CÓPIAS, NO MÍNIMO ATÉ 99 CÓPIAS. SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (NO SCANNER DE MESA): 216 X 297 MM MÁXIMO VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4): ATÉ 7 PPM (PRETO E BRANCO) / ATÉ 5 PPM (COLORIDO). TIPOS DE PAPEL SUPOSTADOS: PAPEL



(NORMAL A4, LASERJET), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTÕES POSTAIS. COMPATÍVEL COM SISTEMA WIN - 6550NW - Valor Referência: 2.758,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Aclara Comércio de Informática Eireli	6550NW	1 Unidade	1.400,00	1.400,00	Homologado em 04/07/2024 14:03:50 Por: Gilmar Führ

Gilmar Führ
Autoridade Competente

