



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 O objeto da presente licitação é a **aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes** (incluindo mobiliário clínico, equipamentos de esterilização e processamento, aparelhos de suporte respiratório e dispositivos de tecnologia assistiva à mobilidade), destinados a estruturar e modernizar o atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), visando atender às demandas e necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Anahy – PR.

ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CARRO MACA AVANÇADO MACA HIDRÁULICA REFORÇADA PARA OBESOS GRADES LATERAIS INOX LEITO EM CHAPA DE AÇO PINTADO ACOMPANHA COLCHONETE. BASE CARENAGEM INFERIOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA E SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. LEITO ESTRUTURA DO LEITO COM LONGARINAS REFORÇADAS PARA OBESOS, CONSTRUÍDA COM TUBOS RETANGULARES 30 X 70 MM. LEITO REFORÇADO DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES, PARTE DORSO CONSTRUÍDA COM TUBOS QUADRADOS DE 25 X 25 MM, SENDO ARTICULÁVEL E RÁDIO TRANSPARENTE COM GAVETA E PORTA-CHASSI, RESTANTE DO LEITO FIXO SENDO RÁDIO TRANSPARENTE COM SUPORTE PARA O CHASSIS. PARA-CHOQUES PROTEÇÕES DE PAREDE LATERAIS, FRONTAIS E ROLLER BUMPERS NOS QUATRO CANTOS DA MACA. ACABAMENTOS ACABAMENTOS FRONTAIS EM PLÁSTICO VACUUM FORMADO. EMPURRADORES ANATÔMICOS REVESTIDOS COM BORRACHA DE FÁCIL LIMPEZA. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL GRADES LATERAIS ARTICULADAS EM TUBO REDONDO INOX.. MOVIMENTOS MOVIMENTOS DO DORSO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO ACIONADO POR PEDAL. RODÍZIOS REFORÇADOS PARA OBESOS COM 6" DE DIÂMETRO E SISTEMA DE FREIO DIAGONAL. ACESSÓRIOS	UND	6	R\$ 15.420,67	R\$ 92.524,02



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	ACOMPANHA COLCHONETE EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIM, COM ALTURA DE 5 CM. COMPRIMENTO TOTAL 2,12 M (+/- 0,01 M) LARGURA COM AS GRADES LEVANTADAS 0,73 M (+/- 0,01 M) LARGURA COM AS GRADES RECOLHIDAS (BAIXAS) 0,74 M (+/- 0,01M) VARIAÇÃO DE ALTURA 0,96 M – 0,88 M (+/- 0,01 M) PLATAFORMA DO COLCHÃO 0,70 M X 1,90 M (+/- 0,01 M) GRAU DE DORSO MÁXIMO 60° ALTURA DAS GRADES A PARTIR DA PLATAFORMA DO COLCHÃO 30 CM CARGA MÁXIMA DE SEGURANÇA 230 KG DIMENSÃO DOS RODÍZIOS 152 MM SISTEMA DE FREIO INDIVIDUAL NOS RODÍZIOS SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO ACIONADO POR PEDAL MOVIMENTOS DORSO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO. SUPORTE PARA OXIGÊNIO. GRADES LATERAIS ARTICULADAS. PARA CHOQUE ROTATIVO NOS 4 CANTOS DA CAMA E COLCHONETE				
2	LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LÍQUIDOS; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	UND	1	R\$ 5.441,96	R\$ 5.441,96
3	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBO-NO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM AL-MOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RO-DAS DIANTEIRAS 8",	UND	2	R\$ 11.381,67	R\$ 22.763,34



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	<p>PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁ-VEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,98M ALTURA DO ENCOSTO 0,50M ALTURA DO ASSENTO 0,42M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.</p>				
4	<p>CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBO-NO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM AL-MOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁ-VEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS</p>	UND	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,93M ALTURA DO ENCOSTO 0,40M ALTURA DO ASSENTO 0,39M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.				
5	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBO-NO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,93M ALTURA DO ENCOSTO 0,40M ALTURA DO ASSENTO 0,42M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL.	UND	3	R\$ 11.381,67	R\$ 34.145,01



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.				
6	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBO-NO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM AL-MOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RO-DAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁ-VEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,93M ALTURA DO ENCOSTO 0,50M ALTURA DO ASSENTO 0,42M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.	UND	5	R\$ 11.381,67	R\$ 56.908,35
7	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBO-NO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM AL-MOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS,	UND	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,93M ALTURA DO ENCOSTO 0,50M ALTURA DO ASSENTO 0,37M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.				
8	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "P" EM AÇO CARBONO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X" OU "DUPLO X", ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBA-TÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBA-TÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS	UND	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUM-BO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM., ALTURA DA CADEIRA 0,93M ALTURA DO ENCOSTO 0,45M ALTURA DO ASSENTO 0,42M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,35M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,41 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO DIREITO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA COMPACT.				
9	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "G" EM DURALUMÍNIO TUBULAR, DOBRÁVEL EM "X", "DUPLO X" OU MONOBLOCO, ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; OPÇÃO ENCOSTO RECLINÁVEL 80° / REBATÍVEL OU GRAU FIXO 95° A 105°; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTECTOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBATÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS, COM OPÇÃO DE PEDALEIRA ELEVÁVEL 90°; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 20" OU 12" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO OU MOTORIZAÇÃO DE 250WX2 DE BAIXA MANUTENÇÃO COM TRANSMISSÃO MICRO V; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUMBO/ÁCIDO SELADAS VRLA/ AGM DE 26 A 55 AH COM SUPORTE UNIVERSAL; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM. ALTURA DA CADEIRA 1,20M (COM ENCOSTO DE CABEÇA) ALTURA DO ENCOSTO 0,50M ALTURA DO ASSENTO 0,52M COMPRIMENTO DO BRAÇO 0,45M LARGURA DO ASSENTO DO ENCOSTO 0,50 JOYSTICK REMOTO, ACELERAÇÃO	UND	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	LINEAR, COMUNICAÇÃO USB LADO ESQUERDO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO DE NYLON IMPERMEÁVEL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: FREEDOM - MOTORIZADA STYLE.				
10	CADEIRA DE RODAS CHASSIS "M" EM AÇO CARBONO TUBULAR, MONOBLOCO, ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM METAL E NYLON; ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO; APOIO DE BRAÇOS COM ALMOFADAS E PROTETOR DE ROUPA E APOIO DE PÉS INJETADOS, REBATÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS 8", PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS; RODAS TRASEIRAS 13" PNEUS MACIÇOS EM PU OU INFLÁVEIS. MOTORIZAÇÃO DE 200WX2 COM MOTOREDUTOR ENGRENADO; FREIOS DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICOS E FREIOS DINÂMICO/ ESTÁTICO REGENERATIVO/C.F.E.M; BATERIAS SECAS CHUMBO/ÁCIDO SELADAS VRLA/AGM DE 55 AH; VELOCIDADE DE 0 A 7 KM/H E AUTONOMIA DE ATÉ 45 KM. COM SISTEMA ELETROMECÂNICO ATRAVÉS DE ATUADOR LINEAR ELÉTRICO PERMITE ARTICULAR O ENCOSTO E O ASSENTO SIMULTANEAMENTE POSSIBILITANDO A FUNÇÃO ORTOSTÁTICA; PERMITINDO AO USUÁRIO FICAR EM PÉ, FACILITANDO A ACESSIBILIDADE E QUALIFICANDO AS FUNÇÕES CIRCULATÓRIAS, DIGESTIVAS, RESPIRATÓRIAS E COMO OPCIONAL RECLINAR, POR ATUADOR LINEAR, O ENCOSTO PROPORCIONANDO EXCELENTE CONFORTO. ALTURA DA CADEIRA 1,15M (COM ENCOSTO DE CABEÇA) ALTURA DO ENCOSTO 0,45M	UND	2	R\$ 20.897,00	R\$ 41.794,00
11	CADEIRA DE BANHO COM RODAS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE E RESISTENTE À CORROSÃO, NA COR BRANCA OU CINZA. ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO (POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), TEXTURIZADO PARA EVITAR ESCORREGAMENTOS, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E HIGIENE ÍNTIMA, NA COR BRANCA. DIMENSÕES DO	UND	7	R\$ 651,33	R\$ 4.559,31



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	<p>ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM (LARGURA) X 40 CM (PROFUNDIDADE). ALTURA DO ASSENTO AJUSTÁVEL EM 5 NÍVEIS, VARIANDO DE 45 CM A 55 CM DO CHÃO, ATRAVÉS DE PINOS DE ENGATE RÁPIDO NAS PERNAS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO A DIFERENTES USUÁRIOS E ALTURAS DE VASO SANITÁRIO. CAPACIDADE DE PESO DO USUÁRIO DE ATÉ 100 KG. POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 75 MM) DE DIÂMETRO, SENDO 2 COM FREIO E 2 SEM FREIO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO INDIVIDUAL, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO E O POSICIONAMENTO SEGURO DA CADEIRA NO BOX OU SOBRE O VASO SANITÁRIO. APOIOS DE BRAÇO FIXOS EM MATERIAL PLÁSTICO, COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA E APOIO AO USUÁRIO DURANTE O BANHO E TRANSFERÊNCIAS. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES NOS PÉS, GARANTINDO ESTABILIDADE QUANDO OS FREIOS NÃO ESTÃO ACIONADOS OU PARA USO COMO CADEIRA FIXA. FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DA CATEGORIA, COMO ABNT NBR 9050 (ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS) NO QUE TANGE ÀS DIMENSÕES E ERGONOMIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, SE APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O FORNECIMENTO DEVE INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.</p>				
12	CADEIRA DE RODAS MANUAL, DOBRÁVEL EM X, PARA USO ADULTO, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO	UND	7	R\$ 2.531,45	R\$ 17.720,15



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

ANODIZADO PARA PREVENÇÃO DE CORROSÃO, NA COR PRATA. LARGURA DO ASSENTO DE 46 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 40 CM E ALTURA DO ENCOSTO DE 40 CM. CAPACIDADE DE PESO DO PACIENTE DE ATÉ 120 KG. PESO TOTAL DA CADEIRA DE RODAS INFERIOR A 15 KG. POSSUI APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM ALTURA, COM PEDALEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO E ALÇA DE APOIO PARA AS PANTURRILHAS. APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM NYLON. RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 600 MM) COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS DE BORRACHA, COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO (QUICK RELEASE) PARA FACILITAR O TRANSPORTE. RODAS DIANTEIRAS DE 6 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 150 MM) COM PNEUS MACIÇOS DE BORRACHA. FREIOS BILATERAIS COM ALAVANCA ERGONÔMICA E DE FÁCIL ACIONAMENTO, GARANTINDO A SEGURANÇA DO USUÁRIO. ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, LAVÁVEL E RESISTENTE, NA COR PRETA, COM ALMOFADA DE ASSENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D33) COM 5 CM DE ESPESSURA. MANOPLAS DE EMPURRAR COM ACABAMENTO EM BORRACHA PARA MAIOR CONFORTO DO ACOMPANHANTE. A CADEIRA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR ISO 7176-1 (CADEIRAS DE RODAS - PARTE 1: DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE ESTÁTICA), ABNT NBR ISO 7176-8 (CADEIRAS DE RODAS - PARTE 8: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO PARA A RESISTÊNCIA ESTÁTICA, DE IMPACTO E DE FADIGA) E ABNT NBR ISO 7176-11 (CADEIRAS DE RODAS - PARTE 11: MÉTODOS DE ENSAIO PARA A DETERMINAÇÃO DAS DIMENSÕES GERAIS). POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA A ESTRUTURA E 6 MESES PARA



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	COMPONENTES COMO PNEUS E ESTOFAMENTO. O FORNECIMENTO DEVE INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.				
13	CAMA HOSPITALAR HIDRÁULICA, MODELO FOWLER, COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO POR PEDAIS PARA ELEVAÇÃO DO LEITO E MOVIMENTOS DE DORSO E PERNAS, GARANTINDO AJUSTE SUAVE E PRECISO DA POSIÇÃO DO PACIENTE. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA (RAL 9010), CONFERINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 2100 MM (COMPRIMENTO) X 900 MM (LARGURA) X 500 MM A 800 MM (ALTURA AJUSTÁVEL DO LEITO). LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES ARTICULADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS MÓVEIS, PERMITINDO AS POSIÇÕES FOWLER, SEMI-FOWLER, TRENDELENBURG E REVERSO DE TRENDELENBURG. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA MÍNIMA DE 250 KG E DINÂMICA DE 180 KG, CONFORME ABNT NBR 13591:2012 - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CAMA HOSPITALAR - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. POSSUI GRADES LATERAIS RETRÁTEIS EM AÇO INOXIDÁVEL OU POLIPROPILENO INJETADO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, ATENDENDO À ABNT NBR 16654:2018 - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - GRADES LATERAIS DE CAMAS HOSPITALARES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. RODÍZIOS DE 125 MM DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO, COM BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA QUE NÃO MARCA O PISO, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO E O TRAVAMENTO DA	UND	7	R\$ 4.311,00	R\$ 30.177,00



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	<p>CAMA. PÁRA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL E DOIS GANCHOS. ACABAMENTO GERAL SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS, EM CONFORMIDADE COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E NORMAS DA ANVISA PARA PRODUTOS PARA A SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO MONTADO OU PRÉ-MONTADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA.</p>				
14	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, DE FLUXO CONTÍNUO, COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 10 LITROS POR MINUTO (LPM), COM PUREZA DE OXIGÊNIO DE 93% ± 3% EM TODAS AS VAZÕES. EQUIPAMENTO PROJETADO PARA USO CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO OPERACIONAL, INFERIOR A 45 DB(A) A 1 METRO DE DISTÂNCIA. POSSUI SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DE TRÊS ESTÁGIOS (FILTRO DE POEIRA, FILTRO BACTERIANO E FILTRO HEPA) PARA GARANTIR A PUREZA DO OXIGÊNIO E A SEGURANÇA DO PACIENTE. DOTADO DE ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA BAIXA PUREZA DE OXIGÊNIO, FALTA DE ENERGIA, ALTA/BAIXA PRESSÃO E FALHA DO COMPRESSOR, CONFORME ABNT NBR IEC 60601-1 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS PARA SEGURANÇA BÁSICA E DESEMPENHO ESSENCIAL) E ABNT NBR IEC 60601-1-8 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 1-8: REQUISITOS GERAIS PARA SEGURANÇA BÁSICA E DESEMPENHO ESSENCIAL - NORMA COLATERAL: REQUISITOS GERAIS, ENSAIOS E ORIENTAÇÃO PARA SISTEMAS DE ALARME EM EQUIPAMENTOS</p>	UND	4	R\$ 11.596,33	R\$ 46.385,32



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	<p>ELETROMÉDICOS E SISTEMAS ELETROMÉDICOS). CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÁXIMO DE 350 WATTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V AC, 50/60 HZ). PESO MÁXIMO DE 15 KG PARA FACILITAR O TRANSPORTE E POSICIONAMENTO DENTRO DO AMBIENTE DOMICILIAR OU HOSPITALAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500 MM (ALTURA) X 300 MM (LARGURA) X 250 MM (PROFUNDIDADE). GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, NA COR BRANCA OU CINZA CLARO. POSSUI RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. ACOMPANHA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, CÂNULA NASAL DE 2 METROS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 12 MESES PARA O COMPRESSOR. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.</p>				
15	<p>AUTOCLAVE A VÁCUO DE BANCADA, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 60 LITROS, PROJETADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, INCLUINDO MATERIAIS POROSOS, OCOS E EMBALADOS, UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD PARA MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DO CICLO (TEMPERATURA, PRESSÃO, TEMPO) E INDICAÇÃO DE ALARMES. POSSUI SISTEMA DE VÁCUO FRACIONADO PARA REMOÇÃO EFICIENTE DO AR DA CÂMARA E SECAGEM A VÁCUO PARA MATERIAIS POROSOS, GARANTINDO A PENETRAÇÃO DO VAPOR E A SECAGEM COMPLETA DOS ITENS. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR, COM DIMENSÕES</p>	UND	1	R\$ 11.375,00	R\$ 11.375,00



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	<p>INTERNAS APROXIMADAS DE 250 MM (DIÂMETRO) X 450 MM (PROFUNDIDADE). PORTA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPLO ESTÁGIO DE SEGURANÇA, IMPEDINDO A ABERTURA DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E ENQUANTO HOVER PRESSÃO INTERNA. GERADOR DE VAPOR INCORPORADO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO. FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE 121°C E 134°C, COM PRESSÃO DE TRABALHO CORRESPONDENTE. CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS (EX: INSTRUMENTAL, TÊXTEIS, PLÁSTICOS TERMORRESISTENTES) E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CICLOS PERSONALIZADOS. FILTRO BACTERIOLÓGICO DE AR NA ENTRADA DA CÂMARA. CONEXÃO PARA IMPRESSORA EXTERNA PARA REGISTRO DOS CICLOS (OPCIONAL). ATENDE ÀS NORMAS ABNT NBR ISO 13485:2016 - PRODUTOS PARA A SAÚDE - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - REQUISITOS PARA FINS REGULAMENTARES, ABNT NBR ISO 17665-1:2010 - ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE - VAPOR - PARTE 1: REQUISITOS PARA O DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E CONTROLE DE ROTINA DE UM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO PARA PRODUTOS PARA A SAÚDE, E RDC ANVISA Nº 15/2012 - BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V AC, 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 2500W. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 500 MM (LARGURA) X 600 MM (PROFUNDIDADE) X 450 MM (ALTURA). PESO APROXIMADO: 50 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS. FORNECIDO COM MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E BANDEJA(S) INTERNA(S) EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.</p>				
16	ANDADOR LEVE, RESISTENTE E ESTÁVEL, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	UND	5	R\$ 214,84	R\$ 1.074,20



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

	ANODIZADO (ANTIFERRUGEM), SISTEMA ARTICULADO QUE PERMITE ALTERNAR OS LADOS AO CAMINHAR E TRÊS BARRAS DE REFORÇO PARA MAIOR SEGURANÇA. POSSUI RÉGULAGEM DE ALTURA, É DOBRÁVEL E CONTA COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES.				
17	MULETA CANADENSE ORTOPÉDICA DE ALUMÍNIO REGULÁVEL IDOSO 120KG PAR TAKE CARE • SUPORTA ATÉ 12KG, POSSUI 1 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE DE ALUMÍNIO • PAR DE MULETAS CANADENSES ORTOPÉDICAS NA COR PRETA, COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES E APOIOS DE MÃOS E BRAÇOS • INDICADA PARA PÓS-CIRÚRGICO, FRATURAS, DEFICIÊNCIAS DE EQUILÍBRIO E IDOSOS, PROMOVENDO SUSTENTAÇÃO E ESTABILIDADE	PAR	5	R\$ 100,43	R\$ 502,15
18	MULETA AXILAR D7 UNIVERSAL OFERECE, FABRICADA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL COM ANODIZAÇÃO FOSCA, ESSA MULETA COMBINA DURABILIDADE E VERSATILIDADE EM UM ÚNICO PRODUTO. • UM ÚNICO PRODUTO PARA 3 MEDIDAS (P, M, G); • PONTEIRA DE BORRACHA COM ANEL METÁLICO INTERNO GARANTE MAIOR DURABILIDADE, MAIOR ADERÊNCIA AO SOLO E MARCHA MAIS SILENCIOSA. • APOIO AXILAR REMOVÍVEL, LAVÁVEL E VENDIDO SEPARADAMENTE, FACILITANDO A SUBSTITUIÇÃO CASO SEJA NECESSÁRIO; APOIO DE MÃO ANATÔMICO E AJUSTÁVEL, SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR A MULETA;	PAR	5	R\$ 168,93	R\$ 844,65
19	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 2,5 CATMAT 0451268	UND	5	R\$ 10,44	R\$ 52,20
20	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 3,5 CATMAT 0451351	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
21	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 4,0 CATMAT 0451352	UND	5	R\$ 6,07	R\$ 30,35
22	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 4,5 CATMAT 0393205	UND	5	R\$ 6,06	R\$ 30,30
23	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 5,0 CATMAT 0451350	UND	5	R\$ 6,05	R\$ 30,25
24	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 5,5 CATMAT 04451356	UND	5	R\$ 6,12	R\$ 30,60



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

25	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 6,5 CATMAT 0451358	UND	5	R\$ 6,26	R\$ 31,30
26	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 7,0 CATMAT 0451355	UND	5	R\$ 5,90	R\$ 29,50
27	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 7,5 CATMAT 0451386	UND	5	R\$ 6,58	R\$ 32,90
28	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 8,0 CATMAT 0451396	UND	5	R\$ 7,33	R\$ 36,65
29	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 8,5	UND	5	R\$ 7,55	R\$ 37,75
30	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N 9,0	UND	5	R\$ 6,64	R\$ 33,20
TOTAL	R\$ 415.158,97 (QUAREOCENTOS E QUINZE MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Requisitos Técnicos e Construtivos Gerais:

- **Material e Estrutura:** Os equipamentos de mobilidade e acomodação (camas, macas, cadeiras de rodas, andadores e muletas) devem ser construídos com materiais de alta resistência à corrosão e que permitam higienização hospitalar rigorosa, tais como aço carbono com pintura eletrostática a pó/epóxi, aço inoxidável e alumínio aeronáutico com tratamento anodizado.
- **Capacidade de Carga (Segurança):** Os equipamentos devem garantir a segurança estrutural adequada aos perfis de pacientes, exigindo-se capacidade mínima de 230 kg para os Carros Maca Avançados, 250 kg de carga estática para as Camas Hospitalares Hidráulicas e 120 kg para as cadeiras de rodas manuais e muletas.
- **Automação e Precisão:** Equipamentos de processamento e suporte à vida devem ser microprocessados. A lavadora ultrassônica deve operar na frequência de 40 kHz. A autoclave deve possuir sistema de vácuo fracionado e programas ajustáveis (121°C a 134°C). O concentrador de oxigênio deve garantir pureza de 93% (\pm 3%) em fluxo contínuo de até 10 litros por minuto.
- **Dispositivos para Manejo de Vias Aéreas:** Os tubos endotraqueais com balão deverão ser confeccionados em PVC atóxico, transparente, com linha radiopaca, ponta atraumática, balão de baixa pressão e alto volume, válvula de insuflação com conexão padrão e identificação clara do calibre. Devem ser fornecidos estéreis, de uso único,



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

com registro na ANVISA e dentro do prazo de validade, contemplando os calibres nº 2,5; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 e 9,0, conforme demanda assistencial.

Requisitos Regulatórios e Normativos (Conformidade): Todos os licitantes deverão comprovar que os produtos ofertados obedecem às normativas técnicas e sanitárias vigentes, devendo apresentar, quando exigido:

- **Registro ANVISA:** Obrigatoriedade de registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para todos os itens caracterizados como produtos para a saúde (ex: cadeiras de rodas, camas hospitalares, concentrador de oxigênio, autoclave e dispositivos para vias aéreas como tubos endotraqueais).

- **Certificação INMETRO:** Equipamentos eletromédicos, notadamente o concentrador de oxigênio, devem possuir certificação do INMETRO aplicável a equipamentos sujeitos a riscos elétricos.

- **Normas ABNT NBR e ISO:** Os equipamentos devem atestar conformidade com as normas específicas de suas categorias, destacando-se:

- Cadeiras de Rodas: ABNT NBR ISO 7176-1, 7176-8 e 7176-11 (estabilidade, resistência e dimensões).
- Cadeira de Banho: ABNT NBR 9050 (ergonomia e dimensões).
- Camas Hospitalares: ABNT NBR 13591:2012 (requisitos e ensaios da cama) e ABNT NBR 16654:2018 (grades laterais).
- Concentrador de Oxigênio: ABNT NBR IEC 60601-1 e 60601-1-8 (segurança básica e sistemas de alarme).
- Autoclave: ABNT NBR ISO 13485:2016, ABNT NBR ISO 17665-1:2010 e RDC ANVISA nº 15/2012.

Requisitos de Garantia e Assistência Técnica: O fornecedor deverá garantir a qualidade dos bens contra defeitos de fabricação e materiais, a partir da data de entrega e aceite definitivo, observando os seguintes prazos mínimos estabelecidos nas descrições dos itens:

- 24 meses: Para a estrutura do concentrador de oxigênio (sendo exigido mínimo de 12 meses para o compressor do mesmo).

- 12 meses: Para a estrutura de cadeiras de rodas manuais, camas hospitalares hidráulicas e autoclave a vácuo.

- 6 meses: Para cadeiras de banho e componentes de desgaste das cadeiras manuais (como pneus e estofamentos).

Requisitos de Entrega, Embalagem e Manuais:

- Os equipamentos deverão ser entregues montados ou pré-montados, acondicionados em suas embalagens originais de fábrica, garantindo a total integridade física e funcional dos produtos durante o transporte e armazenamento.

- A entrega deverá ser acompanhada dos respectivos certificados de garantia (ou



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

calibração, no caso da autoclave) e dos Manuais de Instruções Operacionais redigidos obrigatoriamente em língua portuguesa.

- Para os itens de consumo estéreis, como os tubos endotraqueais com balão, a embalagem deverá assegurar esterilidade até o momento do uso, contendo identificação do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução da contratação e o fornecimento dos bens seguirão as diretrizes operacionais estipuladas pelo Departamento Municipal de Saúde, garantindo que os equipamentos cheguem em perfeitas condições de uso à Unidade Básica de Saúde (UBS). O modelo de execução observará as seguintes etapas e condições:

Condições e Local de Entrega: Os equipamentos hospitalares, mobiliários e tecnologias assistivas deverão ser entregues nos quantitativos solicitados diretamente nas dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Anahy - PR. O frete, descarregamento e transporte até o local de instalação/armazenamento indicado pela Administração são de inteira responsabilidade e custeio da empresa contratada.

Acondicionamento e Integridade dos Bens: Os equipamentos deverão ser fornecidos montados ou pré-montados, acondicionados estritamente em suas embalagens originais de fábrica. A embalagem deve ser adequada e suficientemente robusta para garantir a total integridade física e funcional dos produtos, prevenindo qualquer dano decorrente de atrito, impacto, corrosão ou exposição climática durante o transporte e armazenamento.

Acompanhamento Documental Obrigatório: No ato da entrega, é condição obrigatória para o recebimento que os produtos estejam acompanhados da seguinte documentação:

- Manuais de Instruções Operacionais e/ou de montagem, redigidos obrigatoriamente na língua portuguesa.
- Certificados de Garantia do fabricante, atestando a cobertura contra defeitos de fabricação e materiais, respeitando os prazos mínimos estabelecidos (variando de 6 a 24 meses, conforme o equipamento).
- Certificado de calibração, específico para a entrega da Autoclave a vácuo de bancada.
- Comprovação regular de registro na ANVISA e/ou certificação INMETRO pertinente a cada classe de equipamento para saúde ofertado.

Critérios de Recebimento Provisório e Definitivo:

- **Recebimento Provisório:** Ocorrerá no momento da descarga dos bens na UBS, mediante assinatura de termo ou recibo pelo servidor responsável, atestando a conferência primária das quantidades entregues, a integridade das embalagens externas e a presença dos manuais e certificados exigidos.
- **Recebimento Definitivo:** Será efetivado após a desembalagem, inspeção minuciosa e testes de funcionamento dos equipamentos (como os sistemas hidráulicos, pneumáticos, elétricos e eletrônicos). A equipe técnica da Secretaria de Saúde verificará o estrito cumprimento de todas as especificações ergonômicas, construtivas e de biossegurança exigidas neste Termo de Referência.
- **Rejeição e Substituição:** Caso o equipamento apresente avarias, especificações divergentes da proposta homologada, ausência de certificações obrigatórias ou falhas no funcionamento inicial, o lote será rejeitado. A contratada



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

será notificada para realizar a substituição integral do bem às suas próprias expensas, dentro do prazo estipulado pela fiscalização do contrato, sem ônus adicional ao Município de Anahy.

1. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização da contratação visam garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, assegurando que os equipamentos hospitalares entregues atendam aos padrões de qualidade, biossegurança e ergonomia exigidos. O modelo seguirá as seguintes diretrizes, em conformidade com o art. 117 da Lei nº 14.133/2021:

Designação dos Responsáveis:

- A execução do contrato ou da Ata de Registro de Preços será acompanhada, fiscalizada e gerida por servidores previamente designados por portaria pela autoridade competente do Departamento Municipal de Saúde de Anahy.
- Serão nomeados, no mínimo, um Fiscal de Contrato (responsável pelo acompanhamento técnico e in loco) e um Gestor de Contrato (responsável pela administração do saldo, prazos e trâmites de pagamento).

Atribuições da Fiscalização (Acompanhamento Técnico): Caberá ao Fiscal do Contrato, com o auxílio da equipe técnica da Unidade Básica de Saúde (UBS):

- Acompanhar o descarregamento e realizar o recebimento provisório e definitivo dos bens no local indicado.
- Conferir minuciosamente se os equipamentos entregues correspondem estritamente às especificações da proposta vencedora e deste Termo de Referência (ex: conferência das medidas, capacidade de carga de 230 kg das macas, frequência de 40kHz da lavadora, materiais de fabricação como alumínio aeronáutico e aço carbono, etc.).
- Exigir e conferir a entrega de toda a documentação obrigatória que deve acompanhar os bens: Manuais de Instrução em português, Certificados de Garantia, Certificado de Calibração (para a autoclave) e comprovação de registro na ANVISA / INMETRO.
- Realizar testes práticos iniciais de funcionamento (ex: testar os acionamentos hidráulicos e pneumáticos das macas e camas, funcionamento dos painéis eletrônicos, freios e rodízios).
- Anotar em registro próprio (livro de ocorrências ou sistema) todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando a correção de vícios ou defeitos observados.

Atribuições da Gestão (Acompanhamento Administrativo): Caberá ao Gestor do Contrato:

- Acompanhar os prazos de entrega e a vigência do contrato.
- Receber os Termos de Recebimento Definitivo emitidos pelo Fiscal e dar andamento ao processo de liquidação e pagamento das notas fiscais.
- Notificar formalmente a contratada em caso de atrasos ou descumprimento de cláusulas, instruindo, quando necessário, processos para a aplicação de sanções administrativas e penalidades cabíveis.
- Controlar o saldo financeiro do contrato, especialmente no tange à segregação das fontes de recursos (ex: valores oriundos da Resolução SESA Nº 1860/2025 e Recursos Próprios).

Do Preposto da Contratada:

- A empresa contratada deverá indicar formalmente um representante (Preposto), com contatos atualizados (telefone e e-mail), que será o interlocutor direto com



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

a Gestão e Fiscalização do Município de Anahy para resolver quaisquer problemas referentes a atrasos, substituição de equipamentos avariados ou acionamento de garantias.

Das Irregularidades e Rejeição:

- Caso o Fiscal identifique que o equipamento entregue é divergente do licitado, apresenta avarias de transporte, não possui a documentação sanitária exigida (ANVISA) ou falha nos testes iniciais, o lote será rejeitado.
- A fiscalização estipulará um prazo para que a contratada providencie a substituição ou o reparo do equipamento rejeitado, sem qualquer ônus adicional ao Fundo Municipal de Saúde de Anahy, sob pena de aplicação de multas.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Da Medição e Condições para Pagamento: 7.1.1. A medição para fins de pagamento será realizada com base no quantitativo de equipamentos efetivamente entregues e aceitos pelo Fundo Municipal de Saúde de Anahy. 7.1.2. O pagamento ficará expressamente condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Fiscal do Contrato, o qual atestará que os equipamentos foram entregues em estrita conformidade com as especificações técnicas, acompanhados de seus respectivos manuais, certificados de garantia e registros sanitários exigidos. 7.1.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de substituição de equipamentos rejeitados, avariados ou com especificações divergentes da proposta homologada.

7.2. Do Faturamento e Emissão de Notas Fiscais: 7.2.1. Devido à utilização de fontes de custeio distintas para esta contratação, **a empresa fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Notas Fiscais (NF) separadas**, conforme a destinação dos recursos:

- **Faturamento 1 (Incentivo Estadual):** Uma Nota Fiscal contemplando exclusivamente a entrega de 06 (seis) Carros Maca Avançados e 01 (uma) Lavadora Ultrassônica (até 15 litros). A despesa destes itens será custeada com recursos da **Resolução SESA Nº 1860/2025**, respeitando o teto de repasse de R\$ 120.000,00.
- **Faturamento 2 (Recursos Próprios):** Uma ou mais Notas Fiscais contemplando os demais itens (como as camas hospitalares hidráulicas, cadeiras de rodas motorizadas e manuais, concentradores de oxigênio, autoclave, andadores e muletas), cujas despesas correrão por conta de Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde. 7.2.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde do Município de Anahy - PR (CNPJ 09.421.110/0001-00), contendo a descrição clara dos bens, quantitativos, valores unitários e totais, além da indicação do número do Pregão Eletrônico e do Contrato/Ata de Registro de Preços correspondente.

7.3. Do Prazo e Forma de Pagamento: 7.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o ateste (certificação) da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor competente, atestando o recebimento definitivo dos bens. 7.3.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária (transferência ou depósito), creditado exclusivamente em conta corrente de titularidade da empresa Contratada. 7.3.3. Em caso de erro na Nota Fiscal ou ausência dos documentos exigidos para o recebimento, a contagem do prazo para pagamento será suspensa, reiniciando-se somente após a devida regularização por parte da Contratada.

7.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 7.4.1. Previamente a cada pagamento, a Administração Municipal realizará consulta aos sistemas oficiais para verificar a



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

manutenção das condições de habilitação e da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada. Caso seja identificada alguma irregularidade, a empresa será notificada para regularização, podendo o pagamento ficar retido até a solução da pendência, sem que caiba qualquer atualização monetária ou compensação financeira por parte do Município.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. O valor global estimado para a presente contratação é de **R\$ 415.158,97 (quarecentos e quinze mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos)**.

8.2. A estimativa de preços foi elaborada com base em pesquisa de mercado rigorosa, em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021, regulamentadora da Lei nº 14.133/2021. O método matemático aplicado para a definição do valor estimado de cada item foi a **Média Aritmética** dos preços obtidos em certames similares homologados e adjudicados por outros órgãos da Administração Pública.

8.3. Os recursos financeiros previstos para o custeio desta contratação são provenientes de duas fontes de custeio distintas:

- **Recursos de Incentivo Estadual (Resolução SESA Nº 1860/2025):** Destinados exclusivamente para a aquisição dos itens 1 e 2 (Carros Maca Avançados e Lavadora Ultrassônica), limitados ao valor de repasse de R\$ 120.000,00.
- **Recursos Próprios:** Destinados à aquisição dos demais itens (do 3 ao 18), que englobam mobiliário clínico, tecnologias assistivas e suporte respiratório, custeados com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

8.4. A composição do valor estimado detalhada por item, conforme o Relatório de Cotação, é a seguinte:

Item	Descrição do Bem	Und.	Qtd.	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	Carro Maca Avançado	UN	6	R\$ 15.420,67	R\$ 92.524,02
2	Lavadora Ultrassônica até 15 litros	UN	1	R\$ 5.441,96	R\$ 5.441,96
3	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	2	R\$ 11.381,67	R\$ 22.763,34
4	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67
5	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	3	R\$ 11.381,67	R\$ 34.145,01
6	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	5	R\$ 11.381,67	R\$ 56.908,35
7	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67
8	Cadeira de Rodas Chassis "P"	UN	1	R\$ 11.381,67	R\$ 11.381,67
9	Cadeira de Rodas Chassis "G"	UN	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
10	Cadeira de Rodas Chassis "M"	UN	2	R\$ 20.897,00	R\$ 41.794,00
11	Cadeira de banho com rodas	UN	7	R\$ 651,33	R\$ 4.559,31
12	Cadeira de rodas manual	UN	7	R\$ 2.531,45	R\$ 17.720,15
13	Cama hospitalar hidráulica	UN	7	R\$ 4.311,00	R\$ 30.177,00
14	Concentrador de oxigênio estacionário	UN	4	R\$ 11.596,33	R\$ 46.385,32
15	Autoclave a vácuo de bancada	UN	1	R\$ 11.375,00	R\$ 11.375,00
16	Andador leve	UN	5	R\$ 214,84	R\$ 1.074,20
17	Muleta Canadense	PAR	5	R\$ 100,43	R\$ 502,15
18	Muleta Axilar D7	PAR	5	R\$ 168,93	R\$ 844,65
19	tubo endotraqueal c/balão n 2,5	UN	5	R\$ 10,44	R\$ 52,20



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

20	tubo endotraqueal c/balão n 3,5	UN	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
21	tubo endotraqueal c/balão n 4,0	UN	5	R\$ 6,07	R\$ 30,35
22	tubo endotraqueal c/ balão n 4,5	UN	5	R\$ 6,06	R\$ 30,30
23	tubo endotraqueal c/ balão n 5,0	UN	5	R\$ 6,05	R\$ 30,25
24	tubo endotraqueal c/ balão n 5,5	UN	5	R\$ 6,12	R\$ 30,60
25	tubo endotraqueal c/ balão n 6,5	UN	5	R\$ 6,26	R\$ 31,30
26	tubo endotraqueal c/ balão n 7,0	UN	5	R\$ 5,90	R\$ 29,50
27	tubo endotraqueal c/ balão n 7,5	UN	5	R\$ 6,58	R\$ 32,90
28	tubo endotraqueal c/ balão n 8,0	UN	5	R\$ 7,33	R\$ 36,65
29	tubo endotraqueal c/ balão n 8,5	UN	5	R\$ 7,55	R\$ 37,75
30	tubo endotraqueal c/ balão n 9,0	UN	5	R\$ 6,64	R\$ 33,20
TOTAL	R\$ 415.158,97 (QUAREOCENTOS E QUINZE MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação, cujo valor global estimado é de **R\$ 415.158,97 (quareocentos e quinze mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos)**, correrão à conta de dotações orçamentárias específicas consignadas no orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Anahy - PR para o exercício financeiro vigente.

9.2. A execução financeira desta contratação será custeada por duas fontes de recursos distintas, devendo o empenho e o pagamento observarem a seguinte destinação analítica:

- **9.2.1. Recursos Vinculados (Incentivo Estadual):** O valor de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), oriundo do repasse na modalidade fundo a fundo estabelecido pela **Resolução SESA Nº 1860/2025**, será destinado exclusivamente para a aquisição dos itens 01 (Carro Maca Avançado – 6 unidades) e 02 (Lavadora Ultrassônica até 15 litros – 1 unidade).
- **9.2.2. Recursos Próprios (Livre):** O saldo remanescente da contratação, destinado à aquisição dos demais itens (camas hospitalares hidráulicas, concentradores de oxigênio, cadeiras de rodas motorizadas, manuais e de banho, autoclave, andadores e muletas), será integralmente custeado com Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde de Anahy.

9.3. A despesa correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 13 - Departamento de Saúde

Unidade: 2 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 1032 - Equipamentos para o Centro de Saúde

Funcional: 0010.0301.0140

Vínculo :303 - Saúde / Percentual Vinculado s/Rec.Impo

Ref. 330 - Modalidade de Aplicação: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.

Ação: 2250 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 0010.0301.0140

Vínculo :303 - Saúde / Percentual Vinculado s/Rec.Impo

Ref. 364 - Modalidade de Aplicação: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

Ação: 1032 - Equipamentos para o Centro de Saúde

Funcional: 0010.0301.0140

Vínculo :393 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1989/2025 - Equipamentos e Mat. Permanente - Cadeiras

Ref. 570 - Modalidade de Aplicação: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente.

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Para o fiel cumprimento desta contratação, ficam estabelecidas as seguintes obrigações para a Administração Pública (Contratante) e para a empresa fornecedora (Contratada):

10.1. São obrigações da Contratada (Fornecedora):

10.1.1. Entregar os equipamentos e materiais permanentes rigorosamente de acordo com as especificações, marcas e modelos ofertados na proposta vencedora, respeitando os quantitativos e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

10.1.2. Entregar os bens no local indicado (Unidade Básica de Saúde do Município de Anahy), arcando com todos os custos de frete, transporte, carga, descarga, logística e tributos incidentes sobre a operação.

10.1.3. Fornecer os equipamentos montados ou pré-montados, devidamente acondicionados em suas embalagens originais do fabricante, de modo a garantir a total integridade física e funcional dos produtos durante o transporte e armazenamento.

10.1.4. Entregar, juntamente com os bens, os respectivos Manuais de Instruções Operacionais e/ou de montagem, redigidos obrigatoriamente em língua portuguesa. 1

0.1.5. Apresentar os Certificados de Garantia originais do fabricante para cada item, respeitando os prazos mínimos estipulados neste documento, bem como o Certificado de Calibração (específico para a autoclave).

10.1.6. Comprovar e manter válidos os registros dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e as certificações do INMETRO, quando aplicável à natureza do equipamento médico-hospitalar ofertado.

10.1.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas próprias expensas e no prazo fixado pela fiscalização, qualquer equipamento que apresente vícios, defeitos de fabricação, avarias de transporte ou divergências em relação às especificações técnicas exigidas.

10.1.8. Emitir as Notas Fiscais/Faturas de forma segregada, observando a separação das fontes de recursos (Resolução SESA Nº 1860/2025 e Recursos Próprios), conforme orientado pela gestão do contrato.

10.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a participação na licitação.

10.2. São obrigações da Contratante (Município de Anahy / Departamento de Saúde):

10.2.1. Proporcionar todas as condições e facilidades para que a Contratada possa efetuar a entrega dos equipamentos nas dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS).

10.2.2. Designar formalmente os servidores responsáveis pela Gestão e Fiscalização do contrato, os quais atuarão no acompanhamento e recebimento dos bens.

10.2.3. Realizar o recebimento provisório e definitivo dos produtos, conferindo minuciosamente as especificações técnicas, quantidades, integridade das embalagens e a documentação exigida (manuais, garantias e registros).

10.2.4. Notificar formalmente a Contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades, falhas, defeitos ou divergências encontradas nos equipamentos entregues, estabelecendo prazo para a devida substituição ou reparo.



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

10.2.5. Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes à entrega, desde que os produtos tenham sido aceitos definitivamente e estejam acompanhados da documentação correta.

10.2.6. Efetuar o pagamento devido à Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o ateste definitivo das Notas Fiscais, mediante depósito em conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa, respeitando o uso das fontes de recursos específicas.

10.2.7. Aplicar as sanções administrativas e pecuniárias cabíveis em caso de descumprimento, atraso ou execução irregular das obrigações assumidas pela Contratada.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES TÉCNICAS

11.1. O cometimento de infrações, o descumprimento das obrigações contratuais, a apresentação de declaração falsa ou a falta de atendimento tempestivo às convocações da Administração sujeitarão a Contratada às penalidades previstas no **art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021**.

11.2. Conforme disposto nos incisos I a IV do referido artigo da Lei de Licitações e Contratos, as sanções aplicáveis variam em graduação, podendo abranger:

- **Advertência;**
- **Multa** (por atraso injustificado ou inexecução parcial/total);
- **Impedimento de licitar e contratar;**
- **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.3. A aplicação das sanções administrativas ocorrerá especialmente, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses técnicas e operacionais:

- **Documentação e Certificações:** Se a empresa não apresentar, no momento estipulado (como na emissão do empenho, assinatura do contrato ou ato de entrega), os documentos exigidos, incluindo a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), o Alvará ou Licença Sanitária vigente e o Certificado de Registro do Produto (CRP) na ANVISA.
- **Falsidade:** Caso a licitante apresente declarações falsas durante o certame ou na fase de execução do contrato.
- **Irregularidades na Entrega:** Se houver recusa em substituir equipamentos que não atendam ao descritivo técnico deste Termo de Referência, ou falha no atendimento das convocações e notificações do fiscal do contrato.

12. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Modalidade e Forma: A seleção do fornecedor será realizada mediante processo licitatório na modalidade **Pregão**, adotando-se obrigatoriamente a forma **Eletrônica**.

- **Justificativa:** A adoção desta modalidade é impositiva e justifica-se por se tratar de aquisição de **bens comuns**. Os equipamentos hospitalares e materiais permanentes solicitados possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência por meio de especificações usuais de mercado, em estrita obediência ao art. 29 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Critério de Julgamento: O critério de julgamento das propostas será o de **Menor Preço**.

- **Justificativa:** Por se tratar de modalidade Pregão para a aquisição de bens com descritivos padronizados, o critério de menor preço é o legalmente exigido e o mais adequado para garantir a seleção da proposta mais vantajosa e econômica para a Administração Pública Municipal.



Prefeitura Municipal de Anahy

ESTADO DO PARANÁ

Rua Vereador Leonardo Dobicz, 591 - Centro - Fone: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ

E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

12.3. Modo de Disputa: Será adotado o modo de disputa **Aberto** (ou Aberto e Fechado, a critério do pregoeiro no cadastro do sistema), no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações automáticas, fomentando a competitividade e a transparência do certame.

12.4. Da Adjudicação: O objeto será adjudicado **por item** (ou por grupos lógicos de itens).

- **Justificativa:** Conforme já estabelecido no Estudo Técnico Preliminar, o parcelamento do objeto por item amplia a competitividade, atraindo empresas especializadas em diferentes segmentos (como fabricantes exclusivos de autoclaves ou de tecnologias assistivas, por exemplo). Esta divisão garante que o Município de Anahy obtenha o melhor custo-benefício em cada produto isoladamente, além de facilitar o empenho segregado das diferentes fontes de recurso financeiro (Resolução SESA e Recursos Próprios).

10. FORO

Fica definido o Foro da Comarca em Corbélia - PR, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Anahy, 22 de abril de 2026.

Carlos Antônio Reis
Responsável pela Elaboração