



CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - COMCAM

DIVISÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Em resposta à solicitação de esclarecimentos quanto à especificação de marca para o "Aparelho de medir glicose G-Tech Free" e a respectiva "Tiras reagentes para medição de glicose, caixa com 50 unidades (compatíveis com o Aparelho G-Tech Free)", apresentamos o seguinte:

Atualmente, este Consórcio Intermunicipal de Saúde já possui em sua estrutura operacional 02 (dois) aparelhos medidores de glicose da marca G-Tech Free, em perfeito estado de conservação e uso. A opção por adquirir novos aparelhos da mesma marca e modelo visa à padronização tecnológica do serviço de saúde. A uniformidade dos equipamentos otimiza o treinamento da equipe técnica, minimiza erros de manuseio na assistência direta ao paciente e simplifica a manutenção dos dispositivos.

No mercado de produtos para a saúde, as tiras reagentes de glicemia não são universais; cada fabricante desenvolve uma tecnologia própria e patenteada. Portanto, o aparelho da marca "X" não aceita a tira da marca "Y". Ao padronizarmos a compra dos novos aparelhos da marca G-Tech Free, garantimos que uma única linha de suprimento de tiras reagentes atenda a 100% da frota de glicosímetros do consórcio (tanto os novos quanto os já existentes).

Se o processo licitatório permitisse a entrada de aparelhos de marcas distintas e aleatórias, o consórcio seria obrigado a licitar e gerenciar múltiplos contratos de tiras reagentes diferentes. Isso fragmentaria o estoque, geraria o risco de desabastecimento cruzado (sobrar tira de uma marca e faltar de outra) e, eventualmente, tornaria obsoletos os aparelhos já patrimoniados por falta de insumo compatível.

A indicação da marca e da respectiva compatibilidade do insumo, portanto, não visa frustrar o caráter competitivo do certame, mas sim economicidade, assegurando a continuidade e a segurança dos procedimentos de saúde com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

Diante do exposto, solicitamos o prosseguimento do feito com a manutenção das especificações contidas no termo de referência.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Sarah Lolita Duarte Costa Castro
Enfermeira Responsável Técnica
COREN – PR 654.354



CIS-COMCAM

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - COMCAM**

(NOME)

(CARGO/FUNÇÃO)

Rua Mamborê, 1542 – Fone (44) 3523-3684 CEP 8703-140 –
Campo Mourão – PR

CNPJ: 95.640.322/0001-01 - Email: enfsarah.ciscomcam@outlook.com



CIS-COMCAM

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - COMCAM**
