

ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

DFD - Aquisição itens médicos e odontológicos 102/2026**Informações Básicas**

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
102/2026	380208-ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	08/09/2026 14:47 (v 0.7)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	3/2026	006.00358356/2026-18

Informações preliminares**Informações Preliminares**

REQUISITANTE: Serviço de Assistência a Saúde

Órgão: Secretaria da Administração Penitenciária
Setor Requirante (Unidade/Setor/Departamento):Serviço de Assistência a Saúde HCTP II FRANCO DA ROCHA
Responsável pela demanda: Seção de Finanças e Suprimentos E-mail: hctp2hctp2adm@gmail.com Telefone: (11) 4811-5087 – Ramal 204/239

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

30/09/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

15 (dias) após a emissão da Nota de Empenho

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

ALTA

Aquisição de itens de insumos médicos e hospitalares a fim de atender as necessidades dos pacientes deste Hospital de Custódia, garantindo a continuidade e a eficiência dos trabalhos operacionais executados.

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação para aquisição de itens de insumos médicos e hospitalares a fim de atender as necessidades dos pacientes deste Hospital de Custódia II, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

Nº	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADMAT	CATMAT	UF	QUANT.	ND
			SP	GOV			
1	CAPA DE TRAVESSEIRO - IMPERMEÁVEL NA COR AZUL	TAMANHO: ADULTO;MATERIAL SUPERIOR: CONFECCIONADO 100% PVC;MATERIAL INFERIOR: ; ENCHIMENTO INTERNO: SEM ENCHIMENTO; ANTIALERGICO: ANTIALERGICO;IMPERMEAVEL: IMPERMEAVEL;GRAMATURA: ;CONSTRUCAO/ARMACAO: ; QUANTIDADE DE FIOS: ;MEDIDA: MEDINDO (LXC) 0,50 X 0,70 CM;FECHAMENTO DA CAPA: FECHAMENTO LATERAL COM ZIPER;COR: NA COR AZUL;LISA OU ESTAMPADA: LISO; LOGO: ;COSTURA: COSTURA REFORCADA;ETIQUETA: ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. VIGENTES;	6383505	631267	Unidade	600	33903090
2	CAPA DE COLCHÃO	MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADA EM COURVIM NA COR AZUL MARINHO;FECHAMENTO: COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE ZIPER E COSTURA REFORCADAS; ABERTURA: COM SISTEMA DE ABERTURA LATERAL; TAMANHO: TAMANHO 1,90 X 0,80 X 0,10 (COMP.X LARG. X ESPE.);	4965132	607599	Unidade	800	33903031
3	BATERIA RECARREGÁVEL - MODELO TWSLB-005	TIPO: TIPO RECARREGAVEL;MATERIA-PRIMA: DE LI-ION; VOLTAGEM: TENSAO DE SAIDA 11.1V;CAPACIDADE: CAPACIDADE 2200 MAH;PESO: PESO APROXIMADO DE 140G; LEGISLACAO: E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 401/208 CONAMA; LEGISLACAO I: FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA ;	5357284	465501	Unidade	5	33903050
4	MACA MÓVEL HOSPITALAR COM SUPORTE DE SORO – CAPACIDADE 150 kg	ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL TUBULAR, SEM MOLEJO, TIPO PADIOLA,CAPACID. DE ATE 150 KG,C /PARACHOQUE EM TODA VOLTA;LEITO: LEITO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 0,75MM, COM REGULAGEM NA CABECEIRA ATRAVES DE CREMALHEIRA;RODAS: RODAS GIRATORIAS DE BORRACHA MACICA, FREIO DE SEGURANCA, COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL; PROTECAO: COM RODIZ.:DIAM. 150MM(6 POL.) C/BANDA RODAGEM CONDUT. POLIURET.,ESPIGAO ROSQUEADO,EM PORCA 1 E 1/8 POL.;GRADES: GRADES LATERAIS DE TOMBAR, EM INOX;DIMENSOES: DIMENSOES: MINIMAS EXTERNAS 2,00 X 0,63 X 0,80 E INTERNAS 1,85 X 0,65 X 0,80M APROXIMADAMENTE;ACESSORIOS: ACOMPANHA COLCHONETE DE 6CM DE ESPESSURA, ENCAPADO C/ MATERIAL IMPERMEAVEL, SEM COSTURAS E SEM ZIPER; SERVICOS: INCLUI: ;	3869296	463247	Unidade	2	33903031
		PARAMETROS APRESENTADOS: APRESENTANDO MEDICAO DO NIVEL DE SATURACAO DE OXIGENIO DO SANGUE E					

5	OXIMETRO DE DEDO FAIXA MEDIÇÃO 70-100%	FREQUENCIA CARDIACA;ESCALA: COM ESCALA DE SAO2 DE SPO2 VARIACAO DE TELA 0-100%, FC 0-250 BPM, SPO2 FAIXA MEDICAO 70-100%, FC FAIXA MEDICAO 30-250 BPM; RESOLUCAO: COM RESOLUÇÃO DE SP01%, FREQUENCIA CARDIACA1 BPM;PRECISAO: COM TOLERANCIA DE SPO2 PRECISAO 70-100% - ±2% / 0-69% - NAO DEFINIDO, FC PRECISAO 30-99BPM;± 2BPM/100-250BPM;± 2%;TEMPO DE RESPOSTA: COM TEMPO DE RESPOSTA ;TEMPO DE AJUSTE: COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE ;ALARMES AUDIOVISUAIS: COM ALARMES AUDIOVISUAIS ;ALARMES VISUAIS: COM ALARMES VISUAIS PARA ;BLOQUEIO DO ALARME: COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME ; AUTO TESTE: COM AUTO TESTE ;SENSORES: COM SENSORES DE TRANSMISSAO DE LUZ ATRAVES DA HEMOGLOBINA EMISSOR DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA;SAIDAS: COM SAIDA PARA ; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ;ALIMENTACAO: ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, AUTONOMIA DE APROX. 18 HORAS (USO CONTINUO); CONFIGURACAO: CONDICÕES DE OPERACAO 5°C40° C, 15-93% UMIDADE,SEM CONDENSACAO;DIMENSOES: DIMENSÕES DIMENSOES APROXIMADAS 50X 30 X 25 MM (C X L X A;SERVICOS: INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;	6267378	257708	Unidade	10	33903031
6	OXIMETRO DE PULSO (MESA)	PARAMETROS APRESENTADOS: APRESENTANDO SATURACAO DE OXIGENIO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA(FC);ESCALA: COM ESCALA DE SAO2 DE 1 A 100 % E FREQUENCIA CARDIACA: 30 A 250 BPM;RESOLUCAO: COM RESOLUCAO DE 1 %;PRECISAO: COM TOLERANCIA DE MONITORIZACAO PRECISA MESMO EM BAIXA PERFUSAO INDEPENDENTE DA PIGMENTACAO DA PELE;TEMPO DE RESPOSTA: COM TEMPO DE RESPOSTA NO MAXIMO 10 SEGUNDOS;TEMPO DE AJUSTE: COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE ATE 10 SEGUNDOS;ALARMES AUDIOVISUAIS: COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OS LIMITES MAXIMOS EMINIMOS DE SPO2 E FC;ALARMES VISUAIS: COM ALARMES VISUAIS PARA BAIXO NIVEL CARGA DE BATERIA /PILHA, INTERFERENCIAE/OU QUALIDADE BAIXA DE SINAL CAPTADO PELO SENSOR;BLOQUEIO DO ALARME: COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME RETORNO MANUAL E AUTOMATICO;AUTO TESTE: COM AUTO-TESTE ; SENSORES: COM SENSORES ACOMPANHA 02 SENSORES DEDEDO TIPO CLIP PARA ADULTO REUTILIZAVEIS; PACIENTES: PARA PACIENTES ADULTO;SAIDAS: COM SAIDA PARA RS 232;COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ; ALIMENTACAO: ALIMENTACAO AUTOMATICA 100-240VCA OU220VAC OU SELECIONAVEL;CONFIGURACAO: MODELO DE MESA;DIMENSOES: DIMENSOES: PESO DE ATE 2,5KG; SERVICOS: INCLUI: GARANTIA 12 MESES;	4370686	607402	Unidade	1	33903031
7	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDROS OXIGÊNIO	APLICACAO: PARA USO EM CILINDROS;GAS UTILIZADO: DE OXIGENIO;MATERIAL: CORPO DE LATAO CROMADO; CONEXOES: CONEXOES DE ROSCA DE ENTRADA E SAIDAPADRAO UNIVERSAL DE ACORDO COM NORMAS ABNT;MANOMETRO: MANOMETRO EM METAL, DE ALTA PRESSAOCOM ESCALA DE 0 A 300 KG / CM2;PRESSAO DE SAIDA: PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE FIXA DE 3,5 KG / CM2;SEGURANCA: COM VALVULA DE SEGURANCA;FILTRO: COM FILTRO ;VAZAO: VAZAO DE ;NUMERO DE SAIDAS: COM ;ACESSORIOS: ACOMPANHA DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;SERVICOS: INCLUI: ;	5241430	638981	Unidade	5	33903031
		TIPO: PARA OXIGENIO;MATERIAL: CORPO DE METAL CROMADO;ESCALA: COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L /MIM;COMPRIMENTO DA ESCALA: COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADAMENTE DE ;BILHA: BILHA DUPLA EM					

8	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN	POLICARBONATO OU ACRILICOTRASPARENTE E INQUEBRABEL;FLUTUADOR: FLUTUADOR ESFERA EM ACO INOXIDAVEL;COMPENSACAO DE PRESSAO: ;SAIDA: ROSCAS CONFORME NORMA CONEXOES COMPATIVELIS COMO PADRAO ABNT;ACESSORIOS: ACOMPANHA TODOS OS DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;SERVICOS: INCLUI: ;	5234239	635979	Unidade	10	33903031
9	SACO PARA HAMPER (PABD)	MATERIA PRIMA: PABD(POLIETILENO DE BAIXADENSIDADE,ALTA RESISTENCIA,IMPERMEAVEL); DIMENSOES: MEDINDO(90CM X 110CM), APROXIMADAMENTE;FUNDO: SOLDA HOMOGENEA, CONTINUA E RESISTENTE;COR: VERDE DE ACORDO COM NBR 9191/7500;FECHAMENTO: COM SISTEMA DE FECHO APROPRIADO;	703770	480126	pct com 50 unid.	250	33903031

Justificativa da necessidade

2. Justificativa da necessidade

2.1.A aquisição de itens médicos e odontológicos para reposição dos estoques do setor de saúde é imprescindível para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento prestado. Manter este abastecido com os materiais adequados, é fundamental para evitar interrupções nos procedimentos clínicos e odontológicos, assegurar a segurança dos profissionais da saúde e promover um ambiente adequado para o diagnóstico e tratamento de saúde dos pacientes desta unidade.

Além de atender o cumprimento do Inciso VII do Artigo 41 da Lei Federal nº 7.210/1984, que estabelece como dever do Estado proporcionar condições dignas de higiene e saúde aos indivíduos privados de liberdade.

Estimativa de quantidade e valores

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1 Estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado de **R\$100.367,77** (cem mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de](#)

GLAWDSTONE RANGEL DE LIMA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 09:40:16.

LUCIANA CORRADINE NABAS CANDOTTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:47:27.