

ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

ETP - Aquisição de Itens de Saúde 105/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
105/2026	380208-ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	08/09/2026 14:48 (v 0.3)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	3/2026	006.00358356/2026-18

1. Estudo Técnico Preliminar 2026

HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA
Estudo Técnico Preliminar 2026

1. Informações Básicas
Número do processo: 006.00358356/2026-18
2. Descrição da necessidade
A presente licitação tem por objetivo a **aquisição de materiais de consumo destinados aos setores de saúde, odontologia e dispensário**, destinados a atender às necessidades dos pacientes, garantindo e garantir a continuidade dos serviços prestados.
- 3.Descrição dos Requisitos da Contratação
- 3.1 O prazo de entrega do total dos bens é de **15 (quinze) dias**, contados da emissão da **nota de empenho**, no endereço: Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chama - Km. 45, Parque Industrial - Franco da Rocha /SP - CEP: 07857- 900, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 08:00 às 15:00.
- 3.2 Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável do setor de almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta encaminhada pelos sistema de licitação.
- 3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 3.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo **de 5 (cinco) dias**, pelos solicitantes, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Nº	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADMAT	CATMAT	UF	QUANT.
			SP	GOV		
1	CAPA DE TRAVESSEIRO - IMPERMEÁVEL	TAMANHO: ADULTO;MATERIAL SUPERIOR: CONFECCIONADO 100% PVC;MATERIAL INFERIOR: ; ENCHIMENTO INTERNO: SEM ENCHIMENTO;ANTIALERGICO: ANTIALERGICO;IMPERMEAVEL: IMPERMEAVEL;GRAMATURA: ;CONSTRUCAO/ARMACAO: ;QUANTIDADE DE FIOS: ;MEDIDA: MEDINDO (LXC) 0,50 X 0,70 CM;FECHAMENTO DA CAPA: FECHAMENTO LATERAL COM ZIPER;	6383505	631267	Unidade	600

	NA COR AZUL	COR: NA COR AZUL;LISA OU ESTAMPADA: LISO;LOGO: ;COSTURA: COSTURA REFORCADA; ETIQUETA: ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. VIGENTES;				
2	CAPA DE COLCHÃO	MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADA EM COURVIM NA COR AZUL MARINHO;FECHAMENTO: COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE ZIPER E COSTURA REFORCADAS;ABERTURA: COM SISTEMA DE ABERTURA LATERAL;TAMANHO: TAMANHO 1,90 X 0,80 X 0,10 (COMP.X LARG. X ESPE.);	4965132	607599	Unidade	800
3	BATERIA RECARREGÁVEL -MODELO TWSLB-005	TIPO: TIPO RECARREGAVEL;MATERIA-PRIMA: DE LI-ION;VOLTAGEM: TENSAO DE SAIDA 11.1V; CAPACIDADE: CAPACIDADE 2200 MAH;PESO: PESO APROXIMADO DE 140G;LEGISLACAO: E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 401/208 CONAMA;LEGISLACAO I: FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA ;	5357284	465501	Unidade	5
4	MACA MÓVEL HOSPITALAR COM SUPORTE DE SORO – CAPACIDADE 150 kg	ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL TUBULAR, SEM MOLEJO, TIPO PADIOLA, CAPACID. DE ATE 150 KG,C/PARACHOQUE EM TODA VOLTA;LEITO: LEITO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 0,75MM, COM REGULAGEM NA CABECEIRA ATRAVES DE CREMALHEIRA;RODAS: RODAS GIRATORIAS DE BORRACHA MACICA, FREIO DE SEGURANCA, COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL;PROTECAO: COM RODIZ.:DIAM. 150MM(6 POL.) C/BANDA RODAGEM CONDUT. POLIURET.,ESPIGAO ROSQUEADO,EM PORCA 1 E 1/8 POL.;GRADES: GRADES LATERAIS DE TOMBAR, EM INOX;DIMENSOES: DIMENSOES: MINIMAS EXTERNAS 2,00 X 0,63 X 0,80 E INTERNAS 1,85 X 0,65 X 0,80M APROXIMADAMENTE;ACESSORIOS: ACOMPANHA COLCHONETE DE 6CM DE ESPESSURA, ENCAPADO C/ MATERIAL IMPERMEAVEL, SEM COSTURAS E SEM ZIPER; SERVICOS: INCLUI: ;	3869296	463247	Unidade	2
5	OXIMETRO DE DEDO FAIXA MEDIÇÃO 70-100%	PARAMETROS APRESENTADOS: APRESENTANDO MEDICAO DO NIVEL DE SATURACAO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA;ESCALA: COM ESCALA DE SAO2 DE SPO2 VARIACAO DE TELA 0-100%, FC 0-250 BPM, SP02 FAIXA MEDICAO 70-100%, FC FAIXA MEDICAO 30-250 BPM;RESOLUCAO: COM RESOLUÇÃO DE SP01%, FREQUENCIA CARDIACA1 BPM; PRECISAO: COM TOLERANCIA DE SPO2 PRECISAO 70-100% - ±2% / 0-69% - NAO DEFINIDO, FC PRECISAO 30-99BPM;± 2BPM/100-250BPM;± 2%;TEMPO DE RESPOSTA: COM TEMPO DE RESPOSTA ;TEMPO DE AJUSTE: COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE ;ALARMES AUDIOVISUAIS: COM ALARMES AUDIOVISUAIS ;ALARMES VISUAIS: COM ALARMES VISUAIS PARA ;BLOQUEIO DO ALARME: COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME ;AUTO TESTE: COM AUTO TESTE ; SENSORES: COM SENSORES DE TRANSMISSAO DE LUZ ATRAVES DA HEMOGLOBINA EMISSOR DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA;SAIDAS: COM SAIDA PARA ;COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ;ALIMENTACAO: ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, AUTONOMIA DE APROX. 18 HORAS (USO CONTINUO);CONFIGURACAO: CONDICOOES DE OPERACAO 5°C40° C, 15-93% UMIDADE,SEM CONDENSACAO;DIMENSOES: DIMENSÕES DIMENSOES APROXIMADAS 50X 30 X 25 MM (C X L X A;SERVICOS: INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;	6267378	257708	Unidade	10
6	OXIMETRO DE PULSO (MESA)	PARAMETROS APRESENTADOS: APRESENTANDO SATURACAO DE OXIGENIO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA(FC);ESCALA: COM ESCALA DE SAO2 DE 1 A 100 % E FREQUENCIA CARDIACA: 30 A 250 BPM;RESOLUCAO: COM RESOLUCAO DE 1 %;PRECISAO: COM TOLERANCIA DE MONITORIZACAO PRECISA MESMO EM BAIXA PERFUSAO INDEPENDENTE DA PIGMENTACAO DA PELE;TEMPO DE RESPOSTA: COM TEMPO DE RESPOSTA NO MAXIMO 10 SEGUNDOS;TEMPO DE AJUSTE: COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE ATE 10 SEGUNDOS; ALARMES AUDIOVISUAIS: COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OS LIMITES MAXIMOS EMINIMOS DE SPO2 E FC;ALARMES VISUAIS: COM ALARMES VISUAIS PARA BAIXO NIVEL CARGA DE BATERIA/PILHA, INTERFERENCIAE/OU QUALIDADE BAIXA DE SINAL CAPTADO PELO SENSOR;BLOQUEIO DO ALARME: COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME RETORNO MANUAL E AUTOMATICO;AUTO TESTE: COM AUTO-TESTE ;SENSORES: COM SENSORES ACOMPANHA 02 SENSORES DEDEDO TIPO CLIP PARA ADULTO REUTILIZAVEIS;PACIENTES: PARA PACIENTES ADULTO;SAIDAS: COM SAIDA PARA RS 232;COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ;ALIMENTACAO: ALIMENTACAO AUTOMATICA 100-240VCA OU220VAC OU SELECIONAVEL; CONFIGURACAO: MODELO DE MESA;DIMENSOES: DIMENSOES: PESO DE ATE 2,5KG;SERVICOS: INCLUI: GARANTIA 12 MESES;	4370686	607402	Unidade	1
7	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDROS OXIGÊNIO	APLICACAO: PARA USO EM CILINDROS;GAS UTILIZADO: DE OXIGENIO;MATERIAL: CORPO DE LATAO CROMADO;CONEXOES: CONEXOES DE ROSCA DE ENTRADA E SAIDAPADRAO UNIVERSAL DE ACORDO COM NORMAS ABNT;MANOMETRO: MANOMETRO EM METAL, DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 300 KG / CM2;PRESSAO DE SAIDA: PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE FIXA DE 3,5 KG / CM2;SEGURANCA: COM VALVULA DE SEGURANCA;FILTRO: COM FILTRO ;VAZAO: VAZAO DE ;NUMERO DE SAIDAS: COM ;ACESSORIOS: ACOMPANHA DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SERVICOS: INCLUI: ;	5241430	638981	Unidade	5
8	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A	TIPO: PARA OXIGENIO;MATERIAL: CORPO DE METAL CROMADO;ESCALA: COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIM;COMPRIMENTO DA ESCALA: COMPRIMENTO DA ESCALA APROXMADAMENTE DE ;BILHA: BILHA DUPLA EM POLICARBONATO OU ACRILICOTRANSARENTE E INQUEBRAVEL;FLUTUADOR: FLUTUADOR ESFERA EM ACO INOXIDAVEL;COMPENSACAO DE PRESSAO: ;SAIDA: ROSCAS CONFORME NORMA CONEXOES	5234239	635979	Unidade	10

	15 L/MIN	COMPATIVELIS COMO PADRAO ABNT;ACESSORIOS: ACOMPANHA TODOS OS DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;SERVICOS: INCLUI: ;				
9	SACO PARA HAMPER (PABD)	MATERIA PRIMA: PABD(POLIETILENO DE BAIXADENSIDADE,ALTA RESISTENCIA, IMPERMEAVEL);DIMENSOES: MEDINDO(90CM X 110CM),APROXIMADAMENTE;FUNDO: SOLDA HOMOGENEA,CONTINUA E RESISTENTE;COR: VERDE DE ACORDO COM NBR 9191/7500; FECHAMENTO: COM SISTEMA DE FECHO APROPRIADO;	703770	480126	pct com 50 unid.	250

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável: Serviço de Assistência à Saúde

5. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

É estimada a aquisição de itens destinados aos setores de saúde, odontologia e dispensário.

6. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de preço através do Compras.gov.br

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição de itens de insumos médicos e hospitalares a fim de atender as necessidades dos pacientes deste Hospital de Custódia, garantindo a continuidade e a eficiência dos trabalhos operacionais executados.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): **R\$100.367,7750 (cem mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) do custo estimado.**

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A entrega será única sendo que material adquirido será liquidado em 30 dias após a entrega dos itens através de nota de empenho.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Trata-se de aquisição de itens na modalidade de "**PREGÃO ELETRÔNICO**" de acordo com a cota mensal repassada para a referida despesa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a necessidade dos materiais com da área de saúde deste HCTP II.

13. Providências a serem Adotadas

Aquisição do itens para reposição do através de licitação na modalidade eletrônica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental na presente aquisição.

15. Sustentabilidade Social

Preferência por equipamentos fabricados por empresas que adotem práticas de responsabilidade social, como condições de trabalho dignas e inclusão de pessoas com deficiência.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação. **viável.**

17. Justificativa da Viabilidade

Justificativa: A solução proposta atende plenamente à necessidade da Administração, com baixo custo, simplicidade e ampla disponibilidade no mercado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 14:33:54.

BRUNA VIEIRA NASCIMENTO DE SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 10:53:07.

DEISE PINHEIRO LEITE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 10:11:18.

LUCIANA CORRADINE NABAS CANDOTTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:48:17.