

ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

ETP - Aquisição de Itens Material Permanente FUNPESP 81/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
81/2026	380208-ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	01/09/2026 10:40 (v 0.5)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	121/2026	006.00320803/2026-66

1. Estudo Técnico Preliminar 2026

HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA
Estudo Técnico Preliminar 2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00320803/2026-66

2. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos e mobiliário Médico-Hospitalar e Odontológico utilização de recursos do FUNPESP, destinados a atender às necessidades operacionais dos pacientes da unidade.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

3.1 O prazo de entrega do total dos bens é de **15 (quinze) dias corridos**, contados da emissão da **nota de empenho**, no endereço: Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chama - Km. 45, Parque Industrial - Franco da Rocha /SP - CEP: 07857- 900, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 08:00 às 15:00.

3.2 Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável do setor de almoxarifado e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta encaminhada pelos sistema de licitação.

3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **5 (cinco) dias**, pelos solicitantes, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável: Serviço de Assistência à Saúde

5. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

É estimada a aquisição de 09 (nove) itens diferentes de **equipamentos / mobiliário Médico-Hospitalar e Odontológico**.

--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Foco de Luz com tripé	FOCO CLINICO PEDESTAL C/RODIZIOS C/ESPELHO LAMPADA LED 20W – ATIVO - TIPO: TIPO: FOCO CLINICO; ESTRUTURA EM MATERIAL C /TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO E RESISTENTE A DESINFETANTES;CONFIGURACAO: MONTADO EM BASE TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS; REFLETORES: COM ESPELHO;LAMPADAS: LAMPADAS LED 20W;FILTROS: COM FILTRO DE CALOR;MOVIMENTOS: MOVIMENTOS DA CUPULA: HASTE FLEXIVEL;FOCO: SEM REGULAGEM FOCAL, COMESPELHO;MANOPLAS: SEM MANOPLAS;ACESSORIOS: ACOMPANHA: LAMPADA LED RESERVA;ALIMENTACAO: ALIMENTACAO: 127/220V, BIVOLT AUTOMATICO, 60HZ;DIMENSOES: DIMENSOES: ALTURA AJUSTAVEL DE 90 A164 CM; SERVICOS: INCLUI: CABO DE ALIMENTACAO COM 2M DE COMPRIMENTO;
2	Autoclave 21 litros	TIPO DE ALIMENTACAO: ALIMENTACAO PRINCIPAL ELETRICA;CONFIGURACAO: MODELO HORIZONTAL,CAPACIDADE 21 LITROS,COR BRANCA /TECLADO, REGISTRO NA ANVISA;CICLO: 01 CICLO AUTOMATICO DE ESTERILIZACAO E 01 CICLO DE SECAGEM;DIMENSOES INTERNAS: DIMENSAO APROXIMADA INTERNA: 25CM X 46,5CM (DXP);DIMENSOES EXTERNAS: DIMENSAO APROXIMADA EXTERNA: 39,5CM X 38CM X61CM (LXAXP);REMOCAO DO AR: REMOCAO DO AR AUTOMATICO;MATERIAL DA CAMARA: CAMARA EM EM ACO INOX;PORTA: COM DUPLO ESTAGIO DE FECHAMENTO DA PORTA;SISTEMA DE SEGURANCA: 6 SIST.DE SEG.: VAL.SEG.,VAL.ANTI-VACUO,ANEL VEDACAO,FUSIVEL,TERMOSTATO, CONTROLE DE POTENCIA ELET.;MOSTRADORES: TECLADO DIGITAL, TIMER EMANOMETRO;IMPRESSAO: REGISTRO GRAFICO DO CICLO ATRAVES DE ;ACESSORIOS: ACOMPANHA 3 BANDEJAS EM ALUM. ANODIZADO,1 SUPORTE,COPO GRADUADO,FUSIVEL,BRACADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA;ALIMENTACAO: 127 OU 220 VOLTS COM 1600WATTS;SERVICOS: INCLUI MANUAL DE INSTRUCOES,GARANTIA DE 2 ANOS, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE,REPOSICAO DE PECAS POR 5ANOS;IDENTIFICACAO: CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA;
3	Seladora de Papel Grau Cirúrgico com Temporizador	FINALIDADE: PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E PLASTICO FINO;ESTRUTURA: CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO PINTADA;BASE: BASE NA VERTICAL COM ACIONAMENTO POR PEDAL;CONFIGURACAO: SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR REVESTIDO COM FITA TEFLON PROTEGIDO COM INOX;MOSTRADORES: INDICADOR DE TEMPO DE SELAGEM;CONTROLES: CONTROLES DE TEMPO DE SOLDA E TEMPERATURA;TEMPO: REQUER PRE-AQUECIMENTO DE15 MINUTOS;EXTENSAO: EXTENSAO DA SOLDA : AREA DE SELAGEM DE 450X 10MM; ACESSORIOS: ACOMPANHA: ;DIMENSOES: DIMENSOES: 450 X 300 X 900 MM;ALIMENTACAO: ALIMENTACAO: 110 OU 220V;POTENCIA: POTENCIA: 500 W;SERVICOS: INCLUI: MANUAL DO USUARIO, GARANTIA DE 6 MESES, ASSISTENCIA TECNICA;
4	Carinho de curativo de inox com balde e bacia	Carro de Curativo Com Balde e Bacia - Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aco Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aco Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aco Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodizios de 2"; Dimensoes: 45 x 75 x 80 Cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos;
5	Carrinho de emergência	CARRO DE EMERGENCIA, EM POLIURETANO – ATIVO - CONFIGURAÇÃO: EM POLIURETANO,PINTURA EPOXI PO,5 GAVETAS,1 COMPARTIMENTO INFERIOR,SUPORTE E BANDEJA DESFIBRILADOR;ACESSORIOS: ACOMPANHAM: FILTRO 4 TOMADAS 110V-20A,SUPORTE SORO 2 GANCHOS,TABUA MASSAGEM CARDIACA 10MM,20 DIVISORIAS,3 GAVETA;RODAS: COM RODIZIOS GIRATORIOS 5",TRAVAS RODAS TRASEIRAS,MESA PREPARO DE MEDICAMENTOS,TRAVA UNICA COMPARTIMENTO;DIMENSÕES: DIMENSÕES DIMENSOES MINIMAS: COMP 960MMXLARG 560MMXALT 880MM; PESO 60KG. TABUA DE MASSAGEM CARDIACA 600X590MM;SERVICOS: INCLUI GARANTIA 24 MESES. ATENDIMENTO A LEGISLACAO VIGENTE;
6	Ultrassom odontológico	FINALIDADE: PARA REMOCAO DE TARTARO OU TERAPIA ENDO; CONJUGADOULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO SODIO;FREQUENCIA: COM FREQUENCIA MINIMA DE 28.000 HZ; COM CHAVE SELETORA DE POTENCIA;VIBRACAO: AMPLITUDE DE VIBRACAO DA PONTA PIEZOELETRICA DE 0,05 MMA 0,1 MM;IRRIGACAO: IRRIGACAO ATRAVES DE BOMBA PERISTALTICA; RESERVATORIO DE AGUA CAPACIDADE 1 LITRO, 3 NIVEIS DE REGULAGEM;PONTAS: APRESENTA TRES PONTAS ESTERILIZAVEIS; RESERVATORIODE BICARBONATO DE SODIO C/TAMPA TRANSPARENTE;PECA DE MAO: PECA DE MAO : ACOMPANHA DUAS CAPAS RIGIDAS E REMOVIVEIS PARA PECA DE MAO DO ULTRASSOM, AUTOCLAVAVEL; TRANSDUTOR: POTENCIA DE 36 W, ACIONAMENTO A AR COMPRIMIDO, VALVULA DUPLA PNEUMATICA QUE ATUA COM AR E AGUA;PEDAL: PEDAL DE COMANDO UNICO PARA ACIONAMENTO;REDE: ALIMENTACAO ELETRICA PORCOMUTACAO AUTOMATICA, DE127 A 220 VAC@ 60HZ; GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; DIMENSAO: 215 X 310 X 250 MM(A X L X C) APROXIMADAMENTE;ASSISTENCIA TECNICA: GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA,PECAS DE REPOSICAO PERMANENTE, MANUAL TECNICO E DE OPERACAO;
7	Prancha de polipropileno para transporte de vítimas	Material de Imobilizacao P/transporte de Vitimas: Material de Imobilizacao P/transporte de Vitimas; do Tipo Prancha Longa para Resgate; Confeccionado Em Polietileno de Alta Resistencia; Com Dimensoes de 1850mmx450mmx65mm (cxlxe) Inclui a Medida do Apoio Inferior Da Prancha (com Tolerancia de +/- 3%); Devera Suportar No Minimo 160 Kilos (com Tolerancia de +/- 10%); Acabamento Livre de Cantos Vivos, Buracos e Saliencias Nas Bordas Externas; Nos Orificios para Tirante e Nas Cavidades para Transporte; Com No Minimo 12 Cavidades Distribuidas de Forma Regular Em Todas As Bordas; Devera Ser de Facil Higienizacao Sem Permitir a Penetracao de Liquidos e Fluidos Organicos; Com Os Seguintes Acessorios: 1 Jogo Composto Por 3 Unidades de Cinto Com 1600mm Comprimento x 50mm Largura (tolerancia de +/- 3); Confeccionado Em Nylon Com Polipropileno Com Presilhas Antiderrapantes, Engate Rapido; do Tipo Tridente Ou Quick Realese, Com Costura Reforcada, Impermeavel e Lavavel; Com Garantia de No Minimo 6 Meses; Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com o Registro Na Anvisa;

8	Refrigerador Frigobar 220v 120 litros	Refrigerador Domestico; No Modelo Frigobar; Com Capacidade Total Liquida Minima de 120l; Branca; Contendo: Prateleiras,gaveta,compartimentos Na Porta e Congelador Interno; Na Voltagem de 220v; Pes Niveladores, Prateleiras e Porta-latas Na Porta; Garantia Minima 12 Meses e Manual Em Portugues; Fabricacao de Acordo Com As Normas Vigentes;
9	Válvula Regulador de Pressão de Simples (1 Manômetro)	Regulador de Pressao; Com Valvula de Seguranca, Corpo e Tampa de Latao Usinado; Com Vazao Minima de 30m3/h; Com Pressao de Entrada 200 Kgf/cm2, Saida de 0 a 10 Kgf/cm2; Utilizada Em Cilindro de Oxigenio, Conexao de Entrada Abnt218-1, Conexao de Saida Rosca 9/16 x 18(unf);

6. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de preço através do Compras.gov.br e pesquisa livre na internet.

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição através de dispensa eletrônica para fornecimento do item citado, conforme levantamento de demanda.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): R\$ **17.948,65 (dezesete mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)** do custo estimado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A entrega será única sendo que material adquirido será liquidado em 30 dias após a entrega dos itens através de nota de empenho.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Trata-se de aquisição de itens na modalidade de "Dispensa Eletrônica" de acordo com a cota mensal repassada para a referida despesa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a necessidade dos materiais equipamentos e mobiliário médico-hospitalar e odontológico, imprescindível para garantir a adequada prestação dos serviços de saúde e assistência aos pacientes custodiados.

12.1. Garantia e Assistência Técnica

Conforme descrito para cada item, há um período de garantia exigido, conforme podemos verificar na tabela abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Tempo de Garantia conforme descrição do item
1	Foco de Luz com tripé	90 dias (Lei nº 8.078/90)
2	Autoclave 21 litros	GARANTIA DE 2 ANOS, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE,REPOSICAO DE PECAS POR 5 ANOS
3	Seladora de Papel Grau Cirúrgico com Temporizador	Garantia de 6 meses
4	Carrinho de curativo de inox com balde e bacia	Garantia 5 Anos
5	Carrinho de emergência	Garantia de No Mínimo 24 Meses
6	Ultrassom odontológico	Garantia de No Mínimo 12 Meses

7	Prancha de polipropileno para transporte de vítimas	Garantia de No Mínimo 6 Meses
8	Refrigerador Frigobar 220v 120 litros	Garantia de No Mínimo 12 Meses
9	Válvula Regulador de Pressão de Simples (1 Manômetro)	90 dias (Lei nº 8.078/90)

12.2. Justificativa para Garantia Complementar e Assistência Técnica

A exigência de garantia complementar e assistência técnica para os equipamentos médicos e odontológicos justifica-se pela natureza e complexidade dos bens, bem como pela necessidade de assegurar seu adequado funcionamento, segurança, durabilidade e continuidade de utilização.

A assistência técnica especializada é necessária para a realização de eventuais reparos, ajustes e substituição de componentes, garantindo que os serviços sejam executados de forma adequada e conforme as especificações do fabricante.

A garantia complementar, por sua vez, visa reduzir os riscos de custos adicionais para a Administração decorrentes de falhas ou defeitos, contribuindo para a preservação do investimento público e para a disponibilidade dos equipamentos.

Dessa forma, a exigência mostra-se necessária e proporcional às características dos equipamentos, visando garantir a continuidade dos serviços médicos e odontológicos e o adequado atendimento aos pacientes deste HCTP II.

13. Providências a serem Adotadas

Aquisição do itens para reposição do mobiliário do Setor de Saúde.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental na presente aquisição.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação. **viável**.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Justificativa: A solução proposta atende plenamente à necessidade da Administração, com baixo custo, simplicidade e ampla disponibilidade no mercado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GLAWDSTONE RANGEL DE LIMA
Chefe de Serviço



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 10:17:24.

LUCIANA CORRADINE NABAS CANDOTTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 10:40:30.