

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sarandi
Município de Sarandi
Registro de Preços Eletrônico - 53/2024

Resultado da Homologação

0001 - Câmara refrigerada para guarda e conservação de vacinas, regularizada perante a Anvisa. Capacidade de no mínimo 340 litros, com termômetro de mensuração de momento, máxima e mínima. Dispor de recurso de segurança com autonomia para suprimento emergencial de energia elétrica, nos casos de falta ou falha do fornecimento, por no mínimo 48 horas, com sistema de alarme. Operar na faixa de temperatura entre +2°C e +8°C. Ter sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, Clorofluorcarboneto). Porta com vedação de borracha e fechamento magnético. Tensão de 220V. - PROPRIA - Valor Referência: 20.525,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROPRIA	4,00 Unidade	12.607,00	50.428,00	Homologado em 02/08/2024 08:16:34 Por: Nilton Debastiani

0002 - Câmara refrigerada para guarda e conservação de vacinas, regularizada perante a Anvisa. Capacidade de no mínimo 1000 litros, com termômetro de mensuração de momento, máxima e mínima. Dispor de recurso de segurança com autonomia para suprimento emergencial de energia elétrica, nos casos de falta ou falha do fornecimento, por no mínimo 48 horas, com sistema de alarme. Operar na faixa de temperatura entre +2°C e +8°C. Ter sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, Clorofluorcarboneto). Porta com vedação de borracha e fechamento magnético. Tensão de 220V. - BT 1100/1000 - Valor Referência: 30.772,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
H.M. Linck-ME	BT 1100/1000	2,00 Unidade	30.000,00	60.000,00	Homologado em 02/08/2024 08:16:34 Por: Nilton Debastiani

Nilton Debastiani
Autoridade Competente

